

Набор реагентов для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени

«КовиГен-LAMP»

ТУ 21.20.23-007-08534994-2021

Состав набора

1. Реакционная смесь в стриповых микропробирках (аналитическая), PC-A - 8 стрипов по 8 микропробирок;
2. Реакционная смесь в стриповых микропробирках (контрольная), PC-K - 8 стрипов по 8 микропробирок;
3. Подсчитанный контрольный образец, ПКЗ - 2 пробирки;
4. Разбавитель, РБ - 2 пробирки;
5. Стрикатный контрольный образец, ОКЗ - 1 пробирка;
6. Буфер для экстрагирования биологического образца, БЭБ - 48 пробирок;
7. Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020 (РЗН №2021/13989 от 12.04.2021 г.) - 48 шт.

Серия 11112021
2021.11.11
2022.11.11

Для профессионального применения



Набор реагентов для обнаружения РНК SARS-CoV-2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени

«КовиГен-LAMP»

ТУ 21.20.23-007-08534994-2021

Контрольная смесь PC-K

ПКЗ ПКЗ ПКЗ ПКЗ ПКЗ ПКЗ ПКЗ ПКЗ

Аналитическая смесь PC-A

Буфер для экстрагирования биологического образца, БЭБ

Буфер для экстрагирования биологического образца, БЭБ

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILEDO

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ • УТИЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE

Производитель: ООО «ФАРМЕДПОЛИС РТ», 420017, Республика Татарстан, Лавиновский район, село Бигишана, Кабана, Выставочная улица, 1, Кластер «В».

Номер и дата регистрационного удостоверения: РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021
04/2021
04/2026

IVD

Серия 11112021



2021-11-11



2022-11-11



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТОЛ"
127434, г. Москва, Тимирязевская, 42, к. 352
info@syntol.ru www.syntol.ru
+7 (495) 984-69-93



**Набор реагентов для обнаружения РНК SARS-CoV-2
методом петлевой изотермической амплификации
в реальном времени**

«КовиГен-LAMP»

ТУ 21.20.23-007-08534994-2021



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТОЛ"
127434, г. Москва, Тимирязевская, 42, к. 352
info@syntol.ru www.syntol.ru
+7 (495) 984-69-93

**Набор реагентов для обнаружения РНК SARS-CoV-2
методом петлевой изотермической амплификации
в реальном времени**

«КовиГен-LAMP»

ТУ 21.20.23-007-08534994-2021

Состав набора:

1. Реакционная смесь в стрипованных микропробирках (аналитическая), РС-А - 8 стрипов по 8 микропробирок;
2. Реакционная смесь в стрипованных микропробирках (контрольная), РС-К - 6 стрипов по 8 микропробирок;
3. Положительный контрольный образец, ПКО - 2 пробирки;
4. Разбавитель, РБ - 2 пробирки;
5. Отрицательный контрольный образец, ОКО - 1 пробирка;
6. Буфер для экстрагирования биологического образца, БЭБ - 48 пробирок;
7. Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020 (РЗН №2021/13989 от 12.04.2021 г.) - 48 шт.



Серия 11112021



2021-11-11



2022-11-11

Для профессионального применения





Аналитическая смесь РС-А

ООО «СИНТОЛ» серия 11112021

«КовиГен-LAMP»

РС-А

8 стрипов (64 микропробирки)

2...8 °C

Только для диагностики in vitro

Годен до: 11.11.2022 г.

Контрольная смесь РС-К

ООО «СИНТОЛ» серия 11112021

«КовиГен-LAMP»

РС-К

6 стрипов (48 микропробирок)

2...8 °C

Только для диагностики in vitro

Годен до: 11.11.2022 г.

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

