

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов theascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР

Производства QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ)

«Утверждаю»
ООО "Кайджен РУС"



Директор Апчелимов А.А.

Набор реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР (общий вид)



Набор реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР (общий вид)



Набор реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР (вид сбоку)



Набор реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР (содержимое набора)



Набора реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР (содержимое набора)




Набор реагентов thetascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР. Компоненты набора: 1. Контрольная реакционная смесь (EGFR Control Reaction Mix); 2. Реакционная смесь для определения T790M (EGFR T790M Reaction Mix); 3. Реакционная смесь для определения делеций (EGFR Deletions Reaction Mix); 4. Реакционная смесь для определения L858R (EGFR L858R Reaction Mix)



1. Контрольная реакционная смесь (EGFR Control Reaction Mix) 600мкл



2. Реакционная смесь для определения T790M (EGFR T790M Reaction Mix) 600мкл




3. Реакционная смесь для определения делеций (EGFR Deletions Reaction Mix) 600мкл




4. Реакционная смесь для определения L858R (EGFR L858R Reaction Mix) 600мкл


Набор реагентов thetascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР. Компоненты набора: 5. Положительный контроль (EGFR Positive Control); 6. ДНК-полимераза Taq (Taq DNA Polymerase); 7. Вода безнуклеазная для отрицательного контроля (Water for NTC); 8. Вода безнуклеазная для разведения (Water for sample dilution)




5. Положительный контроль (EGFR Positive Control) 300 мкл



6. ДНК-полимераза Taq (Taq DNA Polymerase) 80 мкл



7. Вода безнуклеазная для отрицательного контроля (Water for NTC) 1,9 мл



8. Вода безнуклеазная для разведения (Water for sample dilution) 1,9 мл

Набор реагентов *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit для анализа мутаций в гене EGFR в пробе ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР

Состав:

Контрольная реакционная смесь (EGFR Control Reaction Mix)	2 x 600 мкл
Реакционная смесь для определения T790M (EGFR T790M Reaction Mix)	1 x 600 мкл
Реакционная смесь для определения делеций (EGFR Deletions Reaction Mix)	1 x 600 мкл
Реакционная смесь для определения L858R (EGFR L858R Reaction Mix)	1 x 600 мкл
Положительный контроль (EGFR Positive Control)	1 x 300 мкл
ДНК-полимераза Taq (Taq DNA Polymerase)	2 x 80 мкл
Вода безнуклеазная для отрицательного контроля (Water for NTC)	1 x 1,9 мл
Вода безнуклеазная для разведения (Water for sample dilution)	1 x 1,9 мл

Инструкция по применению

Для диагностики in vitro ‘ Для профессионального применения



QIAGEN GmbH, (КАЙДЖЕН ГмбХ)
Qiagen Strasse 1, 40724 Hilden, Germany (Германия)
+49-02103-29-0; e-mail: info@qiagen.com



Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Кайджен РУС»

123112, г. Москва, Пресненская набережная дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 5001.

E-mail: qiagenrus@qiagen.com. тел. +7 499 703 15 56

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.



см. на оригинальной упаковке

Свержено Гашиков.
Директор ООО "Кайджен РУС"
Ангелинов А.А.

