



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2018/7493
от 30 декабря 2021 года

На медицинское изделие

Устройство для реваскуляризации Solitaire Platinum

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"

(ООО "Медтроник"), Россия,

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 9, помещ. III, ком. 41

Производитель

"Микро Терапьютикс, Инк. ДБА ив3 Нейроваскуляр", США,

Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular, 9775 Toledo Way, Irvine,

CA 92618, USA

Место производства медицинского изделия

Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular, 9775 Toledo Way, Irvine,

CA 92618, USA

Номер регистрационного досье № РД-46497/90798 от 27.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 30 декабря 2021 года № 12737

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0061026

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 декабря 2021 года № РЗН 2018/7493

Лист 1

На медицинское изделие

Устройство для реваскуляризации Solitaire Platinum, варианты исполнения:

1. Номинальный диаметр 4 мм, номинальная длина 20 мм, расстояние между маркерными полосками 5 мм.
2. Номинальный диаметр 4 мм, номинальная длина 20 мм, расстояние между маркерными полосками 10 мм.
3. Номинальный диаметр 4 мм, номинальная длина 40 мм, расстояние между маркерными полосками 10 мм.
4. Номинальный диаметр 6 мм, номинальная длина 20 мм, расстояние между маркерными полосками 10 мм.
5. Номинальный диаметр 6 мм, номинальная длина 24 мм, расстояние между маркерными полосками 6 мм.
6. Номинальный диаметр 6 мм, номинальная длина 40 мм, расстояние между маркерными полосками 10 мм.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0094181