


**Сыворотка диагностическая
оспенная сухая
по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021**

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности


О.М. Волощук
« 26 » _____ 20 21 г.



1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН СЫВОРОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОСПЕННАЯ 1 мл	до	Срок годности
	Серия	


УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности



**Сыворотка диагностическая
оспенная сухая
по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 110x30x80 мм



**Сыворотка диагностическая
оспенная сухая
по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

О.М. Волощук

« 26 » 07 20 21 г.

Не кантовать!	LOT Серия: Годен до:
Число единиц потребит. упак. изделия:	
Сыворотка диагностическая оспенная сухая по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.	МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 8 тел. (3822) 63-37-34, 90-58-08
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	



Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОМ ВОПОЩУК



 Не кантовать!	LOT Серия: T020121 Годен до: 01 24						
	Число единиц потребит. упак. изделия: 72						
Сыворотка диагностическая оспенная сухая по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021							
БИОПРЕПАРАТЫ							
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.							
<table border="1"> <tr> <td>Масса брутто</td> <td>2.676</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто</td> <td>2.376</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потребит. упак.</td> <td>0.033</td> </tr> </table>		Масса брутто	2.676	Масса нетто	2.376	Масса нетто потребит. упак.	0.033
Масса брутто	2.676						
Масса нетто	2.376						
Масса нетто потребит. упак.	0.033						
МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 8 тел. (3822) 63-37-34, 90-58-08							



Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Томск «НПО «Вирнион»
634040 г. Томск, ул. Ивановского, 8 тел. (3822) 905-832

ПАСПОРТ № 29

Исходные изделия: Сыворотка диагностическая оспенная сухая
 21.20.21-065-20401675-2021
 полное наименование: СЫВОРОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОСПЕННАЯ
 полное удостоверение № ФСР 2009/04191
 ин (код партии) T020121
 ед. измерения 230 ампул
 основного изделия:
 диагностическая
 10 ампул, биофармацевт из 1 мл

по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021

Норма	Результаты испытаний
Сухая пористая масса однородного до светло-желтого цвета	Сухая пористая масса однородного до светло-желтого цвета

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
 Сыворотка диагностическая оспенная сухая
 по ТУ 21.20.21-065-20401675-2021
 Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04191

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие для диагностики in vitro «Сыворотка диагностическая оспенная сухая» предназначено для выявления антигена ортопоксвируса в материалах от лиц с подозрением на натуральную оспу (суспензия корок, везикулярная, пустулезная жидкость).