

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Ферропласт Медикал»



С.С. Турович

«27» июня 2022г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Стерилизатор воздушный медицинский

"Ферропласт Премиум"

по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021

производитель ООО "Ферропласт Медикал", Россия



Фотография 1. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объёмом 5 дм³. Общий вид.




Фотография 2. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объёмом 5 дм³. С открытой дверцей.



Фотография 3. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм³. Полка.



Фотография 4. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм³. Общий вид сзади.



Фотография 5. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм³. Общий вид спереди.



Фотография 6. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм³. Общий вид спереди с открытой дверцей.



Фотография 7. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объёмом 10 дм³. Полка.



Фотография 8. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021, вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум"-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм³. Общий вид сзади.



Фотография 9. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021. Ручка дверцы.



Фотография 10. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021. Макет дизайна панели управления.

Фотография 12. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021. Макет маркировки на корпусе стерилизатора.



Фотография 11. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021. Принадлежности: Вставка плавкая 10 А.



Фотография 14. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021. Макет потребительской упаковки с маркировкой.

ООО «Ферропласт Медикал»
Россия, 152260, Ярославская область,
Некрасовский район, пос. Приволжский
Телефон: (4852) 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64.

**Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт Премиум»
по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021**

Вариант исполнения: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт Премиум»-10 горизонтальный,
с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм³

РУ № _____ от _____

~220 В 50 Гц 1 кВт 10 дм³ IP20 Тип: ГП-10

Масса: брутто, не более 14 кг; нетто, не более 13 кг. Объем упаковки 0,095 м³.

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69:

- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69:

- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковывания: 10.2021 г

Штамп ОТК:

Заводской № 005



Фотография 14. Стерилизатор воздушный медицинский "Ферропласт Премиум" по ТУ 32.50.12-027-55307168-2021.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 14 (свердловская) лист(а/ов)

Директор
ООО «Ферропласт Медикал»

С.С. Турович

