

Фотографические изображения
медицинского изделия

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ с принадлежностями, варианты исполнения Discovery MI: с шириной ПЭТ детектора: 15, 20, 25 см, Discovery MI Columbia: с шириной ПЭТ детектора: 20, 25 см.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации

и сертификации России и СНГ


ООО «ДжиИ Хэлскеа»



Харитонов А. П.

« 16 » декабря 20 21 г.

Общий вид комплексов Discovery MI и Discovery MI Columbia




ВНИМАНИЕ!


Поскольку основные составы и принадлежности комплексов Discovery MI и Discovery MI Columbia практически идентичны, то ниже представлены фотографические изображения компонентов основного состава и принадлежностей, распространяющиеся на оба данных варианта исполнения комплекса.

Если компонент распространяется только на Discovery MI, это отмечается следующим образом: *Применимо только для Discovery MI.

1. Генри ПЭТ.




2. Генери КТ.



3. Стол пациента.




3. Стол пациента.



4. Консоли управления (не более 4 шт.).




4. Консоли управления (не более 4 шт.).



5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).



5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).



5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).




6. Шкафы питания распределительные (не более 4 шт.).




7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).



7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).



7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).



Системы Discovery™ MI Gen2, Discovery™ MI и Discovery™ MI Columbia

Руководство пользователя



5720964-1RU

Редакция 7

© 2020 General Electric Company

*Trademark of General Electric Company

9. Охладитель комплекса.




9. Охладитель комплекса.




9. Охладитель комплекса.




10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.



10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.




10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.




10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.



11. Трубка рентгеновская.



12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).






12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).



13. Сервера рабочей станции (не более 4 шт.) (при необходимости).



14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).



14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).




14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).



15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).




15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).




15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).



15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).



16. Коробки распределительные (не более 4 шт.) (при необходимости).




16. Коробки распределительные (не более 4 шт.) (при необходимости).




17. Программные пакеты для консоли управления (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).



18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).







18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).



18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).












21. Программные пакеты для планирования терапии (не более 6 шт.) (при необходимости).




22. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 20 шт.) (при необходимости).




22. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 20 шт.) (при необходимости).




23. Программные пакеты для исследований сосудов (не более 6 шт.) (при необходимости).




23. Программные пакеты для исследований сосудов (не более 6 шт.) (при необходимости).




24. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 6 шт.) (при необходимости).




24. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 6 шт.) (при необходимости).




25. Программные пакеты для исследований органов грудной клетки и брюшной полости (не более 6 шт.) (при необходимости).




25. Программные пакеты для исследований органов грудной клетки и брюшной полости (не более 6 шт.) (при необходимости).



26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).




26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).



26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).



27. Программные пакеты реконструкции КТ изображений (не более 30 шт.) (при необходимости).



28. Программные пакеты для работы с инжектором (не более 6 шт.) (при необходимости). *Применимо только для Discovery MI.




29. Программные пакеты для модернизации (не более 6 шт.) (при необходимости).




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Панели управления гентри (не более 4 шт.).




2. Дисплей гентри (не более 2 шт.).



3. Крышки гентри (не более 10 шт.).




3. Крышки гентри (не более 10 шт.).





5. Крышки декоративные (не более 8 шт.).






7. Дека стола плоская.






7. Дека стола плоская.

8. Устройства для крепления к столу (не более 4 шт.).




8. Устройства для крепления к столу (не более 4 шт.).






9. Удлинитель стола для пациента (не более 2 шт.).




9. Удлинитель стола для пациента (не более 2 шт.).




Press to
release


10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).




10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).




10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).



11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).



12. Подголовники (не более 4 шт.).



12. Подголовники (не более 4 шт.).




12. Подголовники (не более 4 шт.).



13. Опоры для рук пациента (не более 4 шт.).




14. Опоры для ног пациента (не более 6 шт.).





14. Опоры для ног пациента (не более 6 шт.).




14. Опоры для ног пациента (не более 6 шт.).

15. Приспособления для позиционирования детей (не более 20 шт.).





16. Держатели катетеров (не более 10 шт.).








18. Стойки инфузионные (не более 4 шт.).




18. Стойки инфузионные (не более 4 шт.).



19. Фантомы (не более 20 шт.).




19. Фантомы (не более 20 шт.).



20. Держатели фантомов (не более 4 шт.).





21. Источники калибровочные (не более 4 шт.).



21. Источники калибровочные (не более 4 шт.).

22. Контейнеры для хранения источника калибровочного (не более 4 шт.).





23. Стекло рентгенозащитное.





23. Стекло рентгенозащитное.



23. Стекло рентгенозащитное.





24. Стол оператора.




26. Монитор для операционной.



27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 4 шт.).



27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 4 шт.).




27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 4 шт.).



27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 4 шт.).





28. Модуль хранения для рабочей станции.





30. Диск жесткий съемный с портом USB.



30. Диск жесткий съемный с портом USB.




30. Диск жесткий съемный с портом USB.



31. Блок оперативной памяти.



31. Блок оперативной памяти.





32. Блоки реконструкции дополнительный (не более 6 шт.).





32. Блоки реконструкции дополнительный (не более 6 шт.).





33. Дисководы (не более 4 шт.).





33. Дисководы (не более 4 шт.).



34. Мыши (не более 4 шт.).


35. Клавиатуры (не более 4 шт.).



36. Клавиатуры специальные (не более 4 шт.).




37. Трекбол.




38. Наклейки для клавиатуры (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).



39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).



39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).



39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).



39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 4 шт.).



20 x 960

40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.). *Применимо только для Discovery MI.



40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.). *Применимо только для Discovery MI.




40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.). *Применимо только для Discovery MI.



41. Монитор кардиосинхронизации.



41. Монитор кардиосинхронизации.




42. Кабели для монитора кардиосинхронизации (не более 5 шт.).



42. Кабели для монитора кардиосинхронизации (не более 5 шт.).



43. Устройства планирующие для радиотерапии (не более 4 шт.).



43. Устройства планирующие для радиотерапии (не более 4 шт.).



44. Сканер штрихкодов.



45. Принтеры для печати медицинских изображений.



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 10 шт.).




46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 10 шт.).



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 10 шт.).



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 10 шт.).



47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).



47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).




47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).



48. Приспособления для монтажа комплекса (не более 4 шт.).



48. Приспособления для монтажа комплекса (не более 4 шт.).



49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).



49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).




49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).




50. Тележки мобильные для транспортировки комплекса (не более 6 шт.).



51. Устройства для модернизации комплекса (не более 25 шт.).




51. Устройства для модернизации комплекса (не более 25 шт.).






53. Кабели питания (не более 10 шт.).




54. Чехлы для кабелей (не более 10 шт.).



55. Наклейки декоративные (не более 20 шт.).



56. Шкаф для хранения принадлежностей.




57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).



57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).



57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).



57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

Discovery MI и Discovery MI Columbia




GE MEDICAL SYSTEMS, LCC

3000N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Model:

Discovery MI



GE MEDICAL SYSTEMS, LCC

3000N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Model:

Discovery MI



VOLTS: 380/400/420/440/460/480V, 3~

FREQUENCY: 50/60Hz

MAX. POWER INPUT:

MOMENTARY: 100KVA@0.85PF

CONTINUOUS: 30KVA



GEHealthcare.com

Маркировка: Discovery MI Columbia.




GE MEDICAL SYSTEMS, LCC

3000N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Model:

Discovery MI Columbia




GE MEDICAL SYSTEMS, LCC

3000N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Model:

Discovery MI Columbia



VOLTS: 380/400/420/440/460/480V, 3~

FREQUENCY: 50/60Hz

MAX. POWER INPUT:

MOMENTARY: 100KVA@0.85PF

CONTINUOUS: 30KVA



GEHealthcare.com

Маркировка: Discovery MI: с шириной ПЭТ детектора: 15 см



GE Medical Systems, LLC

3000 N. Grandview Blvd.,

Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 15 см.

REF

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX



XX-XX-XXXX




**Класс 1
IPX0**

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI: с шириной ПЭТ детектора: 20 см




GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 20 см.



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI Columbia: с шириной ПЭТ детектора: 20 см




GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI Columbia, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 20 см.



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI: с шириной ПЭТ детектора: 25 см




GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 25 см.



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI Columbia: с шириной ПЭТ детектора: 25 см



GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI Columbia, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 25 см.

REF

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 104 (сто четыре) листа(ов)

Руководитель отдела регистрации
и сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А. П. Харитонов Харитонов А. П.