



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17553

На медицинское изделие

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "НД Коммерц Групп"

(ООО "НД Коммерц Групп"), Россия,

127572, Москва, ул. Угличская, двлд. 12, к. 1, этаж 1, помещ. III

Производитель

"Евролатекс Сдн. Бхд.", Малайзия,

Eurolatex Sdn. Bhd., Plot 33 Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia

Место производства медицинского изделия

Eurolatex Sdn. Bhd., Plot 33 Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia

Номер регистрационного досье № РД-46939/93115 от 18.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1


Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.12.132

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 июня 2022 года № 5505

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0066898

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17553

Лист 1

На медицинское изделие

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave,
варианты исполнения:

1. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 1 (длина 205 мм, $\varnothing$ 28 мм, толщина 0,070-0,080 мм).
2. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 2 (длина 205 мм, $\varnothing$ 52 мм, толщина 0,085-0,095 мм).
3. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 3 (длина 210 мм, $\varnothing$ 28 мм, толщина 0,070-0,080 мм).
4. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 4 (длина 210 мм, $\varnothing$ 28 мм, толщина 0,080-0,095 мм).
5. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 5 (длина 210 мм, $\varnothing$ 28 мм, толщина 0,085-0,090 мм).
6. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 6 (длина 205 мм, $\varnothing$ 34 мм, толщина 0,080-0,090 мм).
7. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 7 (длина 210 мм, $\varnothing$ 42 мм, толщина 1,45-1,55 мм).
8. Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ торговой марки Matwave
Размер 8 (длина 210 мм, $\varnothing$ 45 мм, толщина 0,80-0,90 мм).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102259