


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC”
 серия 1


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2021 г.



РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC				
Объект	BRCA1 4153delA/5382insC			
Флуор. канал	FAM/HEX/ROX			
Протокол	ПЦР в реальном времени			
Серия набора	1			
		Диапазон температур, °C		
		ГРС1		
		FAM	ROX	HEX
KO1	1	(46 ± 2) °C	(51 ± 2) °C	(46 ± 2) °C
KO2	1	(39 ± 2) °C	(46 ± 2) °C	(50 ± 2) °C

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 “РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC” № 1
 серия 1


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “ ” 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 3
серия 1


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 4
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"02" "06" 2021 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
 "РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 1
 серия 3

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" 06 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 4
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"02" 06 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"02" "06" 2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для определения мутаций
4153delA и 5382insC в гене BRCA1
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией кривых плавления

**РеалБест-Генетика BRCA1
4153delA/5382insC**

LOT 3

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|---|--------|-----------|-------|
| 1. Контрольный образец «Нормальный гомозигот» (KO1) | 1 пр. | 1 мл | 2 |
| 2. Контрольный образец «Мутантный гомозигот» (KO2) | 1 пр. | 1 мл | 2 |
| 3. Готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС1) | 48 пр. | | 3 |
| 4. Готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС2) | 16 пр. | | 4 |
| 5. Элюирующий раствор "Генетика" | 2 фл. | по 12 мл | 31 |
| 6. Оптическая плёнка | | 1,5 листа | |
| 7. Вкладыш с информацией о диапазоне температур плавления для KO1 и KO2 | | | 1 шт. |

ТУ 21.20.23-104-23548172-2021

РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF **X-XXXX** LOT **3**



IVD

Σ 48



2021-06-02



2022-06-02

**РеалБест-Генетика BRCA1
4153delA/5382insC**



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"06" 06 2021 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

**Образцы маркировки на Набор реагентов для определения мутаций
 4153delA и 5382insC в гене BRCA1
 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления
 «РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC»

Наименование компонента	Этикетка
Готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС1)	
Готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС2)	
Контрольный образец “Нормальная гомозигота” (KO1)	
Контрольный образец “Мутантная гомозигота” (KO2)	
Элюирующий раствор “Генетика”	

2. Образцы этикеток на коробку набора "РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC"

2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для определения мутаций 4153delA и 5382insC в гене BRCA1 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления																						
X-XXXX																							
РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC																							
LOT	XXXX	состав:																					
<table border="0"> <tr> <td>1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (КО1)</td> <td>1 пр., 1 мл</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (КО2)</td> <td>1 пр., 1 мл</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>3. Готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС1)</td> <td>48 пр.</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>4. Готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС2)</td> <td>48 пр.</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>5. Элюирующий раствор "Генетика"</td> <td>2 фл. по 12 мл</td> <td>xxxx</td> </tr> <tr> <td>6. Оптическая пленка</td> <td>1 лист</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для КО1 и КО2</td> <td>1 шт.</td> <td></td> </tr> </table>			1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (КО1)	1 пр., 1 мл	xxxx	2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (КО2)	1 пр., 1 мл	xxxx	3. Готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС1)	48 пр.	xxxx	4. Готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС2)	48 пр.	xxxx	5. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл	xxxx	6. Оптическая пленка	1 лист		7. Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для КО1 и КО2	1 шт.	
1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (КО1)	1 пр., 1 мл	xxxx																					
2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (КО2)	1 пр., 1 мл	xxxx																					
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС1)	48 пр.	xxxx																					
4. Готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС2)	48 пр.	xxxx																					
5. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл	xxxx																					
6. Оптическая пленка	1 лист																						
7. Вкладыш с информацией о диапазонах температур плавления для КО1 и КО2	1 шт.																						
ТУ 21.20.23-104-23548172-2021 ру																							

2.2. Боковая этикетка №1.


REF	X-XXXX	LOT	XXXX
2°C	8°C	IVD	Σ 48
РеалБест-Генетика BRCA1 4153delA/5382insC			
 XXXXXXXXXXXXXXXXXX			

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«01» 06

2021 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
2021 г.