



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения гликированного гемоглобина в цельной крови и гемоллизате крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c "Гликированный гемоглобин Калибраторы (Alinity c Hemoglobin A1c Calibrators)" (размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Lot 2022-02-07

Exp.

08P4301

ASSAY NAME	REF	ASSAY NO.	CAL 1	CAL 2
ThbWB	OSP43	1105	104.6 $\mu\text{mol/L}$	157.5 $\mu\text{mol/L}$
HbA1cWB	OSP43	1106	2.83 $\mu\text{mol/L}$	15.45 $\mu\text{mol/L}$
ThbH	OSP43	1107	104.6 $\mu\text{mol/L}$	157.5 $\mu\text{mol/L}$
HbA1cH	OSP43	1108	2.83 $\mu\text{mol/L}$	15.45 $\mu\text{mol/L}$

en CAUTION: Verify the assay name (ASSAY NAME) before entering calibrator values. Calibrator values were generated using the ARCHITECT cSystem.

de ACHTUNG: Überprüfen Sie den Assaynamen (**READY RABBIT**) vor dem Eingeben der Kalibratorwerte. Die Kalibratorwerte wurden mit dem ARCHITECT cSystem generiert.

fr ATTENTION : Vérifier le nom du dosage (XXXXX NAME) avant de saisir les valeurs des calibrateurs. Les valeurs des calibrateurs ont été générées à l'aide de l'AROSPECT cSystem.

PRECAUCIÓN: compruebe el nombre del ensayo (ASSAY NAME) antes de introducir los valores de los calibradores. Los valores de los calibradores se generan con ARCHITECT cSystem.

ATTENZIONE: verificare il nome del dosaggio (**dosage name**) prima di introdurre i valori del calibratore. I valori del calibratore sono stati generati utilizzando l'ANCOHTECH eSystem.

pt **ATENÇÃO:** Verificar o nome do ensaio (**test name**) antes de introduzir os valores do calibrador. Os valores do calibrador foram gerados com o ARCHITECT cSystem.

da VIGTIGT: Kontrollér analysens navn (SARAF NAME) før indlæsning af kalibratorværdier. Kalibratorværdierne blev genereret med ARCHTECH cSystem.

CS UPOZORNĚNÍ: Před zadáním hodnot kalibrátorů ověřte název metody [ANALYT 0000].
Hodnoty kalibrátorů byly vygenerovány při použití systému ARCHITECT eSystem.

SV **VIKTIGT:** Kontrollera analysnamnet (**#### NAME**) innan kalibratorvårdens anges. Kalibratorvården genererades med användning av ARCHITECT rsystem.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβεβαιώστε το όνομα της εξέτασης (**EXAM NAME**) πριν από την εισαγωγή των τιμών βαθμολογίας. Οι τιμές βαθμολογίας προέκυψαν χρησιμοποιώντας τον αναλυτή ARCHITECT cSystem.

UWAGA: Przed wprowadzeniem wartości kalibratorów należy sprawdzić nazwę oznaczenia (ASAP) oraz
Wartości kalibratorów zostały wygenerowane przy użyciu analizatora ARCHITECT eSystem.

FIGYELEM: A vonatkozó kalibrátorértékek beírása előtt ellenőrizze, egyeztesse a teszt nevét **ARCHITECT** a kalibrátorértékek az ARCHITECT cSystem használatával kerülnek meghatározásra.

DİKKAT: Kalibratör değerlerini girmeden önce teknik adımı (AĞAÇI NERE) doğrulayın.
Kalibratör değerleri, ARCHITECT cSystem'i kullanarak elde edilmiştir.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как ввести значения калибратора, проверьте название теста (**ASSAY NAME**). Значения калибратора были получены на системе ARCHITECT cSystem.



Robert Griebel & Co. AG
Kaiser-Franz-Straße 2
80331 München
Germany
Tel. +49 89 30 91 11

[illegible]

Service Corporation P.E.I. Inc.
10 Water Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1A 0B6
Canada

[illegible]

1

Alinity с Hemoglobin A1c Calibrators

(Hemoglobin A1c Kalibratörleri)

cal_HBA1C_ 58486UQ12

LOT 2021-12-06

Exp.

REF 08P4301

ASSAY NAME	REF	ASSAY NO.	CAL 1	CAL 2
THbWB	08P43	1105	103.8 µmol/L	155.4 µmol/L
HbA1cWB	08P43	1106	3.48 µmol/L	14.21 µmol/L
THbH	08P43	1107	103.8 µmol/L	155.4 µmol/L
HbA1cH	08P43	1108	3.48 µmol/L	14.21 µmol/L

en CAUTION: Verify the assay name ((ASSAY NAME)) before entering calibrator values.
Calibrator values were generated using the ARCHITECT cSystem.

de ACHTUNG: Überprüfen Sie den Assaynamen ((ASSAY NAME)) vor dem Eingeben der Kalibratorwerte.
Die Kalibratorwerte wurden mit dem ARCHITECT cSystem generiert.

fr ATTENTION : Vérifier le nom du dosage ((ASSAY NAME)) avant de saisir les valeurs des calibrateurs.
Les valeurs des calibrateurs ont été générées à l'aide de l'ARCHITECT cSystem.

es PRECAUCIÓN: compruebe el nombre del ensayo ((ASSAY NAME)) antes de introducir los valores de los calibradores.
Los valores de los calibradores se generaron con ARCHITECT cSystem.

it ATTENZIONE: verificare il nome del dosaggio ((ASSAY NAME)) prima di introdurre i valori del calibratore.
I valori del calibratore sono stati generati utilizzando l'ARCHITECT cSystem.

pt ATENÇÃO: Verificar o nome do ensaio ((ASSAY NAME)) antes de introduzir os valores do calibrador.
Os valores do calibrador foram gerados com o ARCHITECT cSystem.

da VIGTIGT: Kontrollér analysens navn ((ASSAY NAME)) før indtastning af kalibratorværdier.
Kalibratorværdierne blev genereret med ARCHITECT cSystem.

cs UPOZORNĚNÍ: Před zadáním hodnot kalibrátorů ověřte název metody ((ASSAY NAME)).
Hodnoty kalibrátorů byly vygenerovány při použití systému ARCHITECT cSystem.

sv VIKTIGT: Kontrollera analysnamnet ((ASSAY NAME)) innan kalibratorvärdena anges.
Kalibratorvärden genererades med användning av ARCHITECT cSystem.

el ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβεβαιώστε το όνομα της εξέτασης ((ASSAY NAME)) πριν από την εισαγωγή των τιμών βαθμονομητή.
Οι τιμές βαθμονομητή προέκυψαν χρησιμοποιώντας τον αναλυτή ARCHITECT cSystem.

pl UWAGA: Przed wprowadzeniem wartości kalibratorów należy sprawdzić nazwę oznaczenia ((ASSAY NAME)).
Wartości kalibratorów zostały wygenerowane przy użyciu analizatora ARCHITECT cSystem.

hu FIGYELEM: A vonatkozó kalibrátorértékek beírása előtt ellenőrizze, egyeztesse a teszt nevét ((ASSAY NAME)).
A kalibrátorértékek az ARCHITECT cSystem használatával kerültek meghatározásra.

tr DİKKAT: Kalibratör değerlerini girmeden önce tetkik adını ((ASSAY NAME)) doğrulayın.
Kalibratör değerleri, ARCHITECT cSystem'i kullanılarak elde edilmiştir.

ru ВНИМАНИЕ: Перед тем, как ввести значения калибратора, проверьте название теста ((ASSAY NAME)).
Значения калибратора были получены на системе ARCHITECT cSystem.

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-9125-580

Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.
70 Watts Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1E 2B9
Canada



Created January 2017 / Erstellt im Januar 2017 / Créé en Janvier 2017 / Creado en enero de 2017 / Redatto: gennaio 2017 / Criado em Janeiro de 2017 / Udarbajott í Január 2017 / Vytvořeno v lednu 2017 / Skopad januarí 2017 / Δημιουργήθηκε: Ιανουάριο 2017 / Data opracowania: styczeń 2017 / Kladva: Jānuārī 2017. / Ocak 2017'de Hazırlanmıştır / Подготовлено: Январь 2017 / Opprettet januar 2017 / Vytvořené v januári 2017 / Siječanj 2017. / Kreirano januara 2017 / Creat în Ianuarie 2017

©2017 Abbott Laboratories

1

G72181R01



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 ЛИСТОВ

Подпись 

