

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Тиреоглобулин Калибраторы (Alinity i Thyroglobulin Calibrators)»**







Alinity i Thyroglobulin Calibrators

Created March 2020.

NAME

Alinity i Thyroglobulin Calibrators (also referred to as Tg Cals)

INTENDED USE

The Alinity i Thyroglobulin Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of thyroglobulin (Tg) in human serum and plasma.

For additional information, refer to the Alinity i Thyroglobulin reagent package insert and the Alinity ci-series Operations Manual.


CONTENTS

The **CAL A** contains phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.

The **CAL B** - **CAL F** contain thyroglobulin prepared in phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.

Preservatives: ProClin 300 and ProClin 950.

The calibrators are at the following concentrations:



The following warnings and precautions apply to: **CAL A** - **CAL F**



WARNING	Contains methylisothiazolones.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H402*	Harmful to aquatic life.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Prevention	
P261	Avoid breathing mist / vapors / spray.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P280	Wear protective gloves / protective clothing / eye protection.
P273	Avoid release to the environment.





подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Тиреоглобулин Калибраторы (Alinity i Thyroglobulin Calibrators)»**



09P4901



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Тиреоглобулин Калибраторы (Alinity i Thyroglobulin Calibrators)»

В составе: Калибратор А (Alinity i Thyroglobulin CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор В (Alinity i Thyroglobulin CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор С (Alinity i Thyroglobulin CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор D (Alinity i Thyroglobulin CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор Е (Alinity i Thyroglobulin CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор F (Alinity i Thyroglobulin CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: «Эбботт ГмбХ», Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Fujirebio Diagnostics, Inc., 201 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355, USA / Страна происхождения: США / РУ № _____ / от _____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



Tg Cals



Alinity i Thyroglobulin Calibrators



Abbott GmbH
Max-Planck-Str. 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-680

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Rugbo Diagnostics, Inc.
201 Greatway Parkway
Mann, Pennsylvania, 19555, USA

PRODUCT OF USA

CE 

Alinity i Thyroglobulin Calibrators

Abbott

Tg Cals

CONC

	ng/mL	µg/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0.00
CAL B	1 x 3.0 mL	0.80
CAL C	1 x 3.0 mL	2.50
CAL D	1 x 3.0 mL	10.00
CAL E	1 x 3.0 mL	50.00
CAL F	1 x 3.0 mL	500.00

REF

Exp.

LOT

09P4901

712-285_R01


WWW.CO.BE.BD.CAL.CAL.CAL.CAL.CAL.CAL

2°C


8°C

Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (Alinity i Thyroglobulin CAL A)




- Калибратор В (Alinity i Thyroglobulin CAL B)




- Калибратор С (Alinity i Thyroglobulin CAL C)




- Калибратор D (Alinity i Thyroglobulin CAL D)



- Калибратор E (Alinity i Thyroglobulin CAL E)



- Калибратор F (Alinity i Thyroglobulin CAL F)



скреплено печатью

5



одпись _____
 «Эбботт Лэбораториз»
 Limited liability company
 Abbott Laboratories
 МОСКВА * 650000