


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения гомоцистеина иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах
Alinity i «Гомоцистеин Контрольные материалы (Alinity i Homocysteine Controls)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)




Alinity i Homocysteine Controls

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
			$\mu\text{mol/L}$		$\mu\text{g/mL}$
CONTROL L	1 x 7.7 mL	7.56	5.36 - 9.76	1.02	0.72 - 1.32
CONTROL M	1 x 7.7 mL	13.66	9.97 - 17.35	1.85	1.35 - 2.35
CONTROL H	1 x 7.7 mL	27.15	19.26 - 35.04	3.67	2.60 - 4.74



CONTAINS: AZIDE




Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Axis-Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Dundee DD2 1XA
United Kingdom

PRODUCT OF GB



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

