

**Фотографии**  
**медицинского изделия для диагностики in vitro**

**Набор реагентов для контроля качества анализа**  
**«MagnoLIA ЦМВ IgG»,**  
**производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1 – стр. 2-4

Вариант исполнения 2 – стр. 5-7

Вариант исполнения 3 – стр. 8-10

Контроли 1, 2 – стр. 11-12

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA ЦМВ IgG»

по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

|     |         |                                                                                   |            |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LOT | 00002   |  | 2021-03-02 |  |  |
| REF | 2040201 |  | 2022-03-02 |  |                                                                                     |
| IVD |         |  |            |  |                                                                                     |

ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

 ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

**ПАСПОРТ № E002**

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
Кат. № 2040205 Серия № E002, Формирование № 1 Количество 100 шт.



Состав набора:

|            |        |
|------------|--------|
| Контроль 1 | 5 фла. |
| Контроль 2 | 5 фла. |

ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
РУ № XXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

LOT 00002

2021-03-02

REF 2040205

2022-03-02

IVD



Готово к использованию.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA ЦМВ IgG»  
по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019



ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnoLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа

«MagnoLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040210 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

| Наименование | Внешний вид и форма | Компактизация | Срок | Система контроля качества |
|--------------|---------------------|---------------|------|---------------------------|
|--------------|---------------------|---------------|------|---------------------------|



Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnoLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Состав набора:

|            |         |
|------------|---------|
| Контроль 1 | 10 фла. |
| Контроль 2 | 10 фла. |

LOT 00002

2021-03-02

+2°C



REF 2040210

2022-03-02



IVD



ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
РУ № XXXXXXXXXX


Готово к использованию.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВМЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA ЦМВ IgG»

по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019



ООО «Компания Алкор Био»  
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
Телефон/факс: (812) 677-87-79  
ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Кат. № 2040210 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

| Наименование               | Внешний вид и форма | Комплектация | Серия | Соответствие |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|
| 21.20.23-487-98539446-2019 |                     |              |       |              |


**MagnaLIA ЦМВ IgG**


LOT 00002 2022-03-02

REF 2040210 +2/8°C

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А  
тел. А/факс: +7(812)6778779; 6772182  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru








Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 12 ( двенадцать ) лист 2

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



## Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для контроля качества  
анализа «MagnoLIA ЦМВ IgG»,  
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»**



**Полынцев Д.Г.**

Набор реагентов для контроля качества калибровки  
«MagnoLIA ЦМВ IgG»

Макет этикеток



## Вариант исполнения 1

Кат. № 2040201

На коробку:




Набор реагентов для контроля  
качества анализа  
«MagnoLIA ЦМВ IgG»  
по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

Состав набора:

|            |       |
|------------|-------|
| Контроль 1 | 1 фл. |
| Контроль 2 | 1 фл. |

Готово к использованию.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
ПУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

MagnoLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 1  
объем 1 мл  
+2<sup>°</sup>С<sup>°</sup> 8  
ООО «Компания Алкор Био»



MagnoLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 2  
объем 1 мл  
+2<sup>°</sup>С<sup>°</sup> 8  
ООО «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для контроля качества калибровки  
«MagnaLIA ЦМВ IgG»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2040205

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел/факс: +7(812)6787879, 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

**MagnaLIA ЦМВ IgG**  
LOT 00002  
REF 2040205  
+2/+8  
2022-03-02



Состав набора:


|            |       |
|------------|-------|
| Контроль 1 | 5 фл. |
| Контроль 2 | 5 фл. |

ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

LOT 00002  
REF 2040205  
IVD

2021-03-02  
2022-03-02  
Σ 100



Готово к использованию.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnaLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 1  
объем 1 мл  
+2/+8  
ООО «Компания Алкор Био»



- 5 шт

MagnaLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 2  
объем 1 мл  
+2/+8  
ООО «Компания Алкор Био»



- 5 шт

Набор реагентов для контроля качества калибровки  
«MagnaLIA ЦМВ IgG»

Макет этикеток



### Вариант исполнения 3

Кат. № 2040210

На коробку:

  
**MagnaLIA**

**Состав набора:**

|            |        |
|------------|--------|
| Контроль 1 | 10 фл. |
| Контроль 2 | 10 фл. |

**LOT** 00002  
**REF** 2040210  
**IVD**

2021-03-02  
2022-03-02

2040210

ООО «Компания Алкор Био»,  
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит А  
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162  
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Набор реагентов для контроля качества анализа  
«MagnaLIA ЦМВ IgG» по ТУ 21.20.23-487-98539446-2019

**LOT** 00002

2021-03-02

+2<sup>+</sup>8  
°C



**REF** 2040210

2022-03-02



**IVD**

200



ТУ 21.20.23-487-98539446-2019  
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnaLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 1  
объем 1 мл  
+2<sup>+</sup>8  
°C  
ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт

MagnaLIA  
ЦМВ  
IgG  
Контроль 2  
объем 1 мл  
+2<sup>+</sup>8  
°C  
ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 4 (Четыре)  
лист а

Генеральный директор  
ООО «Компания Алкор Био»  
Д.Г. Полынцев

