

Генеральный директор

ООО «Физиотехника»

А.Е. Лапаев




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Медицинского изделия:

**Устройство медицинское для подводного пневмогидромассажа –
тангентор «АкваЭйр» по ТУ 32.50.21-012-76228444-2017**

2021



Кнопка включения/выключения
насоса

Манометр

Ручка насоса подкачки

Индикатор вкл./выкл.

Шланг ПДМ

Кран регулировки
давления в шланге ПДМ

Шланг для забора воды


Шланг для забора воды






планг ПДМ № 2 (3 м)

Насадка на шланг №1




Насадка на шланг №2



Насадка на шланг №3



Насадка на шланг №4



Насадка на шланг №5



Насадка на шланг №6






Удлинитель угловой



Муфта хромированная 1"



шланг ПДМ № 1 (2 м)







Рyзиотeхнiса

- ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Наименование изделия: Устройство медицинское
для подводного пневмогидромассажа - тангентор
«АкваЭйр»



- 288



- 2021 г (I квартал)

Напряжение питания сети: ~230 В, 50 Гц


Потребляемая мощность: 1270 Вт

ТУ 32.50.21-012-76228444-2017

Рабочий цикл: 15 мин работа, 2 мин перерыв



IPX4



Прошито и пронумеровано

Кол-во 16 листов

Подпись Ген.дир. Лапаев

