

ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»

109147, Россия, Москва

ул. Таганская, д.17-23

Бизнес-центр Мосанка

тел. +7 495 604 44 24/23

факс +7 495 660 11 37

www.varian.com



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВМС (РУС)»

____ Костромин В.В.
«16» августа 2022 г.

**Фотографические изображения медицинского
изделия
Система позиционирования и отслеживания
пациента при проведении лучевой терапии
«IDENTIFY»**





Рисунок 1. Рабочая станция набора для проведения терапии и набора для инструментов для планирования Windows

Varian

REF IDENTIFY

SN 22346



Supply Ratings: 100-240 VAC, 450 VA, 50/60 Hz



CE 0123

MD

Rx Only



Varian Medical System München GmbH
St.-Martin-Straße 64,
81541 München Germany
2021-05-25

COUNTRY OF ORIGIN: GERMANY

P1035999002





(01) 00899475002592

(11) 210525

(21) 22346

Рисунок 1.1. Пример маркировки рабочей станции набора для проведения терапии и набора инструментов для планирования Windows



Quick Resource Locator



Dell.com/GRL/Workstation/5820T

1
VPRO/ISM

Service Tag : 6SBB
Express:
Service 14772
Code :

Рисунок 1.2. Пример маркировки рабочей станции набора для проведения терапии и набора



SAMSUNG

varian

IDENTIFY - Handheld Interface

P/N P1033398001



ALL RIGHTS RESERVED. ANY REPRODUCTION OR
TRANSMISSION IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM SAMSUNG
ELECTRONICS CO. IS PROHIBITED.

SAMSUNG
Galaxy J5 16GB



Full Metal



13MP / 13MP



Finger Scanner

4G LTE

64bit Octa Core Processor

131.8 mm (5.2 ") HD sAMOLED

13MP / 13MP


16GB Memory¹

¹ Available memory capacity is subject to preloaded software.

² This device supports KNOX products that you can purchase separately. Please refer to www.samsungknox.com for more information.

For more information on your device,
please visit the Samsung website at www.samsung.com.

 **DUOS** SAMSUNG
Knox²




AT	BE	CY	CZ	DE	EG
FI	FR	MT	NL	PL	PT
RK	SI	ES	SE	DE	EL
IT	LV	LT	UK	IS	LI
CH	GB	HU	IN	HR	

**DO NOT ACCEPT
IF SEAL IS BROKEN**

**CAUTION
SEALED PACKAGE**

If seal has been broken or
tampered with, do not give
clear receipt unless contents
are examined in presence
of delivering agent.






Рисунок 3. Монитор с клавиатурой набора для проведения терапии, набора сетевого оборудования, набора инструментов для планирования Windows

NEC *MultiSync EA234Wmi*
LCD MONITOR / ЖК-МОНИТОР
(Model/Модель: L232QA)

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR DE TOUT CHOC ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR
CE BOITIER. AUCUNE PIECE INTERNE NE PEUT-ETRE CHANGEE PAR L'UTILISATEUR.

ACHTUNG: ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER
STECKDOSE ZU ZIEHEN. GERÄT NICHT ÖFFNEN. ES SIND KEINE DURCH DEN
BENUTZER AUSWECHSELBAREN TEILE IM GERÄT VORHANDEN.



PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE
EL RECINTO. NINGUNAS PIEZAS DEL USUARIO SERVICABLE ADENTRO.

VAROITUS: LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAKOSKETTIMILLA
VARUSTETTUUN PISTORASIAAN.

VARNING: APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG.

ADVARSEL: APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.

ADVARSEL: APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTTES EN STIKKONTAKT
MED JORD SOM GIVER FORBINDELSE TIL STIKPROPPENS JORD.



Brand contact:

NEC Display Solutions, Ltd.

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

NECディスプレイソリューションズ株式会社

東京都港区三田一丁目4番28号

CAN



Рисунок 3.2. Пример маркировки монитора набора для проведения терапии, набора инструментов для планирования Windows, набора сетевого оборудования



Рисунок 4. Набор беспроводная клавиатура и мышь набора для проведения терапии




Рисунок 5. Настенный экран набора для проведения терапии

DELL

U4320Q

Flat Panel Monitor / 液晶显示器


型号: U4320Q

Input Rating / 输入电源:

100-240V ~ 50/60Hz 3.3A

Made in China / 制造地: 中国

Manufactured date / 制造日期: Jun 2020




Service Tag:

HYB9Y13

Express SVC Code:

39080089479



S/N:

CN-0FR5ND-

WSL00-064-

617L-A03

740.05K03.0001 2L





Рисунок 5.2. Пример маркировки настенного экрана набора для проведения терапии



Wireless Access Point
W774 (ROW)
P1028838007C
1932 034
PA192083.00

SIEMENS
SIMATIC NET 1WLAN Access Point
SCALANCE W774-1 RJ45 Type: MSN-RJ
MODEL: MSN-W7-RJ-E2
CERTIFICATION NAME: MSN-W7-RJ-E2
IP 66K5774-1EX00-0AA0
S VPL6213057
235 D4-F5-27-00-DA-60
X 5 6 7 8 9
MSIP-CRM
SCW-MSN-RJ
Ex
UL
FIM
R-MZ
II 1 G Ex m A IIC T4 Gc
IECEx DGT 1400259
Ex m A IIC T4 Gc
US LISTED E230960
LTE R10-HA 210C
CLI, HV2, OP, A0, C0, F4
CLI, Zone2, OP, IIC, T4
CLI, HV2, OP, A0, C0, F4
CLI, Zone2, OP, IIC, T4
APPROVED To: 20°C...55°C
Siemens AG, 70101 Karlsruhe, Germany
Made in Germany

NEC CLASS2 DC 24V=0.25A
IP30
L1+ M1 M2 L2+

P1 LAN
P2 LAN
PoE

Рисунок 6. Точка беспроводного доступа набора для проведения терапии и ее маркировка



Рисунок 7. Сервисный шлюз сетевой безопасности (межсетевой экран) набора для проведения терапии и набора инструментов для планирования Windows

JUNIPER
NETWORKS

MODEL/Модель/型号: SRX300

INPUT/Электропитание/額定値: DC 12V/2.8A Max.
12B/2.8A пост. ток

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

警告使用者: 此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動, 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

класс А

CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных SRX300

仅适用于海拔两千米以下地区安全使用



R-R-JPR-SRX300

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A



T D190037007



Manufacturer/製造商/製造商/Изготовитель: Juniper Networks, Inc.

520-068890 REV. 05 CM

2011/65/EU




SKU/型号/型號: SRX300

REV: C



650-065039 REV: 15



MAC: 0C:81:26:66:C1:E8



SN:

CV2819AN0581



Mfg. Date

20190816

ASSEMBLED IN TAIWAN

台灣製造 / 台灣製造

Рисунок 7.1. Пример маркировки сервисного шлюза сетевой безопасности набора для проведения терапии, набора инструментов для планирования Windows




Рисунок 8. SGRT камера с линзой и ее маркировка набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента (на примере SGRT камера с линзой 16 мм набора для укладки и фиксации пациента)




Рисунок 8. SGRT камера с линзой 12 мм набора для визуализации




Рисунок 9. Инструмент для калибровки камеры SGRT




Рисунок 10. Устройство визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента



Рисунок 10.1. Устройство визуального инструктажа с креплением набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 10.2. Маркировка устройства визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 11. Батарейный блок набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента



Рисунок 11.1. Пример маркировки батарейного блока набора принадлежностей к устройству визуального
инструмента набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 12. Зарядная станция набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента



Рисунок 12.1. Пример маркировки зарядной станции набора принадлежностей к устройству визуального
инструментария набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента



Рисунок 13. Импульсный источник питания набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента



Рисунок 13.1. Пример маркировки импульсного источника питания набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 14. Кабель Ethernet набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 15. Кабель питания набора принадлежностей к устройству визуального инструктажа набора для визуализации и набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 16. Головка из пенополистирола набора для укладки и фиксации пациента




Рисунок 17. Центральный сервер набора сетевого оборудования


P1035802001

NOT FOR
MEDICAL USE


DELL ProSupport

www.dell.com/prosupport/regionalcontacts

Service Tag: BY5C9X2



MAC Address: 54BF649169B2



Express Service Code: 26009426486

Quick Resource Locator






Рисунок 18. Кабель питания комплекта кабелей набора сетевого оборудования, комплекта кабелей для рабочей станции набора инструментов для планирования Windows, комплекта кабелей для рабочей станции комплекта предварительной установки набора проведения терапии



Рисунок 19. Кабель питания комплекта кабелей набора сетевого оборудования, комплекта кабелей для рабочей станции набора инструментов для планирования Windows, комплекта кабелей для рабочей станции комплекта предварительной установки набора проведения терапии




Рисунок 20. Опора комплекта предварительной установки набора для укладки и фиксации пациента и комплекта предварительной установки набора для визуализации




Рисунок 21. Кабель питания комплекта предварительной установки набора для укладки и фиксации пациента и комплекта предварительной установки набора для визуализации




Рисунок 22. Кабель Ethernet комплекта предварительной установки набора для укладки и фиксации пациента и комплекта предварительной установки набора для визуализации




Рисунок 23. Крепление точки беспроводного доступа комплекта предварительной установки набора проведения терапии





Рисунок 24. Футляр точки беспроводного доступа комплекта предварительной установки набора проведения терапии




Рисунок 25. Крепление настенного экрана комплекта предварительной установки набора проведения терапии




Рисунок 26. Соединительная коробка комплекта предварительной установки набора проведения терапии

Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на 2

_____ листах

