



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2022 года № РЗН 2018/7279

На медицинское изделие

**Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР-"Мед ТеКо" по ТУ 32.50.50-030-56812193-2017**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),  
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,  
д. 16, к. 2**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),  
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,  
д. 16, к. 2**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи,  
г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2**

Номер регистрационного досье № РД-47791/3080 от 16.02.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 19 июля 2022 года № 6562  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0059939

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2022 года

№ РЗЧ 2018/7279

Лист 1

На медицинское изделие

**Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР-"Мед ТеКо" по ТУ 32.50.50-030-56812193-2017,**  
в вариантах исполнения:

I. Облучатель - рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/2-Н - «Мед ТеКо» (настенный), в составе:

1. Облучатель - рециркулятор ОБР 15/2-Н-«Мед ТеКо» - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

I. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

- 1.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.
- 1.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.
2. Вставка плавкая ВПБ6-5, 0,5А; 5x20, стекло - 2 шт.

II. Облучатель - рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений: ОБР 30/2-Н - «Мед ТеКо» (настенный), в составе:

1. Облучатель - рециркулятор ОБР 30/2-Н-«Мед ТеКо» - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

I. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

- 1.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.
- 1.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.
2. Вставка плавкая ВПБ6-7, 1А; 5x20, стекло - 2 шт.

III. Облучатель - рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/2-П - «Мед ТеКо» (передвижной), в составе:

1. Облучатель - рециркулятор ОБР 15/2-П-«Мед ТеКо» - 1 шт.
2. Стойка передвижная СП-3 - 1 шт., в составе:

- ручка правая - 1 шт.
- ручка левая - 1 шт.
- ножка правая - 1 шт.
- ножка левая - 1 шт.
- основание - 1 шт.
- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.
- пластина соединительная - 1 шт.
- колесо со стопором - 3 шт.
- винт М6х50 - 4 шт.
- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0103073

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2022 года

№ РЗН 2018/7279

Лист 2

- винт М5х12 - 2 шт.

- гайка М6 - 4 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Вставка плавкая ВПБ6-5, 0,5А; 5х20, стекло - 2 шт.

2. Ключ шестигранный 2,5 мм - 1 шт.

IV. Облучатель - рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/2-П - «Мед ТеКо» (передвижной), в составе:

1. Облучатель - рециркулятор ОБР 30/2-П-«Мед ТеКо» - 1 шт.

2. Стойка передвижная СП1 - 1 шт., в составе;

- ручка правая - 1 шт.

- ручка левая - 1 шт.

- основание - 1 шт.

- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.

- пластина соединительная - 1 шт.

- колесо со стопором - 4 шт.

- винт с прессшайбой М6х30 - 4 шт.

- винт с прессшайбой М4х12 - 8 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Вставка плавкая ВПБ6-7, 1А; 5х20, стекло - 2 шт.



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0103075