



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 февраля 2023 года № РЗН 2023/19603

На медицинское изделие

Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Нипро Корпорейшн", Япония,

Nipro Corporation, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-Ku, Osaka 531-8510, Japan

Производитель

"Нипро Корпорейшн", Япония,

Nipro Corporation, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-Ku, Osaka 531-8510, Japan

Место производства медицинского изделия

**NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY, 8-7, Hanukiyachi, Niida,
Odate-shi, Akita, 018-5794, Japan**

Номер регистрационного досье № РД-47784/95417 от 16.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 февраля 2023 года № 935
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0069057

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 февраля 2023 года № РЗН 2023/19603

Лист 1

На медицинское изделие

**Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II,
стерильный одноразовый, в вариантах исполнения:**

I. Вариант исполнения 1, в составе:

- Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый, типоразмер: Эффективная длина катетера 1450 мм; Внутренний диаметр катетера 1,33 мм; Диаметр совместимого катетера 6F (2,0 мм);
- Инструкция-вкладыш.

II. Вариант исполнения 2, в составе:

- Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый, типоразмер: Эффективная длина катетера 1450 мм; Внутренний диаметр катетера 1,43 мм; Диаметр совместимого катетера 6F (2,0 мм);
- Инструкция-вкладыш.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0116279