



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Белла»

М.К. Ковальчик
«09» декабря 2021 г.

**Наборы медицинские
для гемодиализа и плазмафереза
одноразовые, стерильные «Matoset»
по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017**

Инструкция по применению

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.
8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.
11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.
12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.
20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.
23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 (далее по тексту – «Наборы» или «Изделие») представляют собой медицинское изделие, которое, в зависимости от конкретного заказа потребителя, имеет различные варианты исполнения (см. Приложение) и формируется из составляющих, указанных в таблице 1:

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
1	Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019	Изготовлена из нетканого материала; является трехслойной; имеет носовой фиксатор и средства фиксации в виде эластичных элементов. Класс защиты: тип II в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019.	Предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов воздушно-капельным путем во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения, а также для сокращения выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.
2	Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017	Изготовлен из 100% хлопка.	Используется для фиксации и наложения первичной повязки или другой повязки на теле пациента, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.
3	Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017	Представляет собой тканую ленту эластичную. В зависимости от конкретного заказа потребителя может быть в вариантах исполнения: Matolast без застежки или Matostretch без застежки	Используется в качестве биндажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента.
4	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Изготовлен из эластичного нетканого материала в виде пластыря или повязки-пластыря или лейкопластыря с впитывающей подушечкой из вязкоэластичного полиэстера, прямоугольной формы и имеющий липкий слой по краям для ее фиксации на коже человека.	Применяется для остановки кровотечения после пункции иглами, для стерильной обработки ран после процедур, а также для фиксации салфетки (марлевой или нетканой) с целью остановки кровотечения после пункции иглами.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
5	Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль	Изготовлена из эластичного нетканого материала, имеет прямоугольную форму с закругленными краями, впитывающую подушечку и липкий слой по краям для ее фиксации на коже пациента. На повязке находится вырез для фиксации канюль и катетеров.	Применяется для фиксации канюль, катетеров и кровопроводящих магистралей.
6	Лейкопластыри медицинские на полимерной основе	Изготовлены из микроперфорированной полиэтиленовой пленки, со специальной впитывающей подушечкой.	Применяется для остановки кровотечения после пункции иглами.
7	Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies; Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	Изготовлены из гидрофильного нетканого материала. В зависимости от конкретного заказа потребителя могут иметь 4, 6 или 8 сложенных.	Применяются как впитывающий материал во время проведения процедур. А также могут быть использованы для вытирания рук.
8	Пластыри для фиксации катетеров	Пластырь из нетканого, пленочного или нетканопленочного материала, с впитывающей подушечкой, изготовленной из вязкого полиэстера, с разрезом /вырезом или без.	Применяются для фиксации канюль, катетеров и кровопроводящих магистралей.
9	Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	Изготовлены из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при

		проведении процедур.
--	--	----------------------

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
10	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем	Изготовлены из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю одной стороны или к краям двух параллельных сторон Салфетки по всей длине или ширине.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
11	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: салфетки с отверстием и адгезивным краем	Изготовлены из гидрофобного или гидрофильного ламинированного или неламинированного нетканого материала прямоугольной или квадратной формы. Имеют отверстия круглой, овальной, квадратной или прямоугольной формы. Месторасположение отверстий зависит от конкретного заказа потребителя. Имеют адгезивный край, защищенный бумагой. Адгезивный край наносится вплотную к краю отверстия Салфетки, и/или вплотную к краю одной стороны или к краям двух параллельных сторон Салфетки по всей длине или ширине.	Применяются в качестве неспециального защитного покрытия для различного медицинского оборудования и медицинских инструментов с целью обеспечения барьера против перекрестного заражения в медицинском учреждении, а также в качестве покровного материала на пациента при проведении процедур.
12	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	Салфетки изготовлены из хлопчатобумажной марли.	Применяются как впитывающий материал или как перевязочное средство во время проведения процедур, а также для защиты покрытия/очистки раневой поверхности или для местного нанесения медикаментов.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
13	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без	Изделия изготовлены из хлопчатобумажной марли. Могут иметь следующие формы: шарика, усика, треугольника, наперстка.	Мелкие перевязочные изделия с большой впитываемостью; применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран.
14	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные	Перчатки изготовлены из натурального латекса; являются неопудренными; манжета с валиком. Поверхность перчаток текстурированная.	Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.
15	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные	Перчатки изготовлены из натурального латекса; являются неопудренными; манжета с валиком; поверхность перчаток текстурированная.	Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.
16	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные	Перчатки изготовлены являются нитриловыми, неопудренными. Поверхность перчаток текстурированная.	Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.
17	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные	Перчатки являются нитриловыми, неопудренными манжета с валиком; поверхность перчаток текстурированная.	Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время проведения медицинских процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
18	Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	Изделие может быть двухдетальным (состав: прозрачный цилиндр и шток-поршень) или трехдетальным (состав: прозрачный цилиндр, шток-поршень и резиновая или полиуретановая манжета на поршне, которая обеспечивает плавность ввода лекарственных средств без рывков и резких движений). Уплотнитель поршня изготовлен из термопластичного эластомера черного, зеленого или желтого цветов; может быть обработан силиконовой смазкой. Типы присоединительного наконечника шприца и его соединения с конусом головки инъекционной иглы «Луер» или «Луер Лок». Шприцы комплектуются инъекционными иглами однократного применения, имеющими предохранительный колпачок.	Предназначены для применения с инъекционными иглами однократного применения для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма.
19	Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diacan (Диакан)	Изготовлена из специального стального сплава; имеет восьмигранную заточку; поверхность иглы покрыта силиконом. Крылышки иглы цветомаркированы в зависимости от ее размера; исполнены в форме бабочки. Канюля имеет зажимы и трубку; предохранительный колпачок.	Предназначены для пункции фистулы при проведении процедуры гемодиализа.
20	Контейнер	Изготовлен из пластмассы. Могут быть круглыми или прямоугольными различных размеров.	Служит емкостью для жидкостей, используемых во время проведения процедуры (например, дезинфицирующей жидкости) или для сбора отработанного материала во время проведения процедур.

Продолжение таблицы 1.

№ п/п	Наименование	Описание	Применение
1	2	3	4
21	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный; пинцет полимерный одноразовый стерильный	Пластмассовые пинцеты различных размеров, могут быть разных цветов, могут быть тупоконечными или остроконечными; могут иметь окончательные губки с насечкой.	Предназначены для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время проведения процедур.
22	Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»	Изготовлены из полиэтиленовой пленки. Имеют спайку на дне.	Предназначены для сбора отработанного материала.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 предназначены для проведения процедуры гемодиализа или плазмафереза.

Область применения:

- При процедуре гемодиализа - нефрология, отделения искусственной почки;
- При процедуре плазмафереза - кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, дерматология, косметология, ревматология, неонатология, нефрология, эндокринология, аллергология, токсикология, акушерство и гинекология.

Условия применения: Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 могут применяться в медицинских клиниках, в амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждениях.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 предназначены для проведения процедуры гемодиализа или плазмафереза.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Медицинское изделие предназначено для однократного применения.

Не использовать в случае индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

Не использовать после окончания срока годности.

Не использовать в случае повреждения упаковки.

Не подлежит повторной стерилизации.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства: аллергическая реакция, ввиду непереносимости пациентом материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 сочетаются со всеми видами медицинских изделий, которые применяются при проведении необходимых для пациента процедур.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Специальных исследований применения Изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Исследования о возможном влиянии Изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как Изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Убедитесь, что Изделие не просрочено, а упаковка не повреждена.

Взять упаковку за край, обозначенный графическим символом «Вскрывать здесь».

Плавным движением извлечь содержимое упаковки.

Применение данного Изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

После использования по назначению утилизируйте.

Применять в соответствии с данной инструкцией.

11. СРОК ГОДНОСТИ И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ.

Срок годности указан на упаковке и не должен превышать 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Наборы транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 с пределом верхней температуры в +25°C. Допускается транспортирование по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при ограничении нижней температуры в -20°C – не более 48 часов.

Хранение Наборов у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в температурном диапазоне от +5 °C до +25 °C.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

13. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Непригодное к использованию Изделие (неиспользованное Изделие с истекшим сроком годности) относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использованное Изделие относится к отходам класса Б - эпидемиологически опасные, и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок и т.д.

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла»),
ИНН 5011021499, Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
тел./факс: (8-49640) 48370/(8-49640) 49017, e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

Адрес места производства.

ООО «Белла», Российская Федерация,
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9
тел./факс: (8-49640) 48370/(8-49640) 49017, e-mail: ooo.bella@tzmo-global.com

15. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Варианты комплектации в соответствии с ТУ 32.50.13-028-11736425-2017.

Варианты комплектации Изделия представлены в Приложении к настоящей Инструкции.

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 должны соответствовать требованиям ТУ 32.50.13-028-11736425-2017 и изготавливаться с соблюдением санитарных норм и правил.

При изготовлении составляющих Наборов применяют материалы, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

№	Название составляющих Изделия		Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2		3	4
1	Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017		ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-034-11736425-2017; РУ №РЗН 2017/6306	марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.6498 по ГОСТ 9412-93
				марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ 9393-001-10715071-2014
				100% хлопчатобумажная марля, тип: 13 heavy, 17, 24a
				100% хлопчатобумажная марля (17, 23, 28, 30, 36 г/м2)
2	Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017:	Matostretch без застежки	ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-046-11736425-2017, РУ №РЗН 2019/8142	Вискозная пряжа (60%) – PRZĘDZA WISKOZOWA 20 TEX
		Matolast без застежки		Полиамидная шелковая пряжа (25%) – PRZĘDZA JEDWAB POLIAMIDOWY 110DTEX
				Полиуретановая пряжа (15%) – PRZĘDZA ELASTOMEROWA
				Вискозная пряжа (56%) – PRZĘDZA WISKOZOWA 20 TEX
				Полиамидная шелковая пряжа (44%) – PRZĘDZA JEDWAB POLIAMIDOWY 110DTEX
3	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах		«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959	абсорбирующая подушечка без пропитки из вискозного полиэстера; цвет белый; неадгезивная (нелипкая) пленка из полиэтилена, марка 9002-88-48; нетканый вискозно-полиэстеровый материал, марка 25038-59-9; клей акриловый, марка 79-20-9; бумага марка mixture63148-62-9, цвет белый
4	Лейкопластыри медицинские на полимерной основе		«Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610	основа – полиуретан, марка 200070; липкий слой: клей акриловый, марка DURO-TAK 380-2954; абсорбционная подушечка - нетканый материал, марка I-PAD; защитный слой – бумага, арт. 3-012-5
5	Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль		АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690	основа – полиэтиленовая пленка 3М или нетканый материал Ningo Weiye Science & Technology, клей расплав HM 1301, впитывающая сердцевина – нетканый материал вискозно-полипропиленовый WPS065, бумага силиконовая 035/C

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
6	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.50-032-1173425-2017, РУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2)
			нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breathe Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054
			Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 20г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
			Нетканое полотно «Спанлейс» (полотно неокрашенное, цвет: белый; плотность 35 г/м2)
7	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем	ООО «Белла», Россия, ТУ 32.50.50-032-1173425-2017, РУ №РЗН 2017/6528	материал нетканый ламинированный марки В-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 35 г/м2)
			нетканый композиционный материал из химических волокон т.м. «Breathe Duo» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 54 г/м2), код TLN003054
			Нетканое полипропиленовое полотно марки CC-35 (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 35 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки CREATEX (цвет: голубой; краситель BLUE, Americhem; поверхностная плотность 17 г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; плотность 20г/м2)
			Полипропиленовый нетканый материал марки «Экоспан» (цвет: голубой; краситель LIGHT BLUE (SB), Americhem; поверхностная плотность 40 г/м2)
			Нетканое полотно «Спанлейс»

			(полотно неокрашенное, цвет: белый; плотность 35 г/м ²)
--	--	--	--

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
8	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorpat: салфетки с отверстием и адгезивным краем	«ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840	полипропиленовый нетканый материал, ламинированный полиэтиленово-полипропиленовой пленкой, марка L2 (цвет: голубой; краситель: LIGHT BLUE (SB), Americhem, поверхностная плотность 56 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D полиэстрово-целлюлозный однослойный нетканый материал марка BP (поверхностная плотность 68 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D целлюлозно-полиэтиленовый ламинат марка FB (поверхностная плотность 42 г/м ²); Липкий слой марки DuploMED SD 6248 D
9	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorpat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-035-1173425-2017, РУ №РЗН 2018/6884	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ГОСТ 9412, Арт.6498 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная (ТУ 9393-001-10715071-2014) Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, Арт.: 6498-5; 6498-4; 6498-3; 6498-2; 6498-1 100% впитывающая хлопковая марля, тип: 13 heavy (17 г/м ²), 17 (23 г/м ²), 24a (36 г/м ²) Хлопчатобумажная марля плотность 13-нитей, 17-нитей, 20-нитей, 17 г/м ² , 20 г/м ² , 22 г/м ² , 23 г/м ² , 25 г/м ² , 26 г/м ² , 27 г/м ² , 28 г/м ² , 30 г/м ² , 32 г/м ² , 33 г/м ² , 34 г/м ² , 36 г/м ²
10	Салфетки нестерильные товарного знака matorpat: из нетканого материала Matovlies	АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283	Нетканый материал F2000-72PRF-30 (FIBRELLA PerfR) (полотно неокрашенное, цвет: белый; поверхностная плотность 30 г/м ²); Нетканый материал F2000-72PRF-40 (FIBRELLA PerfR) (полотно неокрашенное, цвет: белый; поверхностная плотность 40 г/м ²)
11	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorpat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	ООО «Белла», Россия, ТУ 21.20.24-035-11736425-2017, РУ №РЗН 2018/6884	Нетканый материал «Спанлейс» (полотно неокрашенное, цвет: белый; плотность 30 г/м ² ; 40 г/м ²)

Продолжение таблица 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
12	Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer D (Тупфер Д), Tupfer E (Тупфер Е)	АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372	Марля хлопчатобумажная отбеленная, Арт. 120BP17
13	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные	«ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788	100% латекс натуральный
14	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679	100% латекс натуральный
15	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные	«ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788	Нитриловый латекс (92,6%), оксид цинка (1,6%), оксид титана (2,0%), сера (1,2%), дибутилдитиокарбамат цинка (0,7%), гидроксил калия (1,8%), фталоцианин синий (0,1%)
16	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные	«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284	Супер Софт Нитрил (Super soft nitril)

Продолжение таблица 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
17	Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	ООО «Стерин», ТУ 9398-004-11701993-2008, ПУ №ФСР 2008/03253	цилиндр шприца: полипропилен Бален марка 01270; полипропилен марка PP270EF, марка PP250GP; шток-поршень шприца: полиэтиленовые гранулы марка I-1567; полиэтилен низкого давления марка 277-73; смазка внутренней поверхности цилиндра шприца: жидкость полиметил-силоксановая, марка ПМС-100, марка ПМС – 200; манжета шприца: композиция на основе термоэластопластов марка КЛ-МШ; термоэластопласт марка 709.901.A55P; краситель: углерод технический ГОСТ 7885 – пигмент (черный); трубка иглы: сталь, марка 12X18H10T; головка иглы и колпачок: полипропилен – Каплен; полипропилен – Бален; цвет зеленый: краситель – концентрат «Баско» ПО405/10-ПП; цвет оранжевый: краситель марка ПФ 1205/34 ПЭ; цвет фиолетовый: краситель марка П 1509/02 ЛП; цвет черный: краситель – концентрат «Баско» П1805/64ПП; цвет желтый: краситель – концентрат «Баско» ПО205/12-ИП; цвет синий, краситель марка П 0508/01 ПЭ
18	Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан)	«Б.Браун Авитум АГ», Германия, ПУ №ФСЗ 2008/03243	иглы фистульные артериальные и венозные Diasan изготовлены из специального стального сплава; иглы имеют восьмигранную заточку; поверхность иглы покрыта силиконом. Крылышки иглы цветомаркированы в зависимости от ее размера; исполнены в форме бабочки. Иглы имеют зажимы и трубку. Предохранительный колпачок изготовлен из полипропилена; является бесцветным.

Продолжение таблица 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
19	Контейнеры	ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13- 011-52938721-2018	Арт. К-115-250 Полипропилен Н030 GP
			Арт. К-115-500 Полипропилен Н030 GP
			Арт. Л-3 Полипропилен Н030 GP
			Арт. МС-2 Полипропилен Н030 GP
			Арт. МС-3 Полипропилен Н030 GP
			Арт. МС-4 Полипропилен Н030 GP
20	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398- 176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный; пинцет полимерный одноразовый стерильный	ООО «Полимерные изделия», Россия, ТУ 9398-176-44942795- 2005, РУ №ФСР 2010/07936	Нетоксичный полистирол pantone azure blue
21	Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29- 003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»	ООО «Инновация», Россия ТУ 22.29.29-003- 21109965-2018; РУ №РЗН 2016/3817	полиэтилен по ГОСТ 16338

Продолжение таблицы 2.

№	Название составляющих Изделия	Производитель, нормативная документация	Марки материалов, из которых изготовлены составляющие Набора
1	2	3	4
22	Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком malopat по ГОСТ Р 58396-2019	ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148	Внешний слой: Нетканый материал Спанбонд марки TEXFIL (цвет: голубой; поверхностная плотность: 17 г/м ²) или Нетканый материал типа Спанбонд марки CREATEX-МЕД (цвет: голубой; поверхностная плотность: 17 г/м ²)
			Фильтрующий слой: Нетканый материал мельтблаун марки Sawascreen8605 (цвет: белый; поверхностная плотность: 25 г/м ²) или Нетканый материал мельтблаун марки PM1ZZ-003 025NN (цвет: белый; поверхностная плотность: 25 г/м ²) или Материал нетканый "Мельтблун" марки М (цвет: белый; поверхностная плотность: 25 г/м ²)
			Внутренний слой: Нетканый материал Спанбонд марки TEXFIL (цвет: белый; поверхностная плотность: 17 г/м ²) или Нетканый материал типа Спанбонд марки CREATEX-МЕД (цвет: белый; поверхностная плотность: 17 г/м ²)
			Средства фиксации (эластичные элементы): Эластичный ламинат марки РК6530.220/.230 (состав: нетканый материал, полиэтилен; цвет: белый; поверхностная плотность: 75 г/м ²) или Эластичный ламинат марки FlexAire (состав: нетканый материал, полиэтилен; цвет: белый; поверхностная плотность: 98 г/м ² , 118 г/м ²)
			Носовой фиксатор: Полипропилен марки Twistband 1/44 или Полипропилен марки twist band
23	Упаковка для финишной стерилизации	<u>Бумажно-пленочный пакет; Нетканопленочный пакет</u> ООО «Белла» (Россия), ТУ 32.50.13-030-11736425-2017, РУ №РЗН 2017/6416	- пленка: • MOR PET/PP BLUE, Plastica, Польша; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Данафлекс-Нано» (Россия), ТУ 5453-008-61815213-2014; • комбинированный материал PET/PP, ООО «Мануфактура гибкой упаковки» (Россия), ТУ 2245-001-91547879-2011; • MOR PET/PE CLEAR, «Plastica», Польша, - бумага: PROPYR NEUTRE 60, «Sterimed», Франция; - нетканый материал «Sterimed» (Франция), Propupel® NW AR Blue 60 gsm; - химические индикаторы 1 класса: • «Tempilink» (США), TISFRC784B.2, TIS784B/858 ACT., TIGFGRG492, TIGFAC564A; - чернила: MC-2BK009 MAKE UP, «Domino» (Великобритания)
		<u>Блистерная упаковка</u>	• Firma Handlowo-Produkcyjna PAK (F.H.P. «PAK»), Польша: - пленка: FOLIA CPA/CPD 90 µm; • Plastica, Польша: - бумага 1102; - химический индикатор 1 класса: «Tempilink» (США), Blue/Brown TIGFAC564A; - чернила: MC-2BK009 MAKE UP, «Domino» (Великобритания)

Основные линейные размеры составляющих Наборов представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ пп	Наименование 1	Линейные размеры 2		
1	Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019	Длина, мм:	Ширина, мм	Глубина складки, мм
		175,00±10,00	95,00±10,00	10,00±5,00
		Эластичный элемент (для каждого в свободном состоянии)		Длина носового фиксатора, мм
		Длина, мм	Ширина, мм	
		≥150,00	15,00±5,00	≥85,00
2	Бинт марлевый медицинский нестерильный matopar standard под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017	Длина, м		Ширина, см
		2,00±0,20		7,0±0,5
		2,00±0,20		10,0±0,5
		4,00±0,20		5,0±0,5
		4,00±0,20		10,0±0,5
		4,00±0,20		15,0±1,0
		5,00±0,30		7,0±0,5
		5,00±0,30		10,0±0,5
		7,00±0,40		14,0±1,0
3	Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017	Ширина, см		Длина, м
		6,0±0,5		2,00±0,30
		8,0±0,5		2,00±0,30
		10,0±1,0		2,00±0,30
		12,0±1,0		2,00±0,30
		15,0±1,0		2,00±0,30
4	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	Ширина, см		Длина, см
		2,00±0,20		12,00±1,20
		2,00±0,20		15,00±1,50
		2,50±0,20		15,00±1,50
		3,00±0,30		15,00±1,50
		5,00±0,50		15,00±1,50
		6,00±0,50		7,00±0,50
		6,00±0,50		8,00±0,50
		8,00±0,50		10,00±1,00
		8,00±0,50		15,00±1,00
		10,00±1,00		10,00±1,00
		10,00±1,00		20,00±1,00
		10,00±1,00		25,00±1,00
5	Повязка стерильная «matopar» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль	Длина, см		Ширина, см
		7,20±0,50		5,00±0,30
		8,00±0,50		5,80±0,30
6	Лейкопластыри медицинские на полимерной основе	Ширина, см		Длина, см
		1,90±0,20		7,20±0,50
7	Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies;	4 сложения, 6 сложений или 8 сложений (в готовом сложенном виде)		
		Ширина, см		Длина, см
		5,00±0,50		5,00±0,50
8	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies	7,50±0,50		7,50±0,50
		10,00±1,00		10,00±1,00
		10,00±1,00		20,00±1,50

Продолжение таблицы 3.

№ пп	Наименование	Линейные размеры	
	1	2	
9	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские	Длина, см	Ширина, см
		25,00 ± 3,00	22,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	30,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		35,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		45,00 ± 3,00	75,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	80,00 ± 5,00
		50,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		50,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	40,00 ± 3,00
		70,00 ± 5,00	70,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		80,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		90,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
10	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем	Длина, см	Ширина, см
		25,00 ± 3,00	22,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	30,00 ± 3,00
		30,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		35,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	40,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		40,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00
		45,00 ± 3,00	75,00 ± 5,00
		45,00 ± 3,00	80,00 ± 5,00
		50,00 ± 3,00	50,00 ± 3,00
		50,00 ± 3,00	60,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		60,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	40,00 ± 3,00
		70,00 ± 5,00	70,00 ± 5,00
		70,00 ± 5,00	80,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00
		75,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		80,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		90,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00
		Ширина адгезивного края для всего размерного ряда Салфеток, см, не менее: 2,0	

Продолжение таблицы 3.

№ пп	Наименование	Линейные размеры		
		1	2	
11	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: салфетки с отверстием и адгезивным краем	Длина, см	Ширина, см	
		45,00 ± 3,00	38,00 ± 3,00	
		45,00 ± 3,00	45,00 ± 3,00	
		75,00 ± 5,00	45,00 ± 3,00	
		60,00 ± 5,00	50,00 ± 3,00	
		75,00 ± 5,00	60,00 ± 5,00	
		90,00 ± 5,00	60,00 ± 5,00	
		75,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00	
		90,00 ± 5,00	75,00 ± 5,00	
		90,00 ± 5,00	90,00 ± 5,00	
		Форма отверстия для всего размерного ряда Салфеток: круг, овал, квадрат, прямоугольник. Диаметр отверстия (круг), см, не менее: 5,00 Размер отверстия (овал): - Ширина, см, не менее: 5,00 - Длина, см, не менее: 8,00 Размер отверстия (квадрат): - Ширина, см, не менее: 10,00 - Длина, см, не менее: 10,00 Размер отверстия (прямоугольник): - Ширина, см, не менее: 8,00 - Длина, см, не менее: 10,00 Ширина адгезивного края для всего размерного ряда Салфеток, см, не менее: 2,0		
12	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp	В развернутом виде: однослойные или двухслойные		
		Длина, см	Ширина, см	
		16,0±1,0	14,0±1,0	
		45,0±1,5	29,0±1,5	
		В готовом (сложенном виде): 8, 12 или 16 сложений		
		Ширина, см	Длина, см	
		5,00±0,50	5,00±0,50	
		7,50±0,50	7,50±0,50	
		10,00±1,00	10,00±1,00	
		10,00±1,00	20,00±1,50	
13	Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без	Вид тупфера:	Размер края марли, из которого изготовлен тупфер из марлевого отреза	
		Tupfer A (Тупфер А): шарик	Ширина, см	Длина, см
			15,00±1,00	15,00±1,00
			20,00±1,00	20,00±1,00
			30,00±1,00	30,00±1,00
			50,00±1,00	50,00±1,00
		Tupfer C (Тупфер Ц): усик	Ширина, см	Длина, см
			15,00±1,00	15,00±1,00
			18,00±1,00	20,00±1,00
			30,00±1,00	30,00±1,00
		Tupfer D (Тупфер Д): треугольник	Ширина, см	Длина, см
			12,00±1,00	12,00±1,00
			15,00±1,00	15,00±1,00
			18,00±1,00	18,00±1,00
		Tupfer E (Тупфер Е): наперсток	Ширина, см	Длина, см
			26,00±3,00	82,00±3,00

Продолжение таблицы 3.

№ пп	Наименование 1	Линейные размеры 2		
		Размеры:	Ширина, мм	Длина, мм, не менее
14	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные	S	85,00±10,00	230,00
		M	95,00±10,00	230,00
		L	100,00±10,00	230,00
15	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные	XS	≤80,00	220,00
		S	80,00±10,00	220,00
		M	95,00±10,00	230,00
		L	110,00±10,00	230,00
		XL	≥110,00	230,00
16	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные	S	85,00±10,00	230,00
		M	95,00±10,00	230,00
		L	100,00±10,00	230,00
17	Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные	XS	≤80,00	220,00
		S	80,00±10,00	220,00
		M	95,00±10,00	230,00
		L	110,00±10,00	230,00
		XL	≥110,00	230,00
18	Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004- 11701993-2008	Объем шприца, мл	Диаметр иглы, мм	Длина трубки иглы, мм
		2	0,60 (±0,03)	25,00 (+1,5/-2,5)
		2	0,60 (±0,03)	30,00 (+1,5/-2,5)
		5	0,70 (±0,03)	40,00 (0/-4)
		5	0,80 (±0,03)	40,00 (0/-4)
		10	0,80 (±0,03)	40,00 (0/-4)
19	Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diacan (Диакан)	Длина иглы, мм (не менее) x Длина трубки иглы, мм (не менее):		
		25 мм x 150 мм (15G)		
		25 мм x 150 мм (16G)		
20	Контейнер	Контейнер круглый:		
		Объем, мл	Внешний диаметр, мм	Высота, мм
		250±5%	115±5%	43±5%
		Контейнер прямоугольный:		
		Объем, мл	Ширина, мм	Длина, мм
		250±5%	80±5%	108±5%
		500±5%	132±5%	180±5%
		750±5%	180±5%	130±5%
		1000±5%	180±5%	130±5%
				64±5%

Продолжение таблицы 3.

№ пп	Наименование	Линейные размеры	
	1	2	
21	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный; пинцет полимерный одноразовый стерильный	Пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный:	
		Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
		125,00±5%	19,00±2,00
		Пинцет полимерный одноразовый стерильный:	
		Длина, мм	Расстояние между браншами, мм
		125,00±5%	21,00±2,00
22	Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»	150,00±5%	13,00±2,00
		Ширина, см	Длина, см
		30,0 ± 4,5	33,0 ± 5,0
		33,0 ± 5,0	60,0 ± 9,0
		50,0 ± 7,5	60,0 ± 9,0

Наборы выпускаются в стерильном виде: газовая стерилизация оксидом этилена.

В комплект поставки должны входить:

- Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017, одного варианта исполнения в потребительской упаковке (упаковке для финишной стерилизации) с маркировкой;
- Инструкция по применению.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие применяется в медицинских клиниках, в амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждениях.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Непригодные к использованию изделия (неиспользованные изделия с истекшим сроком годности) относятся к отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к бытовым отходам и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и требуют соответствующих мер предосторожности при уничтожении (утилизации) их в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Изделие должно быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к использованию.

В эксплуатационной документации на Изделие должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации изделия.

В процессе производства Изделий в окружающую среду не должны выделяться токсичные вещества, оказывающие раздражающее или сенсibiliзирующее действие на организм человека.

В условиях эксплуатации, Изделие должно быть нетоксично и не вызывать местно-раздражающих или аллергических реакций при контакте с кожей.

Все работы по производству Изделия должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по СанПиН 1.2.3685-21.

Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91, а также ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При тушении пожара и выполнении мероприятий по спасению людей и материальных ценностей следует использовать средства защиты органов дыхания.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При производстве Наборов, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Запрещается неорганизованное сжигание бывшего в употреблении Изделия.

21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.


Общество с ограниченной ответственностью «Белла» (ООО «Белла») не имеет уполномоченного представителя.

22. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Маркировка Изделия сопровождается графическими символами, которые должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расшифровка графических символов, используемых при маркировке Изделия, представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Графический символ	Описание
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки

	Использовать до
	Код партии (номер партии)
	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Символ переработки
	Зарегистрированный товарный знак
	Апирогенно
	Знак соответствия при декларировании соответствия в системе ГОСТ Р
	Дата изготовления

Маркировка Изделия может сопровождаться графическим изображением составляющих Наборов. Используемые в данном случае пиктограммы и символы представлены в таблице 5 и таблице 6 соответственно.

Таблица 5

Пиктограмма	Описание
Количество	
1	1 штука
10	10 штук
Вид составляющего Набора	
	Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019
	Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017
	Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки
	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах
	Лейкопластыри медицинские на полимерной основе
	Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль

Продолжение таблицы 5





Пиктограмма	Описание
	Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные; Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные; Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные; Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные
	Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без <i>Tupfer C (Тупфер Ц) (форма усика), Tupfer E (Тупфер Е) (форма наперстка), (Tupfer A (Тупфер А) (форма шарика), Tupfer D (Тупфер Д) (форма треугольника)</i>
	Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp; Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies; Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies; Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские
	Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем;
	Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: салфетки с отверстием и адгезивным краем
	Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008
	Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан)
	Контейнер
	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет полимерный одноразовый стерильный; пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный
	Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»

Таблица 6

Символы	Описание
	марля (число перед символом ставится если необходимо указать количество нитей на 1 кв.см)
	нетканый материал
	обозначение содержания латекса
4≡, 8≡, 12≡, 16≡	количество сложенных
BP, L2, FB, PE, CMC, CMMC	возможно нанесение символов нетканых материалов и пленок
Размерность	
5 см x 5 см	5 см x 5 см
1 м x 2 см	1 м x 2 см
75 см x 90 см (Ø8)	75 см x 90 см, отверстие диаметром 8 см
250 мл	емкость 250 мл
XS, S, M, L, XL	размер перчаток
35г/м ² , 40г/м ²	возможно нанесение плотности материала

Принцип чтения пиктограмм и символов:

Пример обозначения: 10 17 8≡ 5x5

где

- 10 – количество составляющего в наборе;
- – вид изделия;
- 17 8≡ – символы, для описания составляющего;
- 5 x 5 размер.

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Национальные стандарты РФ, регламентирующие требования безопасности, качества и методы контроля соответствия Изделия этим требованиям:

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».
- Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 №930 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416».
- Постановление Правительства РФ от 17.07.2014 №670 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий».
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №160 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416».
- Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 №633 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий».
- Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 299 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 года N 1335 «О внесении изменения в пункт 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий»;
- Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1906 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»;
- ГОСТ Р 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
- ГОСТ ISO 11135-2012 «Межгосударственный стандарт. Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена»;
- ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 14937-2012 «Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»;
- ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 28840-90 «Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования»;
- ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия»;
- ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 58236-2018 «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53498-2019 «Средства перевязочные пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 3303-1-2015 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на продавливание. Часть 1. Метод с применением стального шарика»;
- ГОСТ Р ИСО 2758-2017 «Бумага. Метод определения сопротивления продавливанию»;
- ГОСТ Р ИСО 536-2013 «Бумага и картон. Определение массы»;
- ГОСТ 14236-81 «Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение»;
- ГОСТ EN 455-2-2014 «Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Методы определения физико-механических свойств»;
- ГОСТ ISO 7886-1-2011 «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования»;
- ГОСТ ISO 7864-2011 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные»;
- ГОСТ Р ИСО 9626-2020 «Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний»;
- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»;
- ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;
- ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия»;
- ГОСТ 33076-2014 «Перчатки медицинские. Метод определения герметичности»;
- ГОСТ 17035-86 «Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов»;
- ГОСТ Р ИСО 6009-2020 «Иглы инъекционные одноразового применения. Цветовой кодирование»;
- ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей»;
- ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
- ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»;
- ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»;
- МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»;
- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- ГФ РФ издание XIV ОФС. 1.2.4.0003.15. «Стерильность»;
- ОФС.1.2.4.0005.15 Общая фармакопейная статья. «Пирогенность»;
- МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде»;
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида»;
- МУК 4.1.1209-03 «Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде»;
- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава».
- ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации»;
- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;
- ГОСТ ISO 11607-2-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки».

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017, варианты исполнения:

Набор №1:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 - от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL - от 1 пары до 4 пар.

Набор №2:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 - от 1 шт. до 6 шт.

Набор №3:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или

6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №4:

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №5:

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 - от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или

70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;
Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №6:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №7:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №8:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 - от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 - от 1 шт. до 4 шт.

Набор №9:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 - от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 - от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м x 7 см или 2 м x 10 см или 4 м x 5 см или 4 м x 10 см или 4 м x 15 см или 5 м x 7 см или 5 м x 10 см или 7 м x 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 - от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №10:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №11:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-

032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.

Набор №12:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №13:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №14:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №15:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №16:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №17:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см

см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №18:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.

Набор №19:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-

032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м x 7 см или 2 м x 10 см или 4 м x 5 см или 4 м x 10 см или 4 м x 15 см или 5 м x 7 см или 5 м x 10 см или 7 м x 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №20:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №21:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см

см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №22:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №23:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или

6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №24:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ

2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №25:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см х 2 м или 8 см х 2 м или 10 см х 2 м или 12 см х 2 м или 15 см х 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №26:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosopr: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см х 2 м или 8 см х 2 м или 10 см х 2 м или 12 см х 2 м или 15 см х 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №27:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №28:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №29:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №30:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №31:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пары.

Набор №32:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №33:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №34:

Салфетки нестерильные товарного знака matoplat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matoplat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matoplat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №35:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №36:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matoplat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или

35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №37:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №38:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №39:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.

Набор №40:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60 см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - от 1 шт. до 6 шт..

Набор №41:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90

см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №42:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60 см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №43:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.

Набор №44:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №45:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или

70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopac по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopac: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №46:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopac по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopac нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopac standard под товарным знаком matopac по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м x 7 см или 2 м x 10 см или 4 м x 5 см или 4 м x 10 см или 4 м x 15 см или 5 м x 7 см или 5 м x 10 см или 7 м x 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopac: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №47:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopac по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopac нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или

6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;
Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №48:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60 см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №49:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60 см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»: 33 см x 30 см или 33 см x 60 см или 50 см x 60 см, производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №50:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №51:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №52:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №53:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №54:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или

35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №55:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №56:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см

х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №57:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №58:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см

х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №59:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №60:

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или

Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №61:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №62:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №63:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №64:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см

см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №65:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»: 33 см x 30 см или 33 см x 60 см или 50 см x 60 см, производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №66:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №67:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-

032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №68:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.;

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»: 33 см x 30 см или 33 см x 60 см или 50 см x 60 см, производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №69:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Повязка стерильная «matopar» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см х 5 см или 8 см х 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.;
Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»: 33 см х 30 см или 33 см х 60 см или 50 см х 60 см, производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №70:

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №71:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №72:

Салфетки нестерильные товарного знака matopar: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер С): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см

х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №73:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 - от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №74:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 - от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №75:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м x 7 см или 2 м x 10 см или 4 м x 5 см или 4 м x 10 см или 4 м x 15 см или 5 м x 7 см или 5 м x 10 см или 7 м x 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №76:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или

Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №77:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x

40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №78:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №79:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см

см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №80:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №81:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см

х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopat standard под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м х 7 см или 2 м х 10 см или 4 м х 5 см или 4 м х 10 см или 4 м х 15 см или 5 м х 7 см или 5 м х 10 см или 7 м х 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №82:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер С): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см х 2 м или 8 см х 2 м или 10 см х 2 м или 12 см х 2 м или 15 см х 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №83:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №84:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №85:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45

см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №86:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или

35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №87:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №88:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или

Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №89:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №90:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или

6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №91:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 - от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №92:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 - от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см

х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №93:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см х 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см х 5 см или 8 см х 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №94:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №95:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM

неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №96:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм х 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №97:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №98:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмБХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.;

Повязка стерильная «matopar» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №99:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №100:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №101:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №102:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №103:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45

см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №104:

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №105:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopaf по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopaf: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар.

Набор №106:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopaf по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopaf нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopaf по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopaf по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopaf: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №107:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopaf по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №108:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diacan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №109:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diacan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №110:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см

см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №111:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №112:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diacan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №113:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные,

производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matoplat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №114:

Салфетки нестерильные товарного знака matoplat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matoplat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matoplat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matoplat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matoplat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №115:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matoplat по ТУ 32.50.50-

032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matoplat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matoplat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matoplat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №116:

Марлевые перевязочные материалы марки matoplat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matoplat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matoplat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matoplat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №117:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matoplat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №118:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosopr: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные,

производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №119:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №120:

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №121:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или М или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или М или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №122:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или

Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №123:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №124:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 – от 1 шт. до 4 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуугольного и одноугольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №125:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matoviles: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуугольного и одноугольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №126:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45

см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 – от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 – от 1 шт. до 4 шт.;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №127:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60 см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №128:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №129:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или

35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №130:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые матосотр: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.

Набор №131:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или

70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №132:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Tupfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Tupfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Tupfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM

неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм х 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм х 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм х 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм х 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм х 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №133:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см х 15 см или 20 см х 20 см или 30 см х 30 см или 50 см х 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см х 15 см или 18 см х 20 см или 30 см х 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см х 12 см или 15 см х 15 см или 18 см х 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см х 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см х 12 см или 2 см х 15 см или 2,5 см х 15 см или 3 см х 15 см или 5 см х 15 см или 6 см х 7 см или 6 см х 8 см или 8 см х 10 см или 8 см х 15 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см или 10 см х 25 см, производитель «Фармлайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см х 22 см или 30 см х 30 см или 30 см х 40 см или 35 см х 50 см или 40 см х 40 см или 40 см х 45 см или 40 см х 60 см или 45 см х 45 см или 45 см х 75 см или 45 см х 80 см или 50 см х 50 см или 50 см х 60 см или 60 см х 80 см или 60 см х 90 см или 70 см х 40 см или 70 см х 70 см или 70 см х 80 см или 75 см х 75 см или 75 см х 90 см или 80 см х 90 см или 90 см х 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasap (Диакан): 25 мм х 150 мм (15G); 25 мм х 150 мм (16G); 25 мм х 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см х 5 см или 8 см х 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №134:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см х 14 см или 45 см х 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см х 5 см или 7,5 см х 7,5 см или 10 см х 10 см или 10 см х 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopar нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 – от 1 шт. до 2 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диасан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 – от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matopar» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №135:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopar по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.

Набор №136:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopat: Ambulex P латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL – от 1 пары до 4 пар;

Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 – от 1 шт. до 5 шт.

Набор №137:

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matosomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные: 16 см x 14 см или 45 см x 29 см или в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки нестерильные товарного знака matopat: из нетканого материала Matovlies: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283 – от 1 шт. до 30 шт.;

Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложенных: 5 см x 5 см или 7,5 см x 7,5 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884 – от 1 шт. до 30 шт.;

Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Turfer A (Тупфер А): 15 см x 15 см или 20 см x 20 см или 30 см x 30 см или 50 см x 50 см; или Turfer C (Тупфер Ц): 15 см x 15 см или 18 см x 20 см или 30 см x 30 см; или Turfer D (Тупфер Д): 12 см x 12 см или 15 см x 15 см или 18 см x 18 см; или Turfer E (Тупфер Е): 26 см x 82 см, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372 – от 1 шт. до 30 шт.;

Лейкопластыри медицинские на полимерной основе: 1,9 см x 7,2 см, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610 – от 1 шт. до 10 шт.;

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах: 2 см x 12 см или 2 см x 15 см или 2,5 см x 15 см или 3 см x 15 см или 5 см x 15 см или 6 см x 7 см или 6 см x 8 см или 8 см x 10 см или 8 см x 15 см или 10 см x 10 см или 10 см x 20 см или 10 см x 25 см, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Покрывало на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем: 25 см x 22 см или 30 см x 30 см или 30 см x 40 см или 35 см x 50 см или 40 см x 40 см или 40 см x 45 см или 40 см x 60 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 45 см x 80 см или 50 см x 50 см или 50 см x 60 см или 60 см x 80 см или 60 см x 90 см или 70 см x 40 см или 70 см x 70 см или 70 см x 80 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см или 80 см x 90 см или 90 см x 90 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528 – от 1 шт. до 6 шт.;

Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopat: салфетки с отверстием и адгезивным краем: 45 см x 38 см или 45 см x 45 см или 45 см x 75 см или 50 см x 60

см или 60 см x 75 см или 60 см x 90 см или 75 см x 75 см или 75 см x 90 см, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840 - от 1 шт. до 6 шт.;

Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки: 6 см x 2 м или 8 см x 2 м или 10 см x 2 м или 12 см x 2 м или 15 см x 2 м, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142 - от 1 шт. до 4 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный matopar standard под товарным знаком matopar по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017: 2 м x 7 см или 2 м x 10 см или 4 м x 5 см или 4 м x 10 см или 4 м x 15 см или 5 м x 7 см или 5 м x 10 см или 7 м x 14 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306 - от 1 шт. до 4 шт.;

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopar по ГОСТ Р 58396-2019: 175 мм x 95 мм, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148 - от 1 шт. до 6 шт.;

Контейнер: прямоугольный: 250 мл или 500 мл или 750 мл или 1000 мл или круглый: 250 мл или 500 мл, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018 - от 1 шт. до 4 шт.;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex Р латексные неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679: XS или S или M или L или XL - от 1 пары до 4 пар;

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matopar: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные: S или M или L, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788, или Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284: XS или S или M или L или XL - от 1 пары до 4 пар;


Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или пинцет полимерный одноразовый стерильный: 125 мм или 150 мм, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936 - от 1 шт. до 2 шт.;

Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008: 2 мл/0,60 мм x 25,00 мм или 2 мл/0,60 мм x 30,00 мм или 5 мл/0,70 мм x 40,00 мм или 5 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 10 мл/0,80 мм x 40,00 мм или 20 мл/0,80 мм x 40,00 мм, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253 - от 1 шт. до 5 шт.;

Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа: Diasan (Диакан): 25 мм x 150 мм (15G); 25 мм x 150 мм (16G); 25 мм x 150 мм (17G), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243 - от 1 шт. до 2 шт.;

Повязка стерильная «matopar» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль: 7,2 см x 5 см или 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690 - от 1 шт. до 5 шт.;

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г»: 33 см x 30 см или 33 см x 60 см или 50 см x 60 см, производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817 - от 1 шт. до 2 шт.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

104 (сто четыре) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Белла»

Ковальчик М.К

