

Фотографические изображения медицинского изделия (обновленные):

**НАБОР РЕАГЕНТОВ «ЭТА ГРИПП А И В»
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА А И/ИЛИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗЦЕ (МАЗОК СО СТЕНОК НОСОВОГО ПРОХОДА) МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИИ**

ПО ТУ 21.20.23-006-18023326-2020



I. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 1 шт.; 2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 1 шт.; 3. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 1 шт.; 4. Этикетка на клеевой основе – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.

Макет маркировки

Расположение

Макет наклейки на
крышке
коробки

Изображение



Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В»
для качественного обнаружения антигенов
вирусов гриппа А и/или В в биологическом
образце (мазок со стенок носового прохода)
методом иммунохроматографии
по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020




ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4101; e-mail: dubna@bioworld.ru



06-2021



280621-001



06-2023



"Для профессионального применения"

"Только для диагностики in vitro"

"Для самотестирования"



Регистрационное удостоверение №

Макет наклейки на
боковой части
коробки

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики *in vitro*
качественного выявления антигенов вирусов гриппа А концентрацией 9,4
нг/мл и/или В концентрацией 18,8 нг/мл в биологическом образце (мазок
со стенок носового прохода) иммунохроматографическим методом.

Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения
антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце
(мазок со стенок носового прохода) методом
иммунохроматографии – 1 шт.;
2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 1 шт.;
3. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 1 шт.;
4. Этикетка на клеевой основе – 1 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Наклейка на
флакон-пробирку с
буферным
раствором

Флакон-пробирка с буферным раствором для Набора
реагентов «ЭТА Грипп А и В»

Серия: 280621-001

Дата выпуска: 06-2021

Годен до: 06-2023

Температура хранения: +2 - +30°C

ТУ 21.20.23-006-18023326-2020 РУ

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия
141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru



Маркировка на
упаковке экспресс-
теста
(фольгированный
пакет)

Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В»

LOT: 280621-001 Годен до: 06-2023

Производитель ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

Адрес: 141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, с. 2, офис 317

Тел.: +7(495)204-4104; E-mail: dubna@bioworld.ru

Наклейка на
флакон-
капельницу с
буферным
раствором

Флакон-капельница с буферным раствором для Набора
реагентов «ЭТА Грипп А и В»

Серия: 280621-020

Дата выпуска: 06-2021


Годен до: 06-2023

Температура хранения: +2 - +30°C


ТУ 21.20.23-006-18023326-2020 РУ

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия
141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru






II. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 1 шт.; 2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая одноразовая – 1 шт.; 4. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 1 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая – 1 шт.; 6. Этикетка на клеевой основе – 1 шт.; 7. Инструкция по применению – 1 шт.




III. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 5 шт.; 2. Флакон-пробирка с



IV. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 5 шт.; 2. Флакон-капельница с буферным раствором – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая одноразовая – 5 шт.; 4. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 5 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая – 5 шт.; 6. Этикетка на клеевой основе – 5 шт.; 7. Инструкция по применению – 1 шт.



V.Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1.Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 10 шт.; 2.Флакон-пробирка с одноразовым, стерильным – 10 шт.; 4.Этикетка на клеевой основе – 10 шт.; 5.Инструкция по применению – 1 шт.




VI. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 10 шт.; 2. Флакон-капельница – 10 шт.; 3. Бирка пластиковая одноразовая – 10 шт.; 4. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 10 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая – 10 шт.; 6. Этикетка на клеевой основе – 10 шт.; 7. Инструкция по применению – 1 шт.




VII. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 15 шт.; 2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 15 шт.; 3. Сд-тампон одноразовый, стерильный – 15 шт.; 4. Этикетка на клеевой основе – 15 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.



VIII. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 15 шт.; 2. Флакон-капельница с буферным раствором – 3 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая – 15 шт.; 4. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 15 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая – 15 шт.; 6. Этикетка на клеевой основе – 15 шт.; 7. Инструкция по применению – 1 шт.



IX. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 20 шт.; 2. Флакон-пробирка с



Х.Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1.Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 20 шт.; 2.Флакон-капельница 20 шт.; 3.Пластиковая одноразовая обертка – 20 шт.; 4.Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 20 шт.; 5.Пипетка пластиковая одноразовая – 20 шт.; 6.Этикетка на клеевой основе – 20 шт.; 7.Инструкция по применению – 1 шт.



XI. Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 25 шт.; 2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 25 шт.; 3. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 25 шт.; 4. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.



ХII.Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020, в составе: 1.Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения

с буферным раствором – 5 шт.; 2.Флакон-капельница – 25 шт.; 3.Пробирка пластиковая одноразовая – 25 шт.; 4.Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 25 шт.; 5.Пипетка пластиковая одноразовая – 25 шт.; 6.Этикетка на клеевой основе – 25 шт.; 7.Инструкция по применению – 1 шт.



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Набор реагентов «ЭТА Грипп А и В»
для качественного обнаружения антигенов
вируса гриппа А и/или В в биологическом
образце (мазок со стенок носового прохода)
методом иммунохроматографии
по ТУ 21.20.23-006-18023326-2020



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru



06-2021



300621-11



06-2023



"Для профессионального применения"
"Только для диагностики на вытро"
"Для серотестирования"



Регистрационное удостоверение №


Потребительская упаковка набора реагентов, вид сверху.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики in vitro качественного выявления антигенов вирусов гриппа А концентрацией 9,4 нг/мл и/или В концентрацией 18,8 нг/мл в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) иммунохроматографическим методом.


Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии – 25 шт.;
2. Флакон-пробирка с буферным раствором – 25 шт.;
3. Зонд-тампон одноразовый, стерильный – 25 шт.;
4. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.



Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В»
LOT: 280621-11. Годен до 06-2023
Дата выпуска: 06-2021
Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
Адрес: 141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(465)204-4104, e-mail: dubna@bioworld.ru

Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок носового прохода) методом иммунохроматографии в упаковке.



Экспресс-тест «ЭТА Грипп А и В» для качественного обнаружения антигенов вирусов гриппа А и/или В в биологическом образце (мазок со стенок
носового прохода) методом иммунохроматографии, извлеченный из упаковки.

**Флакон-пробирка с буферным раствором для
набора реагентов «ЭТА Грипп А и В»**

Серия: 280621-001

Дата выпуска: 06-2021

Годен до: 06-2023

Температура хранения: +2 - +30°C

ТУ 21.20.23-006-18023326-2020 РУ

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия

141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317

Тел. +7(495)204-4104; e-mail: dubna@bioworld.ru



Флакон – пробирка с буферным раствором.

Флакон-капельница с бу-
реагентов «ЭТА Грипп А»
Серия: 280621-020
Дата выпуска: 06-2021
Годен до: 06-2023
Температура хранения: +2...+8
ТУ 21.20.23-006-18023326-2020
Производитель: ООО «ЭТАГО»
141983, МО, г. Дубна, ул. Промыш-
Тел. +7(495)204-4104; e-mail: info@etago.ru

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 20 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

Фомина Н.В.

