



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 марта 2022 года № РЗН 2019/8884

На медицинское изделие

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена
по ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Абактум" (ООО "Абактум"),
Россия, 194223, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Светлановское, пр-кт Тореза, д. 44, лит. Б, помещ. 1-н (часть помещ. 21)

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Абактум" (ООО "Абактум"),
Россия, 194223, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Светлановское, пр-кт Тореза, д. 44, лит. Б, помещ. 1-н (часть помещ. 21)

Место производства медицинского изделия

ООО "Абактум", Россия, 194223, Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д. 44, лит. Б,
помещ. 1-н (часть помещ. 21)

Номер регистрационного досье № РД-48525/6705 от 17.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 28 марта 2022 года № 2268
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0061322



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 марта 2022 года № РЗН 2019/8884

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена
по ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016, в вариантах исполнения:**

1. Вариант 1. Кат. № СОЭ.10.170, в составе:

- штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 10 мест;
- капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, минимальное количество 10 штук;
- инструкция по применению;
- паспорт.

2. Вариант 2. Кат. № СОЭ.20.170, в составе:

- штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 20 мест;
- капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, минимальное количество 20 штук;
- инструкция по применению;
- паспорт.

W



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0098004