

ПРОЕКТ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Модуль медицинский ММ-148.9520.000, КТНП.9520.000
по ТУ 9451-003-12963643-2020

Модуль снабжается табличкой с маркировкой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, содержащей следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и обозначение модуля;
- номер модуля по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- номинальное напряжение питания;
- ток потребления;
- потребляемая мощность;
- обозначение класса и типа защиты от поражения электрическим током;
- обозначение настоящих технических условий;
- клеймо приемки ОТК предприятия-изготовителя;
- год и месяц выпуска.



КАЗАНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЗАВОД

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ

ММ-14.8.9520.000

ИЗ 9451-003 12.6.364.0 2020

ЗАПОРТОК № К4 19/1001

ОК 3 ДИДН 11.2019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ МОДУЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ММ-14.8.9520.000

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ГИГ 12V

=24-294 В

1000 Вт

550 Вт





КАЗАНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД

МАШИНЫ МЕДИЦИНСКИЕ

КАТЕГОРИИ

ИЗ 9454-003-1296464-2020

СЕРИЙНЫЙ №

КА/1912.001

ОК 0151

DATA

12.2019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

МОДУЛЯ МЕДИЦИНСКОГО КТНП.9520.000

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

=12В_с

360 Вт



