



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 21 ноября 2022 года № РЗН 2022/18853

На медицинское изделие

Бокс с ламинарным потоком воздуха для клинических лабораторий
"ЛАМИНА" по ТУ 32.50.50-010-71644356-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Автономная некоммерческая организация "Аналитика и Высокие Технологии"
(АНО "АВТех"), Россия, 125124, Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2

Производитель

Автономная некоммерческая организация "Аналитика и Высокие Технологии"
(АНО "АВТех"), Россия, 125124, Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2

Место производства медицинского изделия

АНО "АВТех", Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское ш., д. 48, к. 1, оф. №№ 2,
2а/1, 2а/2

Номер регистрационного досье № РД-48863/96315 от 29.03.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2022 года № 10992
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0063749

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2022 года № РЗН 2022/18853

Лист 1

На медицинское изделие

Бокс с ламинарным потоком воздуха для клинических лабораторий "ЛАМИНА"
по ТУ 32.50.50-010-71644356-2021, в составе:

1. Корпус, в составе:

1.1. Алюминиевый каркас со стеклянными стенками - 1 шт.

1.2. Лампа освещения LLED-01, ATLBUSINESS, КНР - 2 шт.


1.3. УФ-Лампа (Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-35 "Азов" ТУ 9444-015-03965956-2008, ООО "ЭЛИД", РФ, РУ № ФСР 2009/05399) - 1 шт. (при необходимости).

1.4. НЕРА фильтр ФВА-II-570-1170-66-H13/K4/OC3/U3, ООО "Фильтрационные Технологии", РФ - 1 шт.

2. Защитное стекло рабочего проема - 1 шт. (при необходимости).

3. Фильтромодуль с блоком питания и сетевым шнуром - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0108282