



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2022 года № РЗН 2022/19260

На медицинское изделие

Система для подъема и перемещения пациентов "Ассистент"
по ТУ 32.50.13-023-76228444-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника"
(ООО "Физиотехника"), Россия,

197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, лит. А, пом. 2-Н

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника"
(ООО "Физиотехника"), Россия,

197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, лит. А, пом. 2-Н

Место производства медицинского изделия

ООО "Физиотехника", Россия, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, с/п Виллозское, д. Малое Карлино

Номер регистрационного досье № РД-47982/97443 от 24.02.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2022 года № 12303
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0069638

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2022 года № РЗН 2022/19260

Лист 1

На медицинское изделие

Система для подъема и перемещения пациентов "Ассистент"
по ТУ 32.50.13-023-76228444-2020, в составе:

1. Подъемник реабилитационный потолочный - не более 10 шт., в составе:
 - 1.1. Корпус подъемника вместе с выдвижным ремнем - 1 шт.
 - 1.2. Направляющая - не более 120 шт.
 - 1.3. Каретка - не более 10 шт.
 - 1.4. Кронштейн люльки подъемника - 1 шт.
 - 1.5. Люлька подъемника - не более 10 шт.
 - 1.6. Кронштейн пульта управления - 1 шт.
 - 1.7. Пульт управления с кабелем - 1 шт.
 - 1.8. Зарядное устройство с несъемным шнуром питания - 1 шт.
 - 1.9. Зарядный кабель - 1 шт.
 - 1.10. Стойка передвижная для направляющих - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.11. Направляющая поворотная - не более 60 шт. (при необходимости).
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации.

≠

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0116018