

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«07» июля 2022 г.




Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Total Triiodothyronine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T3)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. («Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»),
Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Triiodothyronine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T3))



Total Triiodothyronine Kit
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

Components

MB 1×3.0 mL **LOT** T132100200


RA 1×6.5 mL **SN** 00032


RB 1×6.5 mL  30 MAY 2022




2°C  8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Triiodothyronine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T3))





Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения общего трийодтиронина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Triiodothyronine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T3))




T3 Quality Control

LOT T132100200  30 MAY 2022

QC Range (Low) : 0.820-1.914 ng/mL

QC Range (High) : 2.467-5.757 ng/mL



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



по ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСЬКО Р. В.