

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«27» июня 2022 г.





ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987787

КУСАЙЛО Р.В.


Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free
Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)



Free Thyroxine Kit
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

Components


MB 1×3.5 mL **LOT** T122100300

RB 1×7.0 mL **SN** 00334


RA 1×7.0 mL  27 MAY 2022




2°C  8°C




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)



Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)

FT4 Quality Control

LOT


T122100300



27 MAY 2022

QC Range (Low) : 14.173-33.069 pmol/L

QC Range (High) : 27.494-64.154 pmol/L



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным

методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Free Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) /FT4)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

