

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987783

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения миоглобина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Myoglobin STAT eCLIA / MYO STAT)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Instruction For Use


Product Name
Myoglobin STAT (MYO STAT) eCLIA


Order Information

REF NO.	Package Size
691035	50T
691036	2 x 50T
691037	100T
691038	2 x 100T


Intended Use
Immunoassay for in vitro quantitative determination of Myoglobin in human serum and plasma. The results can be used in assisting diagnosis of myocardial injury. Myoglobin (MYO) is a single peptide chain composed of 153 amino acid residues located in the cytoplasm of both cardiac and skeletal muscle cells. The molecular weight of myoglobin is 17.8 KD that is hence small enough to pass rapidly into the circulation following damage to cardiac and skeletal muscle cells. Myoglobin can

...should be stored 2-8°C for no more than 7 days or -25°C for no more than 12 months. Should be used only once.






Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения миоглобина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Myoglobin STAT eCLIA / MYO STAT))






Калибратор (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения миоглобина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Myoglobin STAT eCLIA / MYO STAT))



Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения миоглобина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Myoglobin STAT eCLIA / MYO STAT))



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения миоглобина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Myoglobin STAT eCLIA / MYO STAT))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.

