

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ВАРТАМАНА ИНТЕРНЭШНЛ ТРЕДЕРС»
Гогинени С.В.
«27» декабря 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микроскоп хирургический

Производитель: Appasamy Associates Private Limited

(Аппасами Ассоциэтс Прайвет Лимитед)

20, SBI Officers Colony, 1st Street, Arumbakkam, Chennai-600 106, India

(Первая улица, Арамбаккэм, Ченнай (Мадрас) - 600 106, Тамилнад, Индия)


й вид (образец А).
оскоп хирургический ААОМ Advent FS-9



Вид
микропроскоп хирургический BRILLIANT AAOM 250



ий вид).
оскоп хирургический AAOM Truglow FS-1



Наименование устройства : Микроскоп хирургический Модель : AAOM Advent FS-9, BRILLIANT AAOM 50, AAOM Truglow FS-1 Потребление : 230V AC-50Hz Мощность: 50 VA/2.0 А предохранитель класс 1, Тип 'B' IP20 время, необходимое для достижения максимальной рекомендуемой экспозиции – при 50% - 45 мин, при максимуме - 10 мин	    	Осторожно, изучите сопроводительные документы Часть В Оборудование Обратитесь к инструкции по применению Не для общих отходов Переменный ток
  2017		

 Appasamy Associates Private Limited № 20 СБИ, Оффисерс Колони, Фёст Стрит, Арумбаккам, Ченнаи-600, 106, Индия Условия эксплуатации Температура 0 °C до +40 °C Влажность Не более 80% Давление От 700 гПа до 1060 гПа Условия транспортировки и хранения Температура -20 °C до +60 °C Влажность Не более 85% Давление От 500 гПа до 1060 гПа
--

Наименование устройства : Микроскоп хирургический Модель : AAOM Advent FS-9, BRILLIANT AAOM 50, AAOM Truglow FS-1 Потребление : 230V AC-50 Hz Мощность: 50 VA/2.0 А предохранитель класс 1, Тип 'B' IP20	    	Эта сторона вверх Хрупкое Обращаться осторожно Держать сухим Подходит для переработки
  2017  Переменный ток		

 Appasamy Associates Private Limited № 20 СБИ, Оффисерс Колони, Фёст Стрит, Арумбаккам, Ченнаи-600, 106, Индия Условия эксплуатации Температура 0 °C до +40 °C Влажность Не более 80% Давление От 700 гПа до 1060 гПа Условия транспортировки и хранения Температура -20 °C до +60 °C Влажность Не более 85%

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 листа(ов).
Генеральный директор Рогинцев С.В.
С.С. Вигор
«27» декабри 2021 г. М.П.

