



Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»»
Носова Т.А.



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP)

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP)



Lifotronic

High-Sensitivity C-reactive Protein

HS-CRP

Components

MB	1×5.0 mL	LOT	L032100200
RA	1×9.0 mL	SN	00001
RB	1×9.0 mL		2022-05-27
DS	1×13.5 mL		




CE


IVD

2°C 8°C


Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP))



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU чувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP)



Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (High-Sensitivity C-reactive Protein (Electrochemiluminescence Immunoassay)/HS-CRP)

HS-CRP Control Material RFID

LOT L032100200  2022-05-27

QC Range (Low): 6266-11637 ng/mL

QC Range (High): 32780-60877 ng/mL

Lifotronic

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 5987789
КУСАЙЛО Р. В.

