

Согласовано

ООО «Бард Рус»

Организация

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 204

Адрес

Менеджер по регистрации

Должность

Полякова Н.Е.

Фамилия, Имя

23.09.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature




Фотографические изображения

Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™
для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт
в вариантах исполнения

2024



Рис. 1. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Групповая упаковка.



MiniLoc

Safety Infusion Set

MiniLoc* Safety Infusion Set
Equipo de infusión de seguridad MiniLoc*
Nécessaire pour perfusion de sécurité MiniLoc*
MiniLoc* Veiligheidsinfusset
MiniLoc* säkerhetsinfusionssats
MiniLoc* Sicherheits-Infusionsset
MiniLoc* sikkerhetsinfusjonssett
MiniLoc*, set di infusione di sicurezza

Σετ ασφαλούς έγχυσης MiniLoc*
MiniLoc* Sikkerheds-Infusionssæt
MiniLoc* Güvenli İnfüzyon Seti
Bezpečnostní infuzní souprava MiniLoc*
Sistema de Perfusão de Segurança MiniLoc*
MiniLoc* turvainfuusiosetti
Bezpieczny zestaw infuzyjny MiniLoc*
MiniLoc* biztonságos infúziós készlet

Комплект для безопасной инфузионной
терапии MiniLoc*
MiniLoc* 安全輸液套組
MiniLoc* 안전 주입 세트

0736989 1312R

Рис. 2. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе:
Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

**SAMPLES
NOT FOR HUMAN USE**

MiniLoc™
Safety Infusion Set



Quantity

22G x 1.5 in.
0.7 mm x 38 mm

LOT ASDYF048



2022-11-15
Use by

REF 0632215



Priming Volume
0.3 mL



Consult
Instructions
For Use



Do not re-use



Do not re-sterilize



Do not use if
package is
damaged

Rx Only

Not made
with natural
rubber latex.

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide



Non-pyrogenic



MR Conditional



The Green Dot

Bard and MiniLoc are trademarks and/or registered trademarks of C.R. Bard, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
For U.S. patent information that may apply, see www.bardaccess.com/ip
© 2017 C.R. Bard, Inc. All rights reserved.

Assembled in China

0747018

1711R

0024

Рис. 3. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе:
Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

MiniLoc™

Safety Infusion Set



Quantity

22G x 1.5 in.

0.7 mm x 38 mm

LOT ASDYF048



2022-11-15

Use by

REF 0632215



Priming Volume

0.3 mL



(01)10801741047593



(17)221115(10)ASDYF048

BARD

CE
0086

EC REP

Authorized Representative in
the European Community

Bard Limited

Forrest House, Brighton Road

Crawley, West Sussex

RH11 9BP UK



Manufacturer
Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT 84116 USA
800-443-5505, 801-522-5000
www.bardaccess.com

Рис. 4. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе:
Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.



Рис. 5. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Индивидуальная упаковка.

Игла
Губер
Микро
Зажим
Инструкция

Рис. 6. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на индивидуальной упаковке.




Рис. 7. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 8. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 9. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 10. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.





Рис. 11. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.

MiniLoc™

Safety Infusion Set

English	Instructions for Use	5
Français	Consignes d'utilisation	7
Deutsch	Gebrauchsanleitung	9
Italiano	Istruzioni per l'uso	11
Español	Instrucciones de uso	13
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	15
Português	Instruções de Utilização	17
Ελληνικά	Οδηγίες Χρήσης	19
Dansk	Brugsanvisning	21
Svenska	Brugsanvisning	23
Suomi	Käyttöohjeet	25
Norsk	Brugsanvisning	27
Polski	Instrukcja użycia	29
Magyar	Használati útmutató	31
Česky	Návod k použití	33
Türkçe	Kullanım Talimatları	35
Русский	Инструкция по применению	37
한국어	사용 지침	39
繁體中文	使用說明	41

Рис. 12. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.



BARD
ACCESS SYSTEMS

EC REP


Bard Limited
Forest House, Brighton Road
Clayley, West Sussex
BN11 9BP UK

CE
0086

Manufacturer:
Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT 84116 USA
801-522-5000
Customer Service: 800-545-0890
www.bardaccess.com

0747688 1805R

Рис. 13. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера: 22G (0,7 мм) x 38 мм; Микротрубка – 1 шт.; Зажим – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.



MiniLoc

Safety Infusion Set

MiniLoc* Safety Infusion Set
Equipo de infusión de seguridad MiniLoc*
Nécessaire pour perfusion de sécurité MiniLoc*
MiniLoc* Veiligheidsinfusset
MiniLoc* säkerhetsinfusionsatts
MiniLoc* Sicherheits-Infusionsset
MiniLoc* sikkerhetsinfusjonssett
MiniLoc*, set di infusione di sicurezza

Σετ ασφαλούς έγχυσης MiniLoc*
MiniLoc* Sikkerheds-Infusionssæt
MiniLoc* Güvenli İnfüzyon Seti
Bezpečnostní infuzní souprava MiniLoc*
Sistema de Perfusão de Segurança MiniLoc*
MiniLoc* turvainfuusiosetti
Bezpieczny zestaw infuzyjny MiniLoc*
MiniLoc* biztonsági infúziós készlet

Комплект для безопасной инфузионной
терапии MiniLoc*
MiniLoc* 安全輸液套組
MiniLoc* 안전 주입 세트

0736989 1312R

Рис. 15. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

**SAMPLES
NOT FOR HUMAN USE**

MiniLoc™
Safety Infusion Set

20
Quantity

20G x 1.0 in.
0.9 mm x 25 mm



Y-Site

LOT ASERF059



2023-04-13
Use by

REF 0682010



Priming Volume
0.4 mL with Y-site



Consult
Instructions
For Use



Do not re-use



Do not re-sterilize



Do not use if
package is
damaged


Rx Only

Not made
with natural
rubber latex.

STERILE EO
Sterilized using
ethylene oxide



Non-pyrogenic



MR Conditional



The Green Dot

Bard and MiniLoc are trademarks and/or registered trademarks of C.R. Bard, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
For U.S. patent information that may apply, see www.bardaccess.com/ip
© 2017 C.R. Bard, Inc. All rights reserved.

Assembled in China

0750324 1909R 0738

Рис. 16. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

MiniLoc™

Safety Infusion Set



Quantity

20G x 1.0 in.

0.9 mm x 25 mm



Y-Site

LOT

ASERF059



2023-04-13

Use by

REF

0682010



Priming Volume

0.4 mL with Y-site



(01)10801741048026



(17)230413(10)ASERF059

BARD

CE
2797

EC REP

Authorized Representative in
the European Community

BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park - A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins, Switzerland



Manufacturer
Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT 84116 USA
800-443-5505, 801-522-5000
www.bardaccess.com

Рис. 17. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.



Рис. 19. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на индивидуальной упаковке.



Рис. 20. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 21. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 22. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 23. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.



Рис. 24. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.





Рис. 25. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.



Рис. 26. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 20G (0,9 мм) x 25 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.



MiniLoc

Safety Infusion Set

MiniLoc* Safety Infusion Set
Equipo de infusión de seguridad MiniLoc*
Nécessaire pour perfusion de sécurité MiniLoc*
MiniLoc* Veiligheidsinfusieset
MiniLoc* säkerhetsinfusionssats
MiniLoc* Sicherheits-Infusionsset
MiniLoc* sikkerhetsinfusjonssett
MiniLoc*, set di infusione di sicurezza

Σετ ασφαλούς έγχυσης MiniLoc*
MiniLoc* Sikkerheds-Infusionssæt
MiniLoc* Güvenli İnfüzyon Seti
Bezpečnostní infuzní souprava MiniLoc*
Sistema de Perfusão de Segurança MiniLoc*
MiniLoc* turvainfuusiosetti
Bezpieczny zestaw infuzyjny MiniLoc*
MiniLoc* biztonsági infúziós készlet

Комплект для безопасной инфузионной
терапии MiniLoc*
MiniLoc* 安全輸液套組
MiniLoc* 안전 주입 세트

0736989 1312R

Рис. 28. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

SAMPLES
NOT FOR HUMAN USE

MiniLoc™
Safety Infusion Set



19G x 0.75 in.
1.1 mm x 19 mm



LOT ASERF010



2023-04-01
Use by



REF 0681934



0.4 mL with Y-site



Rx Only



Bard and MiniLoc are trademarks and/or registered trademarks of C.R. Bard, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

For U.S. patent information that may apply, see www.bardaccess.com/ip

© 2017 C.R. Bard, Inc. All rights reserved.

Assembled in China

0750322

1909R

0352

Рис. 29. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.

MiniLoc™

Safety Infusion Set



Quantity

19G x 0.75 in.
1.1 mm x 19 mm



Y-Site

LOT ASERF010



2023-04-01
Use by

REF 0681934



Priming Volume
0.4 mL with Y-site



(01)10801741048002



(17)230401(10)ASERF010

BARD

CE
2797

EC REP

Authorized Representative in
the European Community
BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park - A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins, Switzerland



Manufacturer
Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT 84116 USA
800-443-5505, 801-522-5000
www.bardaccess.com

Рис. 30. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на групповой упаковке.



Рис. 31. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Индивидуальная упаковка.



Рис. 32. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Маркировка на индивидуальной упаковке.




Рис. 33. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 34. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 35. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.



Рис. 36. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.




Рис. 37. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.



MiniLoc™

Safety Infusion Set

English Instructions for Use	5
Français Consignes d'utilisation	7
Deutsch Gebrauchsanleitung	9
Italiano Istruzioni per l'uso	11
Español Instrucciones de uso	13
Nederlands Gebruiksaanwijzing	15
Português Instruções de Utilização	17
Ελληνικά Οδηγίες Χρήσης	19
Dansk Brugsanvisning	21
Svenska Bruksanvisning	23
Suomi Käyttöohjeet	25
Norsk Bruksanvisning	27
Polski Instrukcja użycia	29
Magyar Használati útmutató	31
Česky Návod k použití	33
Türkçe Kullanım Talimatları	35
Русский Инструкция по применению	37
한국어 사용지침	39
繁體中文 使用说明	41

Рис. 38. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.




Рис. 39. Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ с Y-образным коннектором для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: Игла Губера типоразмера (один из): 19G (1,1 мм) x 19 мм; Y-образный коннектор – 1 шт.; Микротрубка – 2 шт.; Зажим – 2 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Инструкция по применению.

Устройство инфузионное безопасное MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: игла Губера типоразмера 19G (1,1 мм) x 38 мм, микротрубка (1 шт.), зажим (1 шт.), инструкция по применению (1 шт.)

Производитель: «Бард Эксесс Системс, Инк.»
(Bard Access Systems, Inc.)
605 North 5600 West, Salt Lake City, UT 84116, США

Место производства:
Forefront Medical Technology (Jiangsu) Co, Ltd. No. 8 Changyang Road Wujin Economic Development Zone Changzhou Jiangsu Province 213145, China, Китай.

Номер по каталогу **REF** : см. на упаковке

Код партии **LOT** : см на упаковке

Использовать до : см. на упаковке

Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.

Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: для введения жидкостей и лекарственных препаратов или забора образцов крови через имплантированный хирургический порт для сосудистого доступа.

Условия хранения: при температуре от -18°C до +40°C.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

Срок годности 3 года

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «БАРД РУС»

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 5, пом. II, ком. 1, офис А- 500.1 каб. 5

Тел: +7 (499) 372-50-02, email: Complaints_CIS@bd.com

РУ № *****/***** от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 40. Пример русскоязычной маркировки на групповой упаковке на примере
Устройства инфузионного безопасного MiniLoc™ для введения жидкостей и лекарственных препаратов через имплантируемый порт в составе: игла Губера типоразмера 19G (1,1 мм) x 38 мм, микротрубка (1 шт.), зажим (1 шт.), инструкция по применению (1 шт.).

ПРОШИТО 41 ЛИСТОВ

ПОЛЯКОВА Н. Е.

Упој

