


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица

ООО «Торг Лайнс»

 Соколов Ю. В.

« 08 » 10 20 22 г.



МАССАЖЕРЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ПО ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

Фотографические изображения медицинского изделия




Рисунок 1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Общий вид



Рисунок 1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Упаковка коробка



Рисунок 1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Упаковка коробка



Рисунок 1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Упаковка коробка с маркировкой




Рисунок 1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Маркировка



Рисунок 1.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Развертка индивидуальной упаковки с маркировкой.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия

«Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.




Рисунок 1.7– Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Макет маркировки



Рисунок 2.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 2.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с маркировкой. Лицевая сторона



Рисунок 2.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с маркировкой. Обратная сторона

6.1.1 **Внимание!** Кожа, которая массируется «Массажным шариком», не должна иметь папиллом, бородавок, пигментных пятен и других образований.
6.1.2 Процедуры согласовывайте с лечащим врачом.

7 Обслуживание
7.1 Изделия подлежат периодической дезинфекции протиранием салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства по ГОСТ 25644 или спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18380 по методикам МУ 287-113.
7.2 Допускается мыльная обработка изделия мыльным раствором с последующим ополаскиванием проточной водой.

8 Хранение
8.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

9 Транспортирование
9.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.
9.2 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

10 Утилизация
10.1 Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.684.
Изделия соответствуют классу медицинских отходов А.

11 Гарантии изготовителя
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленными настоящими техническими условиями.
11.2 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
11.3 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

12 Сведения о предоставлении рекламаций
12.1 Информация для предоставления рекламаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»)
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 783396@mail.ru


Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

— Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- | | |
|----------------------------|---------|
| - массажер | - 1 шт. |
| - инструкция по применению | - 1 шт. |
| - коробка / пакет | - 1 шт. |



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 783396@mail.ru

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:



Номер регистрационного



удостоверения:



Дата выдачи регистрационного



удостоверения:



**СУ-ДЖОК
ТЕРАПИЯ**



пакет



коробка



**Массажер медицинский для
интенсивного воздействия**

«Массажный шарик»



Рисунок 2.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка (для упаковки пакет)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящая инструкция по применению является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021» (далее – «изделие» или «массажер»). Массажеры медицинские (далее – «изделие» или «массажер»), предназначенные для механического воздействия на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлексогенные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- коробка / пакет - 1 шт.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).

Адрес места нахождения производителя (изготовителя):

125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Косинкина Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833900@mail.ru

Назначение: механическое воздействие на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлексогенные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Потенциальный потребитель: изделие может применяться медицинским персоналом на территории медицинского учреждения, а также пациентом или любым ответственным лицом в домашних условиях.

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса I по ГОСТ 31506 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Массажер является медицинским изделием многократного применения.

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

Изделие подлежит периодической дезинфекции.

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики изделий приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики. Размер

Размер	Значение, мм
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	
Диаметр	35±2
Высота массажного элемента	3,0±0,2




Таблица 2 – Технические характеристики. Масса

Исполнение	Масса, г
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	6,5±0,2

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплектность исполнений изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:	
- массажер;	1
- инструкция по применению;	1
- коробка / пакет.	1

1.2.2 В зависимости от исполнения изделия краткая инструкция по применению может быть размещена на маркировке индивидуальной упаковки изделия (нанесена печатным способом на картон, коробку или подложку блистерной упаковки); полная инструкция по применению должна входить в комплект поставки изделия для каждого варианта исполнения.

2 Показания к применению

2.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

2.1.1 Показания:

- боли различного происхождения;
- ограничение подвижности в мышцах и суставах;
- нарушение кровообращения;
- артрит и артроз;
- спазмы мышц.

3 Противопоказания

3.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

3.1.1 Противопоказания:

- воспалительные процессы;
- повышенная температура тела;
- болезни крови;
- гнойные процессы любого происхождения.

4 Побочные эффекты


4.1 Побочных эффектов применения не выявлено. Единственный возможный нежелательный эффект может быть в том случае, если пациент использует массажер с интенсивной степенью нажатия, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микротравмы кожи).

5 Порядок применения

5.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

5.1.1 Область воздействия: ладони, стопы.

5.1.2 Перекалывайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день.



Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторить несколько раз в год.

5.1.3 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

5.1.4 Перед применением массажер необходимо обработать моющим средством или мыльной водой с помощью мягкой щетки и затем промыть проточной водой.

6 Меры предосторожности

6.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

Рисунок 2.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка (для упаковки пакет)




Рисунок 2.1.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Инструкция по применению с маркировкой. Внутренняя сторона.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.

желтый





темно-красный



голубой



зеленый



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления: Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения

Рисунок 2.1.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка (для упаковки пакет).



Рисунок 2.1.8 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка коробка



Рисунок 2.1.9 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка коробка

Показания к применению: - боли различного происхождения; - ограничение подвижности в мышцах и суставах; - нарушение кровообращения; - артрит и артроз; - спазмы мышц.	Порядок применения: Область воздействия: ладони, стопы. Перекатывайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день. Время и сила воздействия варьируются индивидуальными данными каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторить несколько раз в год.	Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-5275 1052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-5275 1052-2021, цвет: желтый, темный-коричневый, голубой, зеленый; массажер - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.; коробка / пакет - 1 шт. Промокоды: 000 «Юг Лайкс», 125294, Российская Федерация, г. Москва, ул. Москвитина Волкова, 3/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@yandex.ru Картине нестерильно и не подлежит стерилизации
Дата изготовления: Апрель 2021 № партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок службы изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.	LOT 10°C 40°C 80%	

Рисунок 2.1.10 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 2.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



**Рисунок 2.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с маркировкой. Лицевая сторона

6.1.1 **Внимание!** Кожа, которая массируется «Массажным шариком», не должна иметь коллоидов, бородавок, пигментных пятен и других образований.

6.1.2 **Процедуры** согласовывайте с лечащим врачом.

7 **Обслуживание**

7.1 Изделие подлежит периодической дезинфекции протиранием салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства по ГОСТ 25644 или спиртом этиловым, соответствующим техническим ГОСТ 18308 по медицинскому применению МУ 287-113.

7.2 Делается мокрая санитарная обработка изделия мыльным раствором с последующим ополаскиванием проточной водой.

8 **Хранение**

8.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

9 **Транспортирование**

9.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

9.2 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

10 **Утилизация**

10.1 Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684.

11 **Гарантия изготовителя**

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

11.2 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.


11.3 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

12 **Сведения о предоставлении рекламаций**

12.1 Информация для предоставления рекламаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»)
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 783396@mtl.ru

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый.



Производитель:
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 783396@mtl.ru
Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Дата изготовления: Апрель 2021 г.
LOT Номер партии:
Номер регистрационного удостоверения:
Дата выдачи регистрационного удостоверения:

**СУ-ДЖОК
ТЕРАПИЯ**

✓ пакет
○ коробка



Массажер медицинский для
интенсивного воздействия
«Массажный шарик»




Рисунок 2.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка (для упаковки пакет)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящая инструкция по применению является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021» (далее – «изделие» или «массажер»). Массажеры медицинские (далее – «изделие» или «массажер»), предназначенные для механического воздействия на поверхность тела человека (массажи) с целью оказания лечебного эффекта на рефлексогенные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;

- массажер - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- коробка / пакет - 1 шт.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРГ ЛАЙНС» ЮОО «ПРГ ЛАЙНС»

Адрес места нахождения производителя (изготовителя):

125290, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 783360@mail.ru

Назначение: механическое воздействие на поверхность тела человека (массажи) с целью оказания лечебного эффекта на рефлексогенные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Потенциальный потребитель: изделие могут применяться медицинским персоналом на территории медицинского учреждения, а также пациентом или любым ответственным лицом в домашних условиях.

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса I по ГОСТ 31508 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Массажер является медицинским изделием многократного применения.

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

Изделие подлежит периодической дезинфекции.

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики изделий приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики. Размер

Размер	Значение, мм
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	
Диаметр	35±2
Высота массажного элемента	3,0±0,2




Таблица 2 – Технические характеристики. Масса

Исполнение	Масса, г
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	6,5±0,2

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплектность исполнения изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:	
- массажер;	1
- инструкция по применению;	1
- коробка / пакет.	1

1.2.2 В зависимости от исполнения изделия краткая инструкция по применению может быть размещена на маркировке индивидуальной упаковки изделия (нанесена печатным способом на картон, коробку или подложку блистерной упаковки), полная инструкция по применению должна входить в комплект поставки изделия для каждого варианта исполнения.

2 Показания к применению

2.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

2.1.1 Показания:

- боли различного происхождения;
- ограничение подвижности в мышцах и суставах;
- нарушение кровообращения;
- артрит и артроз;
- спазмы мышц.

3 Противопоказания

3.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

3.1.1 Противопоказания:

- воспалительные процессы;
- повышенная температура тела;
- болезни крови;
- гнойные процессы любого происхождения.

4 Побочные эффекты


4.1 Побочных эффектов применения не выявлено. Единственный возможный нежелательный эффект может быть в том случае, если пациент использует массажер с интенсивной степенью нажатия, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микротравмы кожи).

5 Порядок применения

5.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

5.1.1 Область воздействия: ладони, стопы.

5.1.2 Перекачайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день.



Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторить несколько раз в год.

5.1.3 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

5.1.4 Перед применением массажер необходимо обработать моющим средством или мыльной водой с помощью мягкой щетки и затем промыть проточной водой.

6 Меры предосторожности

6.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

Рисунок 2.2.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:


Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка (для упаковки пакет)

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления: Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения

I

Рисунок 2.2.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка (для упаковки пакет)



Рисунок 2.2.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка



Рисунок 2.2.8 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка



Рисунок 2.2.9 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Развертка упаковки коробка с маркировкой

Показания к применению: - боли различного происхождения; - ограничение подвижности в мышцах и суставах; - нарушение кровообращения; - артрит и артроз; - спазмы мышц. Порядок применения: Область воздействия: ладони, стопы. Перекачивайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день. Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. голубой желтый зеленый темно-красный коробка пакет      	Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - коробка / пакет - 1 шт.  Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации	 Дата изготовления: Апрель 2021  Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.    
---	--	--

Рисунок 2.2.10 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 2.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 2.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с маркировкой. Лицевая сторона




Рисунок 2.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с маркировкой. Обратная сторона

6.1.1 **Внимание!** Кака, которая массируется «Массажным шариком», не должна иметь пупочек, бородавок, пигментных пятен и других образований.

6.1.2 Процедуры согласовывайте с лечащим врачом.

7 Обслуживание

7.1 Изделие подлежит периодической дезинфекции протиранием салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства по ГОСТ 25444 или спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18380 по методике МУ 287-113.

7.2 Допускается мыть санитарию обработки изделия мыльным раствором с последующим ополаскиванием проточной водой.

8 Хранение

8.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

9 Транспортирование

9.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

9.2 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

10 Утилизация

10.1 Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684.

Изделия соответствуют классу медицинских отходов А.

11 Гарантия изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящим техническим условием.

11.2 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

11.3 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



12 Сведения о предоставлении рекламаций

12.1 Информация для предоставления рекламаций.
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»)
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 783396@mtai.ru

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый.

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 783396@mtai.ru
Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Дата изготовления: Апрель 2023 г.
Номер партии: _____
Номер регистрационного удостоверения: _____
Дата выдачи регистрационного удостоверения: _____

**СУ-ДЖОК
ТЕРАПИЯ**

☒ пакет
☐ коробка



Массажер медицинский для
интенсивного воздействия
«Массажный шарик»




Рисунок 2.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка (для упаковки пакет)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящая инструкция по применению является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021» (далее – «изделие» или «массажер»). Массажеры медицинские (далее – «изделие» или «массажер»), предназначенные для механического воздействия на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлекторные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

– Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;

– массажер – 1 шт.
– инструкция по применению – 1 шт.
– коробка / пакет – 1 шт.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» ЮОО «ТОРГ ЛАЙНС».

Адрес места нахождения производителя (изготовителя):

125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-06-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Назначение: механическое воздействие на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлекторные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Потенциальный потребитель: изделия могут применяться медицинским персоналом на территории медицинского учреждения, а также пациентом или любым ответственным лицом в домашних условиях.

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса I по ГОСТ 31586 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 40.

Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий.

Массажер является медицинским изделием низкого риска применения.

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

Изделие подлежит периодической дезинфекции.

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики изделий приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики. Размер

Размер	Значение, мм
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	
Диаметр	35±2
Высота массажного элемента	3,0±0,2




Таблица 2 – Технические характеристики. Масса

Исполнение	Масса, г
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	6,5±0,2

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплектность исполнений изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:	
– массажер;	1
– инструкция по применению;	1
– коробка / пакет	1

1.2.2 В зависимости от исполнения изделия краткая инструкция по применению может быть размещена на маркировке индивидуальной упаковки изделия (нанесена печатным способом на картон, коробку или подложку blisterной упаковки); полная инструкция по применению должна входить в комплект поставки изделия для каждого варианта исполнения.

2 Показания к применению

2.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

2.1.1 Показания:

- боли различного происхождения;
- ограничение подвижности в мышцах и суставах;
- нарушение кровообращения;
- артрит и артроз;
- спазмы мышц.

3 Противопоказания

3.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

3.1.1 Противопоказания:

- воспалительные процессы;
- повышенная температура тела;
- болезни крови;
- гормональные процессы любого происхождения.

4 Побочные эффекты


4.1 Побочные эффекты применения не выявлены. Единственный возможный нежелательный эффект может быть в том случае, если пациент использует массажер с интенсивной степенью нажатия, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микротравмы кожи).

5 Порядок применения

5.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

5.1.1 Область воздействия: ладони, стопы.

5.1.2 Перекачайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день.



Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год.

5.1.3 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

5.1.4 Перед применением массажер необходимо обработать моющим средством или мыльным раствором с помощью мягкой щетки и затем протереть проточной водой.

6 Меры предосторожности

6.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

Рисунок 2.3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:


Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка (для упаковки пакет)

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения

Рисунок 2.3.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка (для упаковки пакет)



Рисунок 2.3.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка

Рисунок 2.3.9 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка

Показания к применению: - боли различного происхождения; - ограничение подвижности в мышцах и суставах; - нарушение кровообращения; - артрит и артроз; - спазмы мышц. Порядок применения: Область воздействия: ладони, стопы. Перекачивайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день. Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. голубой желтый зеленый темно-красный коробка пакет      	Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - коробка / пакет - 1 шт.  Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации	 Дата изготовления: Апрель 2021  Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.     +5°C +40°C 80%
---	---	---



Рисунок 2.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 2.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с маркировкой. Лицевая сторона



Рисунок 2.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с маркировкой. Обратная сторона

6.1.1 **Внимание!** Кажа, которая массируется «Массажным шариком», не должна иметь лопаний, бороздок, питательных пятен и других образований.

6.1.2 Процедуры согласовывают с лечащим врачом.

7 Обслуживание

7.1 Изделия подлежат периодической дезинфекции протиранием салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства по ГОСТ 25644 или спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18308 по методикам МУ 287-113.

7.2 Допускается мыльная санитарная обработка изделия мыльным раствором с последующим ополаскиванием проточной водой.

8 Хранение

8.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

9 Транспортирование

9.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

9.2 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

10 Утилизация

10.1 Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684.

Изделия соответствуют классу медицинских отходов А.

11 Гарантия изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

11.2 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

11.3 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

12 Сведения о предоставлении рекламаций

12.1 Информация для предоставления рекламаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» [ООО «ТОРГ ЛАЙНС»]
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833760@mail.ru



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер
- инструкция по применению
- коробка / пакет

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.



+40 °С
+5 °С
80%



Производитель:
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833760@mail.ru
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления: Апрель 2021 г.
Номер партии:
Номер регистрационного удостоверения:
Дата выдачи регистрационного удостоверения:



**СУ-ДЖОК
ТЕРАПИЯ**

✓ пакет

○ коробка



**Массажер медицинский для
интенсивного воздействия
«Массажный шарик»**




Рисунок 2.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка (для упаковки пакет)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящая инструкция по применению является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021» (далее – «изделие» или «массажер»). Массажеры медицинские (далее – «изделие» или «массажер»), предназначенные для механического воздействия на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлекторные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;

- массажер - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- коробка / пакет - 1 шт.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРПТ ЛАЙНС» (ООО «ГРПТ ЛАЙНС»);

Адрес места нахождения производителя (изготовителя):

125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космодемьянская, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 783396@yandex.ru

Назначение: механическое воздействие на поверхность тела человека (массаж) с целью оказания лечебного эффекта на рефлекторные зоны, двигательный аппарат и ткани организма.

Потенциальный потребитель: изделие может применяться медицинским персоналом на территории медицинского учреждения, а также пациентом или любым ответственным лицом в домашних условиях.

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса I по ГОСТ 31506 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Массажер является медицинским изделием многократного применения.

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

Изделие подлежит периодической дезинфекции.

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики изделий приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики: Размер

Размер	Значение, мм
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	
Диаметр	35±2
Высота массажного элемента	3.0±0.2




Таблица 2 – Технические характеристики: Масса

Исполнение	Масса, г
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый	6.5±0.2

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплектность исполнений изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;	1
- массажер;	1
- инструкция по применению;	1
- коробка / пакет.	1

1.2.2 В зависимости от исполнения изделия краткая инструкция по применению может быть размещена на маркировке индивидуальной упаковки изделия (нанесена печатным способом на календарь, коробку или подложку blisterной упаковки); полная инструкция по применению должна входить в комплект поставки изделия для каждого варианта исполнения.

2 Показания к применению

2.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

2.1.1 Показания:

- боли различного происхождения;
- ограничение подвижности в мышцах и суставах;
- нарушение кровообращения;
- артрит и артроз;
- спазмы мышц.

3 Противопоказания

3.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

3.1.1 Противопоказания:

- воспалительные процессы;
- повышенная температура тела;
- болезни крови;
- гнойные процессы любого происхождения.

4 Побочные эффекты


4.1 Побочных эффектов применения не выявлено. Единственный возможный нежелательный эффект может быть в том случае, если пациент использует массажер с интенсивной степенью нажатия, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микротравмы кожи).

5 Порядок применения

5.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

5.1.1 Область воздействия: ладони, стопы.

5.1.2 Перекачайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день.



Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней.

При необходимости курс повторить несколько раз в год.

5.1.3 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

5.1.4 Перед применением массажер необходимо обработать моющим средством или мыльной водой с помощью мягкой щетки и затем протереть проточной водой.

6 Меры предосторожности

6.1 Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый

Рисунок 2.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:


Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка (для упаковки пакет)

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения

Рисунок 2.4.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка (для упаковки пакет)



Рисунок 2.4.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка коробка



Рисунок 2.4.8 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Развертка упаковки с маркировкой

Показания к применению: - боли различного происхождения; - ограничение подвижности в мышцах и суставах; - нарушение кровообращения; - артрит и артроз; - спазмы мышц. Порядок применения: Область воздействия: ладони, стопы. Перекачивайте «Массажный Шарик» между ладонями или массируйте стопы по 10-15 минут 2 раза в день. Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности воздействия. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. голубой желтый зеленый темно-красный коробка пакет      	Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - коробка / пакет - 1 шт.  Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации	 Дата изготовления: Апрель 2021  Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.    +5°C +40°C  80%
--	--	--

Рисунок 2.4.9 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:
Массажер медицинский для интенсивного воздействия «Массажный шарик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка




Рисунок 3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый. Общий вид



Рисунок 3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый. Упаковка коробка




Рисунок 3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-5275 1052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-5275 1052-
2021, цвет: золотистый. Маркировка



Рисунок 3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый. Упаковка пакет с маркировкой

соблюдения правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

11.2 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

11.3 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

12 Сведения и предоставление рекламаций

12.1 Информация для предоставления рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС»

(ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).

125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 783396@mail.ru

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина»

по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый:

- металлическая кольцевая пружина - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 783396@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного

удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения





Рисунок 3.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый. Упаковка пакет с маркировкой. Обратная сторона

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

- Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый:
- металлическая кольцевая пружина- 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка / пакет - 1 шт.



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения





Рисунок 3.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский «Металлическая кольцевая пружина» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: золотистый. Маркировка



Рисунок 4.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 4.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 4.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по

ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - массажер | - 1 шт.; |
| - инструкция по применению | - 1 шт.; |
| - пакет | - 1 шт.; |
| - хедер | - 1 шт. |



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:


Дата выдачи регистрационного
удостоверения

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+5°C

+40°C



Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый **МАССАЖЕР-ЭСПАНДЕР ВЗРОСЛЫЙ**

Показания:

- разработка суставов;
- растяжения мышц, сухожилий, связок;
- профилактика артрита и артроза;
- нормализация кровообращения от микроциркуляторных сосудов пальцев до крупных артерий и вен предплечий;
- тренировка мышц предплечья, кистей рук;
- реабилитация после травм;
- развитие объема и моторики мышц в период восстановления при мышечных дистрофиях, параличах и спастических инсультах.

Порядок применения

Область применения: кисти рук.

В течение 1-2 минут следует сжимать кистевой эспандер, после чего дать расслабиться руке в течение 3 минут. Использовать от 3 до 7 подходов. Можно использовать ежедневно. Упражнения следует выполнять с такой интенсивностью, которая подходит уровню вашей подготовки.

На поверхности массажера-эспандера кистевого медицинского находятся массажные элементы в виде бугорков, которые массируют рефлекторные точки на внутренней поверхности ладони.

Рисунок 4.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка



Рисунок 4.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



**Рисунок 4.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.**



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по

ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - массажер | - 1 шт.; |
| - инструкция по применению | - 1 шт.; |
| - пакет | - 1 шт.; |
| - хедер | - 1 шт. |



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@torglines.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.





Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый **МАССАЖЕР-ЭСПАНДЕР ВЗРОСЛЫЙ**

Показания:

- разработка суставов;
- растяжения мышц, сухожилий, связок;
- профилактика артрита и артроза;
- нормализация кровообращения от микроциркуляторных сосудов пальцев до крупных артерий и вен предплечий;
- тренировка мышц предплечья, кистей рук;
- реабилитация после травм;
- развитие объема и моторики мышц в период восстановления при мышечных дистрофиях, параличах и спастических инсультах.

Порядок применения

Область применения: кисти рук.

В течение 1-2 минут следует сжимать кистевой эспандер, после чего дать расслабиться руке в течение 3 минут. Использовать от 3 до 7 подходов. Можно использовать ежедневно. Упражнения следует выполнять с такой интенсивностью, которая подходит уровню вашей подготовки.

На поверхности массажера-эспандера кистевого медицинского находятся массажные элементы в виде бугорков, которые массируют рефлекторные точки на внутренней поверхности ладони.

Рисунок 4.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Маркировка



Рисунок 4.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 4.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 4.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;

- | | |
|----------------------------|----------|
| - массажер | - 1 шт.; |
| - инструкция по применению | - 1 шт.; |
| - пакет | - 1 шт.; |
| - хедер | - 1 шт. |



Производитель:

ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73.

Адрес электронной почты: 7833960@torg-line.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.



Дата изготовления:

Апрель 2021 г.



Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения


Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+5°C

+40°C



80%

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый МАССАЖЕР-ЭСПАНДЕР ВЗРОСЛЫЙ

Показания:

- разработка суставов;
- растяжения мышц, сухожилий, связок;
- профилактика артрита и артроза;
- нормализация кровообращения от микроциркуляторных сосудов пальцев до крупных артерий и вен предплечий;
- тренировка мышц предплечья, кистей рук;
- реабилитация после травм;
- развитие объема и моторики мышц в период восстановления при мышечных дистрофиях, параличах и спастических инсультах.

Порядок применения

Область применения: кисти рук.

В течение 1-2 минут следует сжимать кистевой эспандер, после чего дать расслабиться руке в течение 3 минут. Использовать от 3 до 7 подходов. Можно использовать ежедневно. Упражнения следует выполнять с такой интенсивностью, которая подходит уровню вашей подготовки.

На поверхности массажера-эспандера кистевого медицинского находятся массажные элементы в виде бугорков, которые массируют рефлекторные точки на внутренней поверхности ладони.

Рисунок 4.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 4.3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Вариант маркировки




Рисунок 4.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 4.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 4.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

 **Производитель:**
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73.
Адрес электронной почты: 7833960@gmail.ru
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

 **Дата изготовления:** Апрель 2021 г.
Номер партии:

**Номер регистрационного
удостоверения:**

**Дата выдачи регистрационного
удостоверения**

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+40°C

+5°C

80%

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый
**МАССАЖЕР-ЭСПАНДЕР
ВЗРОСЛЫЙ**

Показания:

- разработка суставов;
- растяжения мышц, сухожилий, связок;
- профилактика артрита и артроза;
- нормализация кровообращения от микроциркуляторных сосудов пальцев до крупных артерий и вен предплечий;
- тренировка мышц предплечья, кистей рук;
- реабилитация после травм;
- развитие объема и моторики мышц в период восстановления при мышечных дистрофиях, параличах и спастических инсультах.

Порядок применения

Область применения: кисти рук.

В течение 1-2 минут следует сжимать кистевой эспандер, после чего дать расслабиться руке в течение 3 минут. Использовать от 3 до 7 подходов. Можно использовать ежедневно.

Упражнения следует выполнять с такой интенсивностью, которая подходит уровню вашей подготовки.

На поверхности массажера-эспандера кистевого медицинского находятся массажные элементы в виде бугорков, которые массируют рефлекторные точки на внутренней поверхности ладони.

Рисунок 4.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский взрослый по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 5.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 5.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона



Рисунок 5.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона



Рисунок 5.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка



Рисунок 5.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 5.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 5.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Рисунок 5.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 5.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид




Рисунок 5.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 зеленый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Рисунок 5.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый
Маркировка



Рисунок 5.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 5.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 5.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 5.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с хедером с маркировкой. Обратная сторона.



Рисунок 5.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер-эспандер кистевой медицинский детский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Маркировка



Рисунок 6.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 6.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 6.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка пакет с замком Zip -Lock с маркировкой. Лицевая сторона



Рисунок 6.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка пакет с замком Zip -Lock. Обратная сторона

Торг Лайнс

массажер медицинский для тела
«Чудо-варежка»

- антицеллюлитный массаж
- улучшение кровообращения
(активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).
Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Массажеры медицинские по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет с замком Zip-Lock - 1 шт.

Производитель:
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73,
Адрес электронной почты: 783396@tdmail.ru
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Дата изготовления: Апрель 2021 г.

Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:
Дата выдачи регистрационного
удостоверения
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

желтый **темно-красный** **голубой** **зеленый**

5°C **+40°C** **80%**

Рисунок 6.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Маркировка



Рисунок 6.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 6.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 6.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка пакет с замком Zip -Lock с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 6.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с замком Zip -Lock. Обратная сторона.

 **массажер медицинский для тела**
«Чудо-варежка»



- антицеллюлитный массаж
- улучшение кровообращения
(активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).
Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Массажеры медицинские по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

 **желтый**  **темно-красный**  **голубой**  **зеленый**

- массажер **- 1 шт.;**
- инструкция по применению **- 1 шт.;**
- пакет с замком Zip-Lock **- 1 шт.**

 **Производитель:**
ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73.
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

 **Дата изготовления:** **Апрель 2021 г.**

 **Номер партии:**

Номер регистрационного
удостоверения:
Дата выдачи регистрационного
удостоверения:
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

  **+5°C**  **+40°C**  **80%**

Рисунок 6.2.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Маркировка



Рисунок 6.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 6.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 6.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка пакет с замком Zip -Lock с маркировкой. Лицевая сторона.



Рисунок 6.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с замком Zip -Lock. Обратная сторона.

Торг Лайнс

массажер медицинский для тела
«Чудо-варежка»

- антицеллюлитный массаж
- улучшение кровообращения
(активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).
Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Массажеры медицинские по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - пакет с замком Zip-Lock - 1 шт.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
 г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73.
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
 Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Дата изготовления: Апрель 2021 г.

Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:
Дата выдачи регистрационного
удостоверения
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

зеленый ✓
голубой
темно-красный
желтый

LOT

5°C **+40°C** **80%**

Рисунок 6.3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Маркировка



Рисунок 6.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 6.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 6.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка пакет с замком Zip -Lock с маркировкой. Лицевая сторона



Рисунок 6.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с замком Zip -Lock. Обратная сторона

Торг Лайнс

массажер медицинский для тела
«Чудо-варежка»

- антицеллюлитный массаж
 - улучшение кровообращения
 (активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).
 Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Массажеры медицинские по
 ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер — 1 шт.;
 - инструкция по применению — 1 шт.;
 - пакет с замком Zip-Lock — 1 шт.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
 г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73.
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
 Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации.

Дата изготовления: Апрель 2021 г.
 Номер партии:

Номер регистрационного
 удостоверения:
 Дата выдачи регистрационного
 удостоверения
 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

темно-красный голубой зеленый

LOT

☀️ ☂️ +5°C +40°C 80%

Рисунок 6.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Маркировка



Рисунок 7.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021.

Вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 7.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021.

Вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 7.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021.

Вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с хедером



Рисунок 7.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021.

Вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 7.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 7.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 7.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с хедером

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по TV 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка

Рисунок 7.2.4 — Массажеры медицинские по TV 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:


Массажеры медицинские по TV 32.50.50-003-52751052-2021
Вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко»
 по TV 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;
 -массажер - 1 шт.;
 -инструция по применению - 1 шт.;
 -пакет - 1 шт.;
 -кейпер - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 ул. Космоганта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Каждое изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Срок годности изделия:
 не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Удостоверения:
 Дата выдачи
 регистрационного
 удостоверения:
 Номер регистрационного
 удостоверения:
 Номер партии:
 Дата изготовления:



голубой желтый зеленый темно-красный

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНАЯ ВАРЕЖКА «ЯБЛОКО»

Показания к применению
 - антицеллюлитный массаж;
 - улучшение кровообращения (активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).

Порядок применения
 Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.
 Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями. Массаж можно проводить ежедневно.

Массажер массажная варежка «Яблоко». Вы можете применять в душе и ванной с мылом и гелем. Ежедневное применение массажера массажная варежка «Яблоко» позволяет успешно бороться с целлюлитом.



Рисунок 7.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 7.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 7.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с хедером. Лицевая сторона



Рисунок 7.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка пакет с хедером. Обратная сторона

Рисунок 7.3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» цвет: желтый, темный-красный, голубой, зеленый; - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - пакет - 1 шт.; - хэтер - 1 шт. Продавец: ООО «Торг Лайнс», ул. Коммунальная Волжская, 7/1 125299, Российская Федерация, г. Москва, Номер телефона: +7(499) 150-85-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации		Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи. Иконки:
Лот: Дата изготовления: Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения:	Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темный-красный, голубой, зеленый; - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - пакет - 1 шт.; - хэтер - 1 шт. Продавец: ООО «Торг Лайнс», ул. Коммунальная Волжская, 7/1 125299, Российская Федерация, г. Москва, Номер телефона: +7(499) 150-85-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации	



ТОРГ ЛАЙНС

голубой
желтый
зеленый
темно-красный

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНАЯ ВАРЕЖКА «ЯБЛОКО»

Показания к применению
 - антицеллюлитный массаж;
 - улучшение кровообращения (активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).

Порядок применения
 Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.
 Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями. Массаж можно проводить ежедневно.

Массажер массажная варежка «Яблоко» Вы можете применять в душе и ванной с мылом и гелем. Ежедневное применение массажера массажная варежка «Яблоко» позволяет успешно бороться с целлюлитом.



Рисунок 7.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 7.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид. Лицевая сторона



**Рисунок 7.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с хедером

Рисунок 7.4.4 — Массажеры медицинские по TY 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко» по TY 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка

Массажеры медицинские по TY 32.50.50-003-52751052-2021
Вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная варежка «Яблоко»
по TY 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;
- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- халтер - 1 шт.

Промоводитель: ООО «Торп Лайнс»,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Каждый нестерильно и не подлежит стерилизации

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства,
гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства,
гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства,
гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Дата изготовления:

LOT

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

голубой

желтый

зеленый

темно-красный

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНАЯ ВАРЕЖКА «ЯБЛОКО»

Показания к применению
- антицеллюлитный массаж;
- улучшение кровообращения (активизация питания кожи и деятельности заложенных в ней желез).

Порядок применения
Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.
Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями. Массаж можно проводить ежедневно.

Массажер массажная варежка «Яблоко» Вы можете применять в душе и ванной с мылом и гелем. Ежедневное применение массажера массажная варежка «Яблоко» позволяет успешно бороться с целлюлитом.



Рисунок 8.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

**Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: зеленый. Общий вид. Лицевая сторона**



Рисунок 8.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: зеленый. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 8.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с хедером. Лицевая и оборотная стороны



Рисунок 8.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: зеленый. Маркировка

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини»

по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.



Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.




Рисунок 8.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 8.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый. Общий вид. Лицевая сторона



Рисунок 8.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: зеленый. Общий вид. Обратная сторона



Рисунок 8.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с хедером. Лицевая и оборотная стороны



Рисунок 8.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: зеленый. Маркировка

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.;
- пакет	- 1 шт.;
- хедер	- 1 шт.


Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации


Дата изготовления:


Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.








Рисунок 8.2.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 8.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

**Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: темно-красный. Общий вид. Лицевая сторона**



Рисунок 8.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

**Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: темно-красный. Общий вид. Обратная сторона**



Рисунок 8.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с хедером. Лицевая и оборотная стороны







ЧУДО-ВАРЕЖКА МИНИ

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА



Показания к применению

- антицеллюлитный массаж;
- улучшение кровообращения (активизация питания кожи и деятельности заложённых в ней желез).

Порядок применения

Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра. Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут один-два раза в день. Можно использовать ежедневно. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Массажер «Чудо-варежка мини». Вы можете применить в душе и ванной с мылом и гелем. Ежедневное применение массажера «Чудо-варежка мини» позволяет успешно бороться с целлюлитом.

Противопоказания:

- наличие гнойных и открытых ран;
- папилломы, бородавки и другие образования на коже.

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Рисунок 8.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: темно-красный. Маркировка

Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

 **Производитель: ООО «Торг Лайнс»,**
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 Дата изготовления:

 Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.


Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






+5°C

+40°C



80%

Рисунок 8.3.5 — Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 8.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

**Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: голубой. Общий вид. Лицевая сторона**



Рисунок 8.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: голубой. Общий вид. Обратная сторона



**Рисунок 8.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: голубой. Упаковка пакет с хедером. Лицевая и оборотная стороны**



Рисунок 8.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: голубой. Маркировка

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.;
- пакет	- 1 шт.;
- хедер	- 1 шт.


Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации


Дата изготовления:


Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Апрель 2021






+5°C +40°C 80%

Рисунок 8.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 9.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 9.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка коробка

темно-
красный



зеленый



желтый



голубой



Массажи медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-
ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный,

голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель:



ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.


Гарантийный срок службы:
1 год с даты продажи.



+5°C



+40°C



80%

Рисунок 9.1.3 — Массажи медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Маркировка



Рисунок 9.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 зеленый. Общий вид



Рисунок 9.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 зеленый. Упаковка коробка

темно-
красный



зеленый



желтый



голубой



Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-
ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный,
голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель:

 ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы:
1 год с даты продажи.



+5°C




Рисунок 9.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Маркировка



Рисунок 9.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 9.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка

темно-
красный



зеленый



желтый



голубой



Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-
ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный,
голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.



Производитель:
ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы:
1 год с даты продажи.



Рисунок 9.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Маркировка



Рисунок 9.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Общий вид



Рисунок 9.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка коробка



Рисунок 9.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 9.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-ролик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Развертка упаковки коробка с маркировкой



Рисунок 10.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Рефлекс» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Общий вид



Рисунок 10.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Рефлекс» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Упаковка блистер с подложкой



Рисунок 10.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Рефлекс» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Упаковка блистер с подложкой. Лицевая сторона

«Рефлекс»

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Рефлекс»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: сине-белый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер - 1 шт.;
- подложка - 1 шт.



Производитель:
ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru



Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.




Рисунок 10.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Рефлекс» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый. Маркировка



Рисунок 11.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 11.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка пакет с маркировкой



Рисунок 11.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка пакет с инструкцией по применению

Массажиры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
Массажер медицинский для тела «Чудо-краб»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - пакет - 1 шт.



Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



LOT

Дата изготовления:

Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
продажи.



Рисунок 11.1.4 — Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Маркировка



**Рисунок 11.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Общий вид**



Рисунок 11.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка пакет с маркировкой



Рисунок 11.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Маркировка



Рисунок 11.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 11.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка пакет с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
Массажер медицинский для тела «Чудо-краб»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - пакет - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
 стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
 производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
 продажи.

МАССАЖЕР

МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА

«ЧУДО-КРАБ»



желтый

темно-красный

голубой

зеленый

Рисунок 11.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 желтый. Маркировка



Рисунок 11.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 11.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка пакет с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 Массажер медицинский для тела «Чудо-краб»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
 Изделие нестерильно и не подлежит
 стерилизации

Дата изготовления:

LOT Номер партии:

Номер регистрационного
 удостоверения:

Дата выдачи
 регистрационного
 удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
 производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
 продажи.


 +40°C 80%

**МАССАЖЕР
МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА
«ЧУДО-КРАБ»**



желтый темно-красный голубой зеленый

Рисунок 11.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-краб» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 12.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Общий вид



Рисунок 12.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
Упаковка блистер с подложкой



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:
 - нарушения кровообращения;
 - боли при остеохондрозе и радикулите;
 - боли в мышцах.

Порядок применения:
 Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.
 Направление движений: круговые стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут. Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
 Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массажи ежедневно.
 Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.
 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:
 Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:
 - воспалительные заболевания;
 - повышенная температура тела;
 - кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:
 Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»), 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 Вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - блистер - 1 шт.;
 - подложка - 1 шт.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
 Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления: Апрель 2021
 LOT Номер партии:
 Номер регистрационного удостоверения:
 Дата выдачи регистрационного удостоверения:
 Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Желтый (✓) Темно-красный Голубой Зеленый

Рисунок 12.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка блистер с подложкой с маркировкой. Лицевая и оборотная стороны

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:

- нарушение кровообращения;
- боли при остеохондрозе и радикулите;
- боли в мышцах.

Порядок применения:

Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут.

Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.

Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.

В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:

Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:

- воспалительные заболевания;
- повышенная температура тела;
- кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты:

7833960@mail.ru

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер»

по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой,

зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер - 1 шт.;
- подложка - 1 шт.

Производитель:

ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021





Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
продажи.



желтый



темно-
красный



голубой



зеленый



Рисунок 12.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
Маркировка



Рисунок 12.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
 Упаковка блистер с подложкой с маркировкой



Рисунок 12.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Общий вид

является эксплуатационным документом на медицинское изделие «Массажер» (далее – изделие) или «массажер», с целью оказания лечебного эффекта на рефлексогенные зоны,



Массажер медицинский для тела «Спаyder» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Упаковка блистер с подложкой



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:
 - нарушение кровообращения;
 - боли при остеохондрозе и радикулите;
 - боли в мышцах.

Порядок применения:
 Область воздействия: руки, живот, спина, голеностопы, бедра.
 Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут.
 Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
 Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.
 Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.
 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:
 Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:
 - воспалительные заболевания;
 - повышенная температура тела;
 - кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:
 Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»), 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - блистер - 1 шт.;
 - подложка - 1 шт.

Дата изготовления: Апрель 2021

LOT Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации.

желтый темно-красный голубой зеленый

Рисунок 12.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Упаковка блистер с подложкой с маркировкой. Лицевая и оборотная стороны

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:

- нарушение кровообращения;
- боли при остеохондрозе и радикулите;
- боли в мышцах.

Порядок применения:

Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут.

Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.

Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.

В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:

Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:

- воспалительные заболевания;
- повышенная температура тела;
- кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты:

7833960@mail.ru

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер»

по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой,

зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер - 1 шт.;
- подложка - 1 шт.

Производитель:

ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021




Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
продажи.



желтый



темно-
красный



голубой



зеленый



Рисунок 12.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Маркировка



Рисунок 12.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 12.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер с подложкой



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:
 - нарушения кровообращения;
 - боли при остеохондрозе и радикулите;
 - боли в мышцах.

Порядок применения:
 Область воздействия: руки, живот, спина, иголки, бедра.
 Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вразброс. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут. Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
 Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно давать массаж ежедневно.
 Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.
 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:
 Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. В противном случае головку можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:
 - воспалительные заболевания;
 - повышенная температура тела;
 - кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:
 Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»), 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Массажер медицинский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 Вариант исполнения: Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый.	Дата изготовления: Апрель 2021
- массажер - 1 шт. - инструкция по применению - 1 шт. - блистер - 1 шт. - подложка - 1 шт.	LOT: Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие стерильно и не подлежит стерилизации

● желтый ● темно-красный ● голубой ● зеленый

Рисунок 12.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер с подложкой с маркировкой. Лицевая и оборотная стороны

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:

- нарушение кровообращения;
- боли при остеохондрозе и радикулите;
- боли в мышцах.

Порядок применения:

Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут. Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.

Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.

В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:

Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:

- воспалительные заболевания;
- повышенная температура тела;
- кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Спайдер»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.;
- блистер	- 1 шт.;
- подложка	- 1 шт.

Производитель:
ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 **Дата изготовления:** Апрель 2021

 **Номер партии:**

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






желтый
темно-красный
голубой
зеленый






Рисунок 12.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка




Рисунок 12.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Общий вид



Рисунок 12.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.
Упаковка блистер с подложкой



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:
 - нарушение кровообращения;
 - боли при остеохондрозе и радикулите;
 - боли в мышцах.

Порядок применения:
 Область воздействия: руки, живот, спина, ноги, бедра.
 направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут.
 Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
 Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.
 Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.
 В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:
 Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:
 - воспалительные заболевания;
 - повышенная температура тела;
 - кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:
 Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»), 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Массажер медицинский по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый.
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - Блокатор - 1 шт.;
 - подложка - 1 шт.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Упаковка нестерильна и не подлежит стерилизации

Дата изготовления: Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Желтый, темно-красный, голубой, зеленый

Рисунок 12.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка блистер с подложкой с маркировкой. Лицевая и оборотная стороны

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА «СПАЙДЕР»

Показания к применению:

- нарушение кровообращения;
- боли при остеохондрозе и радикулите;
- боли в мышцах.

Порядок применения:

Область воздействия: руки, живот, спина, ягодицы, бедра.

Направление движений: круговые движения по направлению часовой стрелки или вверх-вниз. Каждая зона массируется не менее 3-5 минут.

Один-два раза в день. Начинать сеанс массажа нужно с легких поглаживаний, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней, при необходимости можно делать массаж ежедневно.

Перед применением массажер необходимо обработать мыльной водой и затем промыть проточной водой.

В случае необходимости проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Меры предосторожности:

Важно: массаж при помощи массажера «Спайдер» следует проводить через тонкую ткань или легкую одежду. Волосистую часть головы можно массировать непосредственно, массаж открытых участков тела возможен с применением массажных кремов и масел.

Противопоказания:

- воспалительные заболевания;
- повышенная температура тела;
- кровотечения.

Сведения о предоставлении рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»).

125299, Российская Федерация, г.

Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7 (499) 150-05-73

Адрес электронной почты:

7833960@mail.ru

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер»

по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой,

зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер - 1 шт.;
- подложка - 1 шт.

Производитель:

ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты
производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты
продажи.



желтый



темно-
красный



голубой



зеленый



Рисунок 12.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Спайдер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.
Маркировка



Рисунок 13.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 13.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 2 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - коробка - 1 шт.


Производитель:
 ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

	Дата изготовления:	Апрель 2021
LOT	Номер партии:	
	Номер регистрационного удостоверения:	
	Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет
 с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.


 голубой



 желтый



 зеленый



 темно-красный


Рисунок 13.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 темно-красный. Маркировка



Рисунок 13.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 13.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка коробка с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

 **Производитель:**
 ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

	Дата изготовления:	Апрель 2021
	Номер партии:	
	Номер регистрационного удостоверения:	
	Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.


 голубой



 желтый



 80%
 зеленый



 +5°C — +40°C
 темно-красный


Рисунок 13.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 зеленый. Маркировка



**Рисунок 13.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Общий вид**



Рисунок 13.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка коробка с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-банка»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 2 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - коробка - 1 шт.


Производитель:
 ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации


Дата изготовления:


Номер партии:

**Номер
регистрационного
удостоверения:**

**Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:**

**Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.**

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.


 голубой



 желтый



 зеленый



 темно-красный


Рисунок 13.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Маркировка



Рисунок 13.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 13.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 13.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Упаковка коробка с маркировкой

Массажеры медицинские
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-банка»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 2 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - коробка - 1 шт.


Производитель:
 ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации


 Дата изготовления:


 Номер партии:

Номер
 регистрационного
 удостоверения:

Дата выдачи
 регистрационного
 удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет
 с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






голубой желтый зеленый темно-красный






Рисунок 13.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-банка» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Маркировка



Рисунок 14.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 14.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка блистер с маркировкой






Рисунок 14.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Инструкция по применению с маркировкой




Рисунок 14.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-палец» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Маркировка



Рисунок 14.2.1 — Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-палец» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 14.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 14.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-палец» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Маркировка




Рисунок 14.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
красный. Общий вид



Рисунок 14.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пальчик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
красный. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 14.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-пале́чик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
красный. Маркировка



Рисунок 15.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Общий вид



Рисунок 15.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка коробка с маркировкой



Массажер медицинский для тела **Чудо-мячик**

желтый



темно-красный



голубой



зеленый



Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер	- 1 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.;
- коробка	- 1 шт.

Производитель:
 ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация,
 г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.	
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.	






Рисунок 15.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 желтый. Маркировка



Рисунок 15.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 15.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 15.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 15.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 зеленый. Маркировка



Рисунок 15.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Общий вид



Рисунок 15.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 15.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 темно-красный. Маркировка



Рисунок 15.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Общий вид



Рисунок 15.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 15.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Маркировка



Рисунок 16.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 16.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка коробка с маркировкой



**Рисунок 16.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка коробка с маркировкой**




Рисунок 16.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Маркировка



Рисунок 16.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 16.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой



**Рисунок 16.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой**




Рисунок 16.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 16.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 16.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка коробка с маркировкой



**Рисунок 16.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка коробка с маркировкой**

**Массажер
медицинский для тела
Чудо-мячик
МИНИ**

голубой желтый зеленый темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела
«Чудо-мячик мини»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой,
зеленый:
- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации

Рисунок 16.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Маркировка



Рисунок 16.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 16.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 16.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 голубой. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 16.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка коробка с маркировкой

Массажер медицинский для тела Чудо-мячик МИНИ

голубой желтый зеленый темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела
«Чудо-мячик мини»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой,
зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит
стерилизации

Рисунок 16.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-мячик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Маркировка



Рисунок 17.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Общий вид



Рисунок 17.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Упаковка коробка

Массажер медицинский для тела

ЛИДЕР

голубой желтый зеленый темно-красный коробка блистер

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Лидер»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - блистер /коробка - 1 шт.

 **Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru**

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 **Дата изготовления:**

 **Номер партии:**

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

**Срок годности изделия: не менее 5 лет
 с даты производства.**

**Гарантийный срок службы:
 1 год с даты продажи.**

Рисунок 17.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Маркировка (для упаковки коробка)



Рисунок 17.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Упаковка блистер.




Рисунок 17.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка.



Рисунок 17.1.6 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Инструкция по применению




Рисунок 17.1.7 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
 Инструкция по применению



Рисунок 17.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Общий вид



Рисунок 17.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.
Упаковка коробка с маркировкой

Массажер медицинский для тела

ЛИДЕР

голубой желтый зеленый темно-красный коробка блистер

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Лидер»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер /коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления: Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






Рисунок 17.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Маркировка (для упаковки коробка)



Рисунок 17.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Упаковка блистер




Рисунок 17.2.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Маркировка (для упаковки блистер)



Рисунок 17.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид




Рисунок 17.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой

Массажер медицинский для тела

ЛИДЕР

голубой желтый зеленый темно-красный коробка блистер

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Лидер»
 по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер /коробка - 1 шт.

 **Производитель: ООО «Торг Лайнс»,**
 125299, Российская Федерация, г. Москва,
 ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 **Дата изготовления:**

 **Номер партии:**

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

+5°C +40°C 80%

Рисунок 17.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка (для упаковки коробка)



Рисунок 17.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер




Рисунок 17.3.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка (для упаковки блистер)



Рисунок 17.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Общий вид



Рисунок 17.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Упаковка с маркировкой

Массажер медицинский для тела

ЛИДЕР

голубой желтый зеленый темно-красный коробка блистер

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Лидер»
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- блистер /коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления: Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

Icons: Sun, Umbrella, Thermometer (+5°C, +40°C), Humidity (80%)

Рисунок 17.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Маркировка (для упаковки коробка)



Рисунок 17.4.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Упаковка блистер




Рисунок 17.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Лидер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Маркировка (для упаковки блистер)



Рисунок 18.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



**Рисунок 18.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка пакет с хедером с маркировкой**



Показания к применению:

- плоскостопие;
- спазмы мышц;
- улучшение кровообращения;
- нарушение двигательной функции стоп, кистей и пальцев;
- повреждения суставно-связочного аппарата.

Порядок применения:

Область воздействия: ладони и стопы.

Каждая зона массируется 3-5 минут возвратно-поступательными движениями путем перекачивания два-три раза в день. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. Начинать сеанс массажа нужно с легких движений, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Перекачивая стопой массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-Валик мини» 3-5 мин в день. Вы укрепите мышцы голени и мелкие мышцы стопы.

Массажер медицинский для тела

ЧУДО-ВАЛИК МИНИ

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы:
1 год с даты продажи.



Рисунок 18.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Маркировка




Рисунок 18.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



**Рисунок 18.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка пакт с хедером с маркировкой**



Показания к применению:

- плоскостопие;
- спазмы мышц;
- улучшение кровообращения;
- нарушение двигательной функции стоп, кистей и пальцев;
- повреждения суставно-связочного аппарата.

Порядок применения:

Область воздействия: ладони и стопы.

Каждая зона массируется 3-5 минут возвратно-поступательными движениями путем перекачивания два-три раза в день. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. Начинать сеанс массажа нужно с легких движений, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Перекачивая стопой массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-Валик мини» 3-5 мин в день. Вы укрепите мышцы голени и мелкие мышцы стопы.

Массажер медицинский для тела

ЧУДО-ВАЛИК МИНИ

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый;

- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:

не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы:

1 год с даты продажи.



Рисунок 18.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка




Рисунок 18.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Общий вид



Рисунок 18.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка пакет с хедером с маркировкой



Показания к применению:

- плоскостопие;
- спазмы мышц;
- улучшение кровообращения;
- нарушение двигательной функции стоп, кистей и пальцев;
- повреждения суставно-связочного аппарата.

Порядок применения:
 Область воздействия: ладони и стопы.
 Каждая зона массируется 3-5 минут возвратно-поступательными движениями путем перекачивания два-три раза в день. Рекомендуемый курс массажа 1-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. Начинать сеанс массажа нужно с легких движений, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
 Перекачивая стопой массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-Валик мини» 3-5 мин в день. Вы укрепите мышцы голени и мелкие мышцы стопы.

Массажер медицинский для тела ЧУДО-ВАЛИК МИНИ

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер	- 2 шт.;
- инструкция по применению	- 1 шт.;
- пакет	- 1 шт.;
- хедер	- 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru
 Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия:
 не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы:
 1 год с даты продажи.








Рисунок 18.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 18.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка пакет с хедером с маркировкой



Показания к применению:

- плоскостопие;
- спазмы мышц;
- улучшение кровообращения;
- нарушение двигательной функции стоп, кистей и пальцев;
- повреждения суставно-связочного аппарата.

Порядок применения:

Область воздействия: ладони и стопы.

Каждая зона массируется 3-5 минут возвратно-поступательными движениями путем перекатывания два-три раза в день. Рекомендуемый курс массажа 7-10 дней. При необходимости курс повторять несколько раз в год. Начинать сеанс массажа нужно с легких движений, постепенно увеличивая интенсивность и силу нажатия. Процедура массажа не должна сопровождаться болевыми ощущениями.

Перекатывая стопой массажер медицинский для интенсивного воздействия «Чудо-Валик мини» 3-5 мин в день. Вы укрепите мышцы голени и мелкие мышцы стопы.

Массажер медицинский для тела

ЧУДО-ВАЛИК МИНИ

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- пакет - 1 шт.;
- хедер - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Апрель 2021

Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия:
не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы:
1 год с даты продажи.



Рисунок 18.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Чудо-валик мини» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Маркировка



Рисунок 19.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 19.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой

Массажер медицинский для тела
массажная банка

ТЮЛЬПАН

для интенсивного
воздействия



голубой

желтый

зеленый

темно-
красный



Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

- коробка - 1 шт.



Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+40°C

80%

+5°C

Рисунок 19.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 19.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 19.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид

**Массажер медицинский для тела
массажная банка**

ТЮЛЬПАН

**для интенсивного
воздействия**

голубой

желтый

зеленый

темно-красный

комплект
2
шт.

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	
Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.	
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.	



Рисунок 19.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка



Рисунок 19.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 19.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка коробка

**Массажер медицинский для тела
массажная банка**

ТЮЛЬПАН

**для интенсивного
воздействия**

голубой

желтый

зеленый

темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Рисунок 19.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 19.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 19.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка



Массажер медицинский для тела
массажная банка

ТЮЛЬПАН

для интенсивного
воздействия



голубой



желтый



зеленый



темно-красный



Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,

цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

- коробка - 1 шт.



Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+40°C



80%

+5°C

Рисунок 19.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для интенсивного воздействия
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 20.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 20.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Упаковка коробка с маркировкой



Массажер медицинский для тела

МАССАЖНАЯ БАНКА ТЮЛЬПАН

для чувствительной кожи

комплект 2 шт.

голубой желтый зеленый темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для чувствительной кожи
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 Дата изготовления:	Апрель 2021
 Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.




+5°C +40°C



 80%

Рисунок 20.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка



Рисунок 20.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 20.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой

Тюльпан

Массажер медицинский для тела

МАССАЖНАЯ БАНКА ТЮЛЬПАН

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

комплект
2
шт.

голубой

желтый

зеленый

темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для чувствительной кожи
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

	Дата изготовления:	Апрель 2021
	Номер партии:	
	Номер регистрационного удостоверения:	
	Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

+5°C +40°C

80%

Рисунок 20.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 20.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Общий вид



Рисунок 20.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка с маркировкой

Торг Лайнс

Массажер медицинский для тела

МАССАЖНАЯ БАНКА ТЮЛЬПАН

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

голубой желтый **зеленый** темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для чувствительной кожи
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:	Апрель 2021
LOT Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

+5°C

+40°C

80%

Рисунок 20.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 20.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Общий вид



Рисунок 20.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Упаковка коробка с маркировкой

Торг Лайнс

Массажер медицинский для тела

МАССАЖНАЯ БАНКА ТЮЛЬПАН

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

голубой

желтый

зеленый

темно-красный

Массажеры медицинские
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела массажная банка
«Тюльпан» для чувствительной кожи
по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
- массажер - 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

Дата изготовления:

Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи
регистрационного
удостоверения:

Апрель 2021

Срок годности изделия: не менее 5 лет
с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.

+40°C
+5°C

Рисунок 20.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:


Массажер медицинский для тела массажная банка «Тюльпан» для чувствительной кожи по
ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка



Рисунок 21.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



**Рисунок 21.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
темно-красный. Упаковка блистер**



Рисунок 21.1.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 21.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер с инструкцией по применению

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - блистер - 1 шт.		 Дата изготовления: Апрель 2021	
 Номер партии:		Номер регистрационного удостоверения:	
 Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru		Дата выдачи регистрационного удостоверения:	
Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации		Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.	
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.		   	
желтый 	темно-красный 	голубой 	зеленый 

Рисунок 21.1.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 21.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Общий вид



**Рисунок 21.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
зеленый. Упаковка блистер**

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - блистер - 1 шт.		 Дата изготовления: Апрель 2021
		 Номер партии:
		Номер регистрационного удостоверения:
		Дата выдачи регистрационного удостоверения:
 Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации		Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.
		   
желтый темно-красный голубой зеленый		

Рисунок 21.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый. Маркировка



Рисунок 21.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Общий вид



Рисунок 21.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
желтый. Упаковка блистер




Рисунок 21.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
 желтый. Упаковка блистер с маркировкой

Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - блистер - 1 шт. Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации		Дата изготовления:	Апрель 2021
		Номер партии:	
		Номер регистрационного удостоверения:	
		Дата выдачи регистрационного удостоверения:	
		Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.	
		Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.	
			
желтый 	темно-красный 	голубой 	зеленый 

Рисунок 21.3.4 — Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый. Маркировка



Рисунок 21.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Общий вид



**Рисунок 21.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

**Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет:
голубой. Упаковка блистер**


Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - блистер - 1 шт.  Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации	 Дата изготовления: Апрель 2021
	 Номер партии:
	Номер регистрационного удостоверения:
	Дата выдачи регистрационного удостоверения:
	Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
	Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.
	   
желтый 	темно-красный 
голубой 	зеленый 

Рисунок 21.4.3 — Массажиры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для лица «Чудо-роллер» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка




Рисунок 22.1.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



**Рисунок 22.1.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:**

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 22.1.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 22.2.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.
Общий вид



Рисунок 22.2.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 22.2.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Маркировка




Рисунок 22.2.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Маркировка



Рисунок 22.3.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Общий вид



Рисунок 22.3.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 22.3.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой. Маркировка




Рисунок 22.3.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Маркировка



Рисунок 22.4.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Общий вид



Рисунок 22.4.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 22.4.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 22.4.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.
Маркировка




Рисунок 22.5.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-оранжевый. Общий вид



Рисунок 22.5.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-оранжевый. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 22.5.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-оранжевый. Маркировка



Рисунок 22.6.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-темно-красный. Общий вид




Рисунок 22.6.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-темно-красный. Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 22.6.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-темно-красный. Маркировка




Рисунок 22.6.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-темно-красный. Маркировка



Рисунок 22.7.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-желтый. Общий вид



Рисунок 22.7.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-желтый. Упаковка блистер с маркировкой



Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:

Апрель 2021



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



+40°C



+5°C

80%

Рисунок 22.7.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-
желтый. Маркировка



Рисунок 22.8.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-темно-красный. Общий вид




Рисунок 22.8.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-темно-красный. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 22.8.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-темно-красный. Маркировка



Рисунок 22.9.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-голубой. Общий вид




Рисунок 22.9.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-голубой. Упаковка блистер с маркировкой




Рисунок 22.9.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-голубой. Маркировка



Рисунок 22.10.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:


Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-зеленый. Общий вид



Рисунок 22.10.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-зеленый. Упаковка блистер с маркировкой




Производитель: ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации


Дата изготовления:


Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






Рисунок 22.10.4 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черно-зеленый. Маркировка



Рисунок 22.11.1 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черный.
Общий вид



Рисунок 22.11.2 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черный.
Упаковка блистер с маркировкой



Рисунок 22.11.3 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:
Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черный.
Упаковка с маркировкой




Рисунок 22.11.5 — Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Фаворит» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: черный.
Маркировка



Рисунок 23.1.1 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Общий вид



Рисунок 23.1.2 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Упаковка коробка с маркировкой

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - коробка - 1 шт.

 **Производитель:** ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

	Дата изготовления:	Апрель 2021
LOT	Номер партии:	
	Номер регистрационного удостоверения:	
	Дата выдачи регистрационного удостоверения:	


Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






+40°C

+5°C



80%

Рисунок 23.1.4 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый.

Маркировка



Рисунок 23.2.1 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Общий вид



Рисунок 23.2.2 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Упаковка коробка с маркировкой

массажер медицинский для тела  «БАГГИ»		Сведения о предоставлении рекламаций: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»). 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru	
Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер - 1 шт. - инструкция по применению - 1 шт. - коробка - 1 шт.		голубой желтый зеленый темно-красный 	
Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7 (499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации			
Дата изготовления: LOT Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.		Апрель 2021	
			

Рисунок 23.2.3 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:

- массажер - 1 шт;
- инструкция по применению - 1 шт;
- коробка - 1 шт.

 **Производитель:** ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 Дата изготовления:

 **LOT** Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:


Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.






+40°C

+5°C



80%

Рисунок 23.2.4 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: темно-красный. Маркировка



Рисунок 23.3.1 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Общий вид



Рисунок 23.3.2 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.
Упаковка коробка с маркировкой

массажер медицинский для тела  «БАГГИ»	Сведения о предоставлении рекламаций: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГ ЛАЙНС» (ООО «ТОРГ ЛАЙНС»). 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1 Номер телефона: +7(499) 150-05-73 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru голубой  желтый  зеленый  темно-красный 
Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021 вариант исполнения: Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый: - массажер: - 1 шт. - инструкция по применению: - 1 шт. - коробка: - 1 шт. Производитель: ООО «Торг Лайнс», 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1. Номер телефона: +7(499) 150-05-73. Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru Изделие стерильно и не подлежит стерилизации. Дата изготовления: Апрель 2021 LOT Номер партии: Номер регистрационного удостоверения: Дата выдачи регистрационного удостоверения: Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства. Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.     	

Рисунок 23.3.3 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Маркировка

Массажи медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021
 вариант исполнения:
 Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021,
 цвет: желтый, темно-красный, голубой, зеленый:
 - массажер - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - коробка - 1 шт.

 **Производитель:** ООО «Торг Лайнс»,
 125299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
 Номер телефона: +7(499) 150-05-73
 Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Изделие нестерильно и не подлежит стерилизации

 Дата изготовления:	Апрель 2021
 Номер партии:	
Номер регистрационного удостоверения:	
Дата выдачи регистрационного удостоверения:	

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.
 Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.





 +5°C +40°C



Рисунок 23.3.4 - Массажи медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: голубой.

Маркировка



Рисунок 23.4.1 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Общий вид



Рисунок 23.4.2 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Упаковка коробка с маркировкой



Рисунок 23.4.3 - Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для тела «Багги» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: зеленый.

Упаковка с маркировкой

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия

«Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый:

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.



Производитель:
ООО «Торг Лайнс»,
125299, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, 7/1
Номер телефона: +7(499) 150-05-73
Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

изделие нестерильно и не подлежит стерилизации



Дата изготовления:



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Срок годности изделия: не менее 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 1 год с даты продажи.



Рисунок 24 – Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021. Пример макета маркировки индивидуальной упаковки

21

Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021

вариант исполнения:

Массажер медицинский для интенсивного воздействия**«Чудо-валик» по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021, цвет: сине-белый:**

- массажер - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- коробка - 1 шт.

Количество изделий в транспортной таре: 

Производитель:

ООО «Торг Лайнс»,

125299, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, 7/1

Номер телефона: +7(499) 150-05-73

Адрес электронной почты: 7833960@mail.ru

Грузополучатель: Пункт назначения: Дата изготовления: Номер партии: Номер регистрационного
удостоверения: Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Срок годности: не менее 5 лет с даты производства.




Рисунок 25 – Массажеры медицинские по ТУ 32.50.50-003-52751052-2021. Пример макета маркировки транспортной тары

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 380 листов

Подпись _____
М.П. _____

