



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17367

На медицинское изделие

Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Завод медицинских технологий" (АО "ЗМТ"), Россия,
620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 77

Производитель

Акционерное общество "Завод медицинских технологий" (АО "ЗМТ"), Россия,
620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 77

Место производства медицинского изделия

АО "ЗМТ", Россия, 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, д. 39

Номер регистрационного досье № РД-48898/97047 от 30.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 мая 2022 года № 4705
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0065369

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17367

Лист 1


На медицинское изделие

Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021,
варианты исполнения:

1. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 13x75; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 4,0 мл.
2. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 13x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 6,0 мл.
3. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 13x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 6,5 мл.
4. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 9,0 мл.
5. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: коническая; объем забираемой пробы: 9,0 мл.
6. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 9,5 мл.
7. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: коническая; объем забираемой пробы: 9,5 мл.
8. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 10,0 мл.
9. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: коническая; объем забираемой пробы: 10,0 мл.
10. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 10,5 мл.
11. Пробирка вакуумная для забора мочи ZMT, ТУ 32.50.13-010-51834327-2021, без наполнителей, размером (диаметр x высота): 16x100; форма: круглодонная; объем забираемой пробы: 11,0 мл.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0099398