



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18676

На медицинское изделие

Система вакуум-экстракции плода, одноразовая

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"КуперСёрджикал, Инк.", США,

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, Trumbull, Connecticut 06611, USA

Производитель

"КуперСёрджикал, Инк.", США,

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, Trumbull, Connecticut 06611, USA

Место производства медицинского изделия

Cooper Surgical, Inc., 95 Corporate Drive, Trumbull, Connecticut, 06611, USA

Номер регистрационного досье № РД-49095/96656 от 07.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 октября 2022 года № 10311
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0063350

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18676

Лист 1

На медицинское изделие

Система вакуум-экстракции плода, одноразовая, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Система вакуум-экстракции плода, одноразовая, Mystic II Mityvac M-Style Mushroom Cup.
2. Система вакуум-экстракции плода, одноразовая, Mystic II Mityvac MitySoft Bell Cup.
3. Система вакуум-экстракции плода, одноразовая, MityOne Pump with M-Style Mushroom Cup.
4. Система вакуум-экстракции плода, одноразовая, MityOne Pump with MitySoft Bell Cup.

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению - 1 шт.

З



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

А.В. Самойлова

0110157