

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 2720101

На коробку:



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ТУ 21.20.23-551-98539446-2020
РУ №

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Набор реагентов
для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 1
объем 0,6 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов
для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 2
объем 0,3 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов
для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 3
объем 0,3 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов
для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 4
объем 0,6 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 2720105

На коробку:



Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG», по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

LOT E002

REF 2720105

IVD

2021-03-09

2022-03-09


Σ 50

+2⁺8 °C

Биологическая опасность

Информация

Предупреждение



ООО «Цирми» Адрес: Бирю, 182148, Россия, с. Савин-Поповское, Железнодорожный пр., д. 48, лит. А
Тел./факс: +7(812)6776776, 6772162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru

ТУ 21.20.23-551-98539446-2020
РУ №

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 1
объем 0,6 мл



1
5 мл

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 2
объем 0,3 мл



1
5 мл

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 3
объем 0,3 мл



1
5 мл

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»
Калибратор 4
объем 0,6 мл



1
5 мл

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (Тш) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG», по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020,
производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Калибраторы 1,2,3,4

стр. 8,9,10,11

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Кат. № 2720101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Кат. № 2720101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Кат. № 2720101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Кат. № 2720105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Вспомогательные реагенты	Срок годности	Срок хранения	Срок годности
--------------------------	---------------	---------------	---------------



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG», по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E004

2022-01-18

REF 2720105

2023-01-18

IVB

50

ТУ 21.20.23-551-98539446-2020
ру №

Гидролиз и использование
Для профессионального применения
Антитела к ВМЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg-интерферон

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020

Кат. № 2720105 Серия № E004. Формирование № 1 Количество 100 шт

MagnaLIA SARS-CoV-2 IgG

LOT E004

2023-01-18

REF 2720105

+2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7 (812) 677 87 79; 677 21 62
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004


Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgG»,
по ТУ 21.20.23-551-98539446-2020


Кат. № 2720105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Полный наименование	Упаковка	Серия	Соответствует









Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (~~одиннадцать~~) лист ~~8~~

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

