

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «ПРОФИТ ФАРМ»
А.Ю. Осинцев**



Фотографические изображения общего вида и макета маркировки медицинского изделия

Термостат-тромбомиксер для тромбоцитов по ТУ 32.50.50-010-18833344-2021

2022 г.

Фотографическое изображение общего вида



Фотографическое изображение маркировки



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия с открытой дверцей




Фотографическое изображения аджистора



Кабель питания



Сканер штрих кодов



Наименование изделия	Термостат-тромбомиксер для тромбоцитов по ТУ 32.50.50-010-18833344-2021. Состав изделия: 1. Термостат-тромбомиксер для тромбоцитов на 24 контейнера – 1 шт.; 2. Сканер штрих-кодов DS2208 – 1 шт.; 3. Кабель питания – 2 шт.; 4. Инструкция по применению – 1 шт.; 5. Паспорт на изделие – 1 шт.		
Наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак	ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4		
Месяц и год упаковывания	...-....		
	Условия транспортирования изделий должны соответствовать: температура – от - 5°C до плюс 40 °C; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °C;		
	Хранение АППАРАТА у изготовителя и потребителя должно осуществляться в оригинальной упаковке производителя в соответствии с условиями хранения: температура – от + 5°C до плюс 35°C; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °C (без конденсации);		
Масса брутто, кг			
Масса нетто, кг			
    			



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ПРОФИТ-ФАРМ" Осинцев А.Ю.

10 " 20 22 г.