



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 ноября 2022 года № РЗН 2022/18857

На медицинское изделие

Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Производитель

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-49541/97268 от 19.04.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2022 года № 10998
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0067426

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 ноября 2022 года № РЗН 2022/18857

Лист 1

На медицинское изделие

Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии с принадлежностями,
в вариантах исполнения:

1. Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см, в составе:

- Эндоскоп - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Эндоскоп жесткий HOPKINS для ректоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 28,5 см, в составе:

- Эндоскоп - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмеры:

3.1. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5 мм, длина 21 см, в составе:

- Эндоскоп - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3.2. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5 мм, длина 28 см, в составе:

- Эндоскоп - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

II. Принадлежности:

1. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.

2. Адаптер световодов Richard Wolf.

3. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп.

4. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.

5. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.

Место производства:

1. Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany.

2. Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 11, 78532 Tuttlingen, Germany.

3. Storz Endoskop Produktions GmbH, Schneckenackerstr. 1, 8200 Schaffhausen, Switzerland.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0109488