


Фотографическое изображение медицинского изделия

**Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG QN в кассете
(VITROS Anti-SARS-CoV-2 IgG QN Reagent Pack) для качественного и
количественного иммунодиагностического определения иммуноглобулинов
класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции
на анализаторах серии VITROS**



619 9964

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG QN в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 IgG QN Reagent Pack) для качественного и количественного иммунодиагностического определения иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS

Назначение:

для качественного и количественного иммунодиагностического определения антител класса G к рецептор-связывающему домену (RBD) на S1 субъединице шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке или плазме (с ЭДТА или литий-гепарином) на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600).

Регистрационное удостоверение в РФ:

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия 1




КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, скреплено печатью

ВСЕГО 4 листов 4
«21» 12 2021 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал-Диагностикс»


Сергеенко В.К.