

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения онкомаркера СА 125 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «СА 125 II Контрольные материалы (Alinity i СА 125 II Controls)»


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i CA 125 II Controls

		CONC	RANGE
		U/mL	U/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	40	28.0 - 52.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	300	210.0 - 390.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	650	455.0 - 845.0



CONTAINS: AZIDE



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD



PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA

PRODUCT OF USA

Фотографическое изображение открытой упаковки «CA 125 II Контрольные материалы (Alinity i CA 125 II Controls)».




Фотографическое изображение упаковки и флаконов «CA 125 II Контрольные материалы (Alinity i CA 125 II Controls)».





Фотографическое изображение флаконов «CA 125 II Контрольные материалы (Alinity i CA 125 II Controls)».



Пронумеровано, проши
скреплено печатью на

6

