

Фотографические изображения
медицинского изделия

Аппарат многофункциональный «ESTETICA 3.0» по ТУ
26.60.13.170-003-12421764-2020

Производства

ООО «ГЛИМ КОМПАНИ»

634009, Россия, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 65, оф. 4


Утверждаю





Иванов ИИ


Аппарат многофункциональный «ESTETICA 3.0» по ТУ 26.60.13.170-003-12421764-2020
















Излучатель Diode:

Общий вид.











Излучатель Pulse Q:

Общий вид.







Излучатель Pulse L:

Общий вид.










Излучатель Pulse N:

Общий вид.







Излучатель Pulse F:

Общий вид.












Излучатель IPL:

Общий вид.









Очки защитные для оператора 600-1100 нм:


Общий вид.



Очки защитные для оператора 190-540, 900-1700 нм:

Общий вид.





Кабель питания 220V:

Общий вид.



Штекер разъема для подключения блокирующего устройства входной двери:

Общий вид.



Воронка заливная:

Общий вид.




Держатель твердотельного/диодного излучателя:

Общий вид.



Держатель излучателя Pulse L:

Общий вид.



Держатель излучателя IPL:

Общий вид.



Аппарат многофункциональный «ESTETICA 3.0» RU

Класс защиты от поражения
электрическим током:

I (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010)

Степень защиты:

IP20 (ГОСТ 14254-96)

Потребляемая мощность:

< 2,5 кВт

Класс лазерной опасности:

класс 4 (ГОСТ IEC 60825-1)

Дата производства: 02.2020

Электропитание: ~ 220V 50 Hz

ООО «Глим компани»

Gleam company LTD



Произведено по ТУ

26.60.13.170-003-12421764-2020

SN: 3M003/2020

Прошито и пронумеровано 37
тридцать семь лист об
Генеральный директор ООО «Глим Компани»
Яковлев Н.И. Н.И.

