



**Наборы высокого давления стерильные для введения рентгеноконтрастных веществ при
проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной
томографии**


1. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магнитнорезонансной томографии в составе: - Шприц 200 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - и/или шприц - 1 шт




2. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе:-
Шприц 200 мл- 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 6 или 7 шт., - трубочка для набора контраста - 2 шт., - и/или шпиг - 1 или 2 шт.




3. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 100 мл - 1 шт., - шприц 200 мл- 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 6 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., -




4. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 200 мл - 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 5 шт., - система соединительных магистралей с капельницами с питанием с клапанами - 1 шт., - защитный колпачок для системы соединительных магистралей - 5 шт., - трубочка для набора контраста - 2 шт.



5. Набор венозного давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 190 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - пилл - 1 шт.




6. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 190 мл- 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 7 шт., - трубочка для набора контраста -1 шт., - шип -2 шт.




7. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 150 мл - 1 шт., - соединительная магистраль 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - шпип - 1 шт.




8. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 125 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - шпиг - 1 шт.




9. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 100 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - и/или шпиг - 1 шт.




10. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 100 мл - 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 5 шт., - трубочка для набора контраста - 2 шт.



11. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 65 мл- 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок -7 шт., - шип - 2 шт.



12. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 65 мл - 1 шт., - шприц 115 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 7 шт., - шип - 2 шт.



13. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 60 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - шип - 1 шт.



14. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 60 мл - 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 7 шт., - шип - 2 шт.




15. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 50 мл - 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 7 шт., - шип - 2 шт.



Упаковка набора 15 (15. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприцы 50 мл - 2 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 7 шт., - шип - 2 шт.)



16. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 50 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - шип - 1 шт.




Упаковка набора 16 (16. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 50 мл - 1 шт., - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 4 шт., - шип - 1 шт.




17. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 200 мл - 1 шт., - защитный колпачок - 2 шт., - шип - 1 шт., - и/или трубочка для набора контраста - 1 шт.




18. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 150 мл - 1 шт., - защитный колпачок - 1 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт.



19. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 100 мл - 1 шт., - защитный колпачок - 2 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - шип - 1 шт.



20. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - Шприц 60 мл - 1 шт., - защитный колпачок - 2 шт., - трубочка для набора контраста - 1 шт., - и/или шип - 1 шт.



21. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной томографии в составе: - соединительная магистраль - 1 шт., - защитный колпачок - 2 или 3 шт.



22. Набор высокого давления стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении ангиографических исследований, компьютерной, магниторезонансной

томографии в составе: - система соединительных магистралей - 1 шт., - защитный колпачок - 5 шт



Образец маркировки оригинальной упаковки производителя (без стикера на русском языке) на наборы 1-20

antmed
Partner For Life

High Pressure Syringe

P/N: 300103 **A**

Contents:

- 1- 100ml Syringe
- 1- Connecting Tube
- 2- Filling Devices

NON-TOXIC

NON-PYROGENIC

DO NOT USE IF PACKAGE
IS OPENED OR DAMAGED

STERILE



Attention: See instructions
for use



Do not reuse

STERILE EO

Sterilized with Ethylene Oxide

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex



Use By 2022-07-10



Date of
Manufacture/
Sterilization 2019-07-11

LOT

Lot Number 19071122

EC REP

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany



Shenzhen Antmed Co., Ltd.
Add: 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen
518122, China

Tel: +86-755-86060992
http://www.antmed.com

Fax: +86-755-86060991
E-mail: info@antmed.com

Rev. A1



0123 Made in China



(01)06945764401134



(11)190711(17)220710(10)19071122



antmed
Partner For Life

High Pressure Syringe

P/N: 400105

Contents:

- 2- 200ml Syringes
- 1- Connecting Tube
- 3- Filling Devices

NON-TOXIC **NON-PYROGENIC**

**DO NOT USE IF PACKAGE
IS OPENED OR DAMAGED**

STERILE



Attention: See instructions
for use



Do not reuse

STERILE EO

Sterilized with Ethylene Oxide

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex



Use By

2022-07-10



Date of
Manufacture/
Sterilization

2019-07-11



Lot Number

19071122

EC REP

Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany

Shenzhen Antmed Co., Ltd.

Add: 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen
518122, China

Tel: +86-755-86060992 Fax: +86-755-86060991
http://www.antmed.com E-mail: info@antmed.com



(01)0694576401707



(11)190711(17)220710(10)19071122

Rev. A1

CE 0123

Made in China

OPEN THIS END

antmed
Partner For Life

Pressure Connecting Tube

P/N: 631100

L: 100 cm

P: 24bar/350psi

NON-TOXIC

NON-PYROGENIC

DO NOT USE IF PACKAGE
IS OPENED OR DAMAGED

STERILE



Attention: See instructions
for use



Do not reuse

STERILE EO

Sterilized with Ethylene Oxide



Use By 2022-07-16



Date of
Manufacture/
Sterilization 2019-07-17

LOT

Lot Number 19071722

EC REP

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany



Shenzhen Antmed Co., Ltd.

Add: 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen
518122, China

Tel: +86-755-86060992
<http://www.antmed.com>

Fax: +86-755-86060991
E-mail: info@antmed.com

Rev. A3



0123

Made in China




(01)06945764407068



(11)190717(17)220716(10)19071722

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 29 стр.

Директор  Гуляев П.С.

