

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения онкомаркера СА 19-9 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CA 19-9XR Калибраторы (Alinity i CA 19-9XR Calibrators)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i CA 19-9XR Calibrators




CONC

U/mL

CONTAINS: AZIDE




CAL A	1 x 3.0 mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	30
CAL C	1 x 3.0 mL	100
CAL D	1 x 3.0 mL	250
CAL E	1 x 3.0 mL	600
CAL F	1 x 3.0 mL	1200




www.abbottdiagnostics.com/IFU


R01




08P3201



Exp. 2017-09-19




74063FP00



703-285_R02

(01) 00380740130510 (17) 170919

(10) 74063FP00 (240) 08P3201 (91) CA 19-9XR







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

