

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения онкомаркера СА 19-9
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CA 19-9XR
Контрольные материалы (Alinity i CA 19-9XR Controls)"**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i CA 19-9XR Controls

		CONC	RANGE
		U/mL	U/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	40	26.0 - 54.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	150	102.0 - 198.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	750	510.0 - 990.0



CONTAINS: AZIDE



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


IVD

CE

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA

PRODUCT OF USA





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4

листов

Подпись

Т. М. М. М.

