

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления по регистрации продукции

для in vitro диагностики, иммунохимия,

гематология и гемостаз


Чигринец Е.А.



"7" июля 2022г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга для рентгеноскопии «Cios Connect» с
принадлежностями»**



Общий вид медицинского изделия «Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга для рентгеноскопии «Cios Connect» с принадлежностями»


Базовый блок




1.1 Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Connect», в составе: С-образная дуга; генератор рентгеновский; трубка рентгеновская со встроенным коллиматором; усилитель рентгеновского изображения; панель управления с клавиатурой.



1.2 Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Connect», в составе: С-образная дуга; генератор рентгеновский; трубка рентгеновская со встроенным коллиматором; усилитель рентгеновского изображения; панель управления с клавиатурой.



1.3 Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Connect», в составе: С-образная дуга; генератор рентгеновский; трубка рентгеновская со встроенным коллиматором; усилитель рентгеновского изображения; панель управления с клавиатурой.



1.4 Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Connect», в составе: С-образная дуга; генератор рентгеновский; трубка рентгеновская со встроенным коллиматором; усилитель рентгеновского изображения; панель управления с клавиатурой.




1.5 Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга «Cios Connect», в составе: С-образная дуга; генератор рентгеновский; трубка рентгеновская со встроенным коллиматором; усилитель рентгеновского изображения; панель управления с клавиатурой.




2.1 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь; монитор; порт USB; дисковод для дисков DVD.




2.2 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь;



2.3 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь; монитор; порт USB; дисковод для дисков DVD.



2.4 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь; монитор: порт USB; лисковод для дисков DVD.




2.5 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь;
 для дисков DVD.




2.6 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с клавиатурой; мышь;




3. Мониторы для стойки, вариант исполнения: стандартный; высокой яркости.



4.1 Педальный переключатель, варианты исполнения: стандартный; многофункциональный.



4.2 Педальный переключатель, варианты исполнения: стандартный; многофункциональный.




5. Кабель питания.



6. Ручной переключатель.



7. Клавиатура для мониторной тележки.



8. Камера для измерения дозы.

SIEMENS

Cios Connect

Руководство пользователя

XPR2-350.620.01.01.12

SIEMENS

Cios Connect

Руководство пользователя

XPR2-350.620.01.01.12

SIEMENS

Cios Connect

Руководство пользователя

XPR2-350.620.01.01.12

SIEMENS

Cios Connect

Руководство пользователя

XPR2-350.620.01.01.12

SIEMENS

Cios Connect

Руководство пользователя

XPR2-350.620.01.01.12

9. Документация пользователя на русском языке.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type			removable	
Cassette			No	
Laser Detector			Yes	
Laser Monoblock			Yes	
<u>Other HW</u>				
Generator			Polydoras M3	
X-Ray Tube			SR 110	
DAP Meter			Yes	
WLAN Module			Yes	
<u>SW Options</u>				
Language Setting			German	
Keyboard Layout			English U.S.	
High Speed Fluoro, Cont. (key)			Yes	
Medium Speed Fluoro (key)			Yes	
Sub/Road Basic Module (key)			No	
Sub/Road Advanced Module (key)			Yes	
Stenosis Quantification (key)			No	
2D Measuring (key)			Yes	
DVD Recorder (key)			Yes	
Memory Extension (100.000 images) (key)			No	
Dicom Send (key)			Yes	
Dicom Print (key)			Yes	
Dicom Worklist (key)			Yes	
Dicom Query (key)			Yes	
LithoReport (key)			Yes	
NaviLink 2D (key)			Yes	
X-Ray Passcode (key)			Yes	
HIPAA (key)			Yes	
Remote Assist (key)			Yes	
Video Manager (key)			No	
<u>Simulation</u>				
Teaching mode			No	
Default Values AutoLic Configure Save				

1. Программный режим 2D измерения (для измерения углов и расстояний).

Reports

Documentation

Help

Grid Type	removable
Cassette	No
Laser Detector	Yes
Laser Monoblock	Yes
<u>Other HW</u>	
Generator	Polydoras M3
X-Ray Tube	SR 110
DAP Meter	Yes
WLAN Module	Yes
<u>SW Options</u>	
Language Setting	German
Keyboard Layout	English U.S.
High Speed Fluoro, Cont. (key)	Yes
Medium Speed Fluoro (key)	Yes
Sub Road Basic Module (key)	No
Sub Road Advanced Module (key)	Yes
Stenosis Quantification (key)	No
2D Measuring (key)	Yes
DVD Recorder (key)	Yes
Memory Extension (100.000 images) (key)	No
Dicom Send (key)	Yes
Dicom Print (key)	Yes
Dicom Worklist (key)	Yes
Dicom Query (key)	Yes
LaboReport (key)	Yes
NavLink 2D (key)	Yes
X-Ray Pasacode (key)	Yes
HIPAA (key)	Yes
Remote Assist (key)	Yes
Video Manager (key)	No
<u>Simulation</u>	
Teaching mode	No

Default Values

AutoLic

Configure

Save

2. Программный режим для обследования сосудов.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable ▼			
Cassette	No ▼			
Laser Detector	Yes ▼			
Laser Monoblock	Yes ▼			
<u>Other HW</u>				
Generator	Polydoras M3 ▼			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes ▼			
WLAN Module	Yes ▼			
<u>SW Options</u>				
Language Setting	German ▼			
Keyboard Layout	English U.S. ▼			
High Speed Fluoro (key)	Yes			
Median Speed Fluoro (key)	Yes ▼			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▼			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes ▼			
DVD Recorder (key)	Yes ▼			
Memory Extension (100.000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes ▼			
Dicom Print (key)	Yes ▼			
Dicom Worklet (key)	Yes ▼			
Dicom Query (key)	Yes ▼			
LaboReport (key)	Yes ▼			
Navilink 2D (key)	Yes ▼			
X-Ray Passcode (key)	Yes ▼			
HIPAA (key)	Yes ▼			
Remote Assist (key)	Yes ▼			
Video Manager (key)	No			
<u>Simulation</u>				
Teaching mode	No ▼			
Default Values AutoLic Configure Save				

3. Программный режим расширенной функциональности для обследования сосудов.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type		removable		
Cassette		No		
Laser Detector		Yes		
Laser Maskblock		Yes		
<u>Other HW</u>				
Generator		Polydorus M3		
X-Ray Tube		SR 110		
DAP Meter		Yes		
WLAN Module		Yes		
<u>SW Options</u>				
Language Setting		German		
Keyboard Layout		English U.S.		
High Speed Fluoro, Cont. (key)		Yes		
Medium Speed Fluoro (key)		Yes		
SoftRoad Basic Module (key)		No		
Sub-Road Advanced Module (key)		Yes		
Stenosis Quantification (key)		No		
2D Measuring (key)		Yes		
DVD Recorder (key)		Yes		
Memory Extension (100 000 images) (key)		No		
Dicom Send (key)		Yes		
Dicom Print (key)		Yes		
Dicom Worklist (key)		Yes		
Dicom Query (key)		Yes		
LaboReport (key)		Yes		
NavLok 3D (key)		Yes		
X-Ray Passcode (key)		Yes		
HIPAA (key)		Yes		
Remote Asset (key)		Yes		
Video Manager (key)		No		
<u>Simulation</u>				
Teaching mode		No		
Default Values AutoLic Configure Save				

4. Программный режим для печати DICOM Print.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable ▼			
Cassette	No ▼			
Laser Detector	Yes ▼			
Laser Monoblock	Yes ▼			
<u>Other HW</u>				
Generator	Polydoras M3 ▼			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes ▼			
WLAN Module	Yes ▼			
<u>SW Options</u>				
Language Setting	German ▼			
Keyboard Layout	English U.S. ▼			
High Speed Fluoro, Cont. (key)	Yes			
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▼			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▼			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes ▼			
DVD Recorder (key)	Yes ▼			
Memory Extension (100.000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes ▼			
Dicom Print (key)	Yes ▼			
Dicom Worklist (key)	Yes ▼			
Dicom Query (key)	Yes ▼			
LibroReport (key)	Yes ▼			
Navilink 2D (key)	Yes ▼			
X-Ray Passcode (key)	Yes ▼			
HIPAA (key)	Yes ▼			
Remote Assint (key)	Yes ▼			
Video Manager (key)	No			
<u>Simulation</u>				
Teaching mode	No ▼			
Default Values AutoLic Configure Save				

5. Программный режим для отправки DICOM Send.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable ▼			
Cassette	No ▼			
Laser Detector	Yes ▼			
Laser Monoblock	Yes ▼			
<u>Other HW</u>				
Generator	Polydoras M3 ▼			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes ▼			
WLAN Module	Yes ▼			
<u>SW Options</u>				
Language Setting	German ▼			
Keyboard Layout	English U.S. ▼			
High Speed Fluoro (key)	Yes			
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▼			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▼			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes ▼			
DVD Recorder (key)	Yes ▼			
Memory Extension (100.000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes ▼			
Dicom Print (key)	Yes ▼			
Dicom Worklist (key)	Yes ▼			
Dicom Query (key)	Yes ▼			
LaboReport (key)	Yes ▼			
NavLink 2D (key)	Yes ▼			
X-Ray Passcode (key)	Yes ▼			
HIPAA (key)	Yes ▼			
Remote Assist (key)	Yes ▼			
Video Manager (key)	No			
<u>Simulation</u>				
Teaching mode	No ▼			
Default Values AutoLic Configure Save				

6. Программный режим для запроса/получения DICOM Query/Retrieve.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable ▾			
Cassette	No ▾			
Laser Detector	Yes ▾			
Laser Monoblock	Yes ▾			
<u>Other HW</u>				
Generator	Polydoras M3 ▾			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes ▾			
WLAN Module	Yes ▾			
<u>SW Options</u>				
Language Setting	German ▾			
Keyboard Layout	English U.S. ▾			
High Speed Fluoro, Cont. (key)	Yes			
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▾			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▾			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes ▾			
DVD Recorder (key)	Yes ▾			
Memory Extension (100,000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes ▾			
Dicom Print (key)	Yes ▾			
Dicom Worklist (key)	Yes ▾			
Dicom Query (key)	Yes ▾			
LaboReport (key)	Yes ▾			
NaviLink 2D (key)	Yes ▾			
X-Ray Passcode (key)	Yes ▾			
HIPAA (key)	Yes ▾			
Remote Assist (key)	Yes ▾			
Video Manager (key)	No			
<u>Simulation</u>				
Teaching mode	No ▾			
Default Values AutoLic Configure Save				

7. Программный режим для рабочего списка DICOM Worklist и списка обследований DICOM MPPS.

Settings

Event Log

Home

Documentation

Help

Logout

Network Settings

Alias

STORESCP

Dicom AET

STORESCP

Host name

localhost

IP Address

127 . 0 . 0 . 1

Port No

2222

Create New

Remove

Cancel

Services

Storage

Worklist

StC

Print

MPPS

Q/R

Storage

Active Servers

Archive ☐

StC Server

DFR

☒ XA Ready Processed ☐ XA Full

☐ Ready Window

8. Программный режим расширенной функциональности DICOM Advanced.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable			
Cassette	No			
Laser Detector	Yes			
Laser Manoblock	Yes			
Other HW				
Generator	Polydoron M3			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes			
WLAN Modul	Yes			
SW Options				
Language Setting	German			
Keyboard Layout	English U.S.			
HighSpeed Fluoro, Cont. (key)	Yes			
Medium Speed Fluoro (key)	Yes			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes			
DVD Recorder (key)	Yes			
Memory Extension (100 000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes			
Dicom Print (key)	Yes			
Dicom Worklist (key)	Yes			
Dicom Query (key)	Yes			
LaboReport (key)	Yes			
NavLink 2D (key)	Yes			
X-Ray Panscode (key)	Yes			
HIPAA (key)	Yes			
Remote Assist (key)	No			
Video Manager (key)	No			
Simulation				
Teaching mode	No			
Default Values AutoLIC Configure Save				

9. Программный режим подключения к беспроводной локальной сети (WLAN).

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type	removable ▼			
Cassette	No ▼			
Laser Detector	Yes ▼			
Laser Monoblock	Yes ▼			
<u>Other HW</u>				
Generator	Polydoras M3 ▼			
X-Ray Tube	SR 110			
DAP Meter	Yes ▼			
WLAN Module	Yes ▼			
<u>SW Options</u>				
Language Setting	German ▼			
Keyboard Layout	English U.S. ▼			
High Speed Fluoro. Cont. (key)	Yes			
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▼			
Sub/Road Basic Module (key)	No			
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▼			
Stenosis Quantification (key)	No			
2D Measuring (key)	Yes ▼			
DVD Recorder (key)	Yes ▼			
Memory Extension (100.000 images) (key)	No			
Dicom Send (key)	Yes ▼			
Dicom Print (key)	Yes ▼			
Dicom Worklist (key)	Yes ▼			
Dicom Query (key)	Yes ▼			
LaboReport (key)	Yes ▼			
NaviLink 2D (key)	Yes ▼			
X-Ray Passcode (key)	Yes ▼			
HIPAA (key)	Yes ▼			
Remote Assent (key)	Yes ▼			
Video Manager (key)	No			
<u>Simulation</u>				
Tracking mode	No ▼			
Default Values AutoLic Configure Save				

10. Программный режим для передачи изображений в навигационную систему NaviLink 2D.


11. Программный режим электронной блокировки излучения.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type			removable	
Cassette			No	
Laser Detector			Yes	
Laser Monoblock			Yes	
<u>Other HW</u>				
Generator			Polydorus M3	
X-Ray Tube			SR 110	
DAP Meter			Yes	
WLAN Module			Yes	
<u>SW Options</u>				
Language Setting			German	
Keyboard Layout			English U.S.	
High Speed Fluoro, Cont. (key)			Yes	
Medium Speed Fluoro (key)			Yes	
Sub/Road Basic Module (key)			No	
Sub/Road Advanced Module (key)			Yes	
Stenosis Quantification (key)			No	
2D Measuring (key)			Yes	
DVD Recorder (key)			Yes	
Memory Extension (100,000 images) (key)			No	
Dicom Send (key)			Yes	
Dicom Print (key)			Yes	
Dicom Worklist (key)			Yes	
Dicom Query (key)			Yes	
LaboReport (key)			Yes	
Navilink 2D (key)			Yes	
X-Ray Passcode (key)			Yes	
HIPAA (key)			Yes	
Remote Assnt (key)			Yes	
Video Manager (key)			No	
<u>Simulation</u>				
Teaching mode			No	
Default Values AutoLic Configure Save				


12. Программный режим защиты данных HIPAA.

Home	Event Log	Reports	Documentation	Help
Grid Type			removable	
Cassette			No	
Laser Detector			Yes	
Laser Monoblock			Yes	
<u>Other HW</u>				
Generator			Polydoras M3	
X-Ray Tube			SR 110	
DAP Meter			Yes	
WLAN Module			Yes	
<u>SW Options</u>				
Language Setting			German	
Keyboard Layout			English U.S.	
High Speed Fluoro, Cont. (key)			Yes	
Medium Speed Fluoro (key)			Yes	
Sub/Road Basic Module (key)			No	
Sub/Road Advanced Module (key)			Yes	
Stenosis Quantification (key)			No	
2D Measuring (key)			Yes	
DVD Recorder (key)			Yes	
Memory Extension (100.000 images) (key)			No	
Dicom Send (key)			Yes	
Dicom Print (key)			Yes	
Dicom Worklist (key)			Yes	
Dicom Query (key)			Yes	
LithoReport (key)			Yes	
NavLink 2D (key)			Yes	
X-Ray Passcode (key)			Yes	
HIPAA (key)			Yes	
Remote Assist (key)			Yes	
Video Manager (key)			No	
<u>Simulation</u>				
Teaching mode			No	
Default Values AutoLic Configure Save				


13. Программный режим для литотрипсии.




14. Акустическая система EMotion, в составе: разъем для кабелей; микрофон.




15. Съемная решетка с интегрированным лазерным устройством.




16. Фиксированная решетка с интегрированным лазерным устройством.




17. Фиксированная решетка коррекции рассеянного излучения.



19. Кассетодержатель.



20. Моноблочный лазерный центратор.




21. Лазерный центратор на усилителе изображений.




22. Разветвитель видеосигнала DVI.




23. Устройство записи данных на CD/DVD.




24. Принтер для вывода изображений на бумагу/плёнку.




25. Устройство для установки принтера.



26. Проставка для обеспечения минимального расстояния фокус-кожа.



27. Разомкнутый кабель



28. Образцы из упаковки с образцовой дуги с пластиковыми зажимами.



29. Металлический фиксатор для стерильных чехлов.



30. Стерильные чехлы для усилителя рентгеновского изображения.



31. Стерильные чехлы для рентгеновской трубки.



33. Нестерильные чехлы для многофункционального педального переключателя.

Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга для рентгеноскопии "Cios Connect" с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН 2019/8711 от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сиенс Здоровоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~ 100/110/120/127/200/220/230/240 В; 50/60 Гц 308 Вт/2.3 кВт

Всего прошито и пронумеровано
55 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

