

Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов для контроля качества анализа

«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность»,

производства ООО «Компания Алкор Био»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA ЦМВ IgG авидность»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 2050201

На коробку:





MagnoLIA

Набор реагентов для контроля
качества анализа
«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность»
по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

LOT 00002

REF 2050201

IVD

2021-05-17

2022-05-17

Σ₂₀

20°C

20

ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

MagnoLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 1
объем 2 мл
20°C
000 "Компания Алкор Био"



- 1 шт.

MagnoLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 2
объем 2 мл
20°C
000 "Компания Алкор Био"



- 1 шт.

Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA ЦМВ IgG авидность»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2050205

На коробку:

LOT 00002

REF 2050205

IVD

ООО «Компания Алкор Био»,
193144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, литер А
Тел: +7 (812) 777 77 77, 0775184
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



MagnaLIA

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

LOT 00002

REF 2050205

IVD

2021-05-17

2022-05-17

100

+2⁺8
°C

Биологическая опасность

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



На флаконы:

MagnaLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 1
объем 2 мл



- 5 шт.

MagnaLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 2
объем 2 мл



- 5 шт.

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 3

Кат. № 2050210

На коробку:

MagnaLIA ЦМВ IgG авидность

00002
2050210

+2/+8 °C

2022-05-17

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT 00002

REF 2050210

IVD

2021-05-17

2022-05-17


Σ 200

+2/+8 °C

Биологический

Информация

Предупреждение



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

На флаконы:

MagnaLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 1
объем 2 мл
+2/+8 °C



- 10 шт.

MagnaLIA
ЦМВ
IgG авидность
Контроль 2
объем 2 мл
+2/+8 °C



- 10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист 2

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

Фотографии медицинского изделия

Медицинское изделие для диагностики in vitro
Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность»,
производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1`	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Кат. № 2050201, Серия № E002, Формирование № 1, Количество 100 шт.

Удостоверение	Выданный знак и формула	Срок	Соответствие
---------------	-------------------------	------	--------------



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность»
по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002


Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Кат. № 2050201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование	Внешний вид и форма	Срок годности	Срок хранения	Соответствие
Данные для контроля качества анализа отсутствуют				

LOT 00002

2021-05-17



REF 2050201

2022-05-17



IVD



ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург;
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Кат. № 2050201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование	Внешний вид и форма	Серия	Соответствие
--------------	---------------------	-------	--------------



НАСТУПАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Готово к использованию
для профессионального применения
Антигепатит С и HCV-антитела

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Magnolia CMB IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

TY 21 20 23-490-BMS/BAAS-2019
P/V NR XXXXXXXXXX

5.00	2.00
5.00	2.00

0000000000

Magnolia

ООО «Компания Аэроп Бюро
г. Санкт-Петербург, Ленинградский пр. д. 40, лит. А
Телефон факс: (812) 677-87-79
ПАСПОРТ № E002
Истор регистрации для контроля наличия
«Менеджера ИД» в соответствии с п. 17.1.10.23 - 490-9839244-2019
Лит. № 2020004 Сервис № E002 Формирование № 1 Коллестро 100 шт

ООО «Компания Алвор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа

«MagnoLIA ЦМВ IgG avidность» по ТУ 21.20.13-490-999-000-000

Кат. № 2050205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Magnolia ЦМВ IgG avidность

LDT 00003 2022-08-17

IMP 2050205 +2°C

ООО «Компания Алвор Био»,
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел. факс: +7(812)6778776; 6772162
info@alvorbio.ru, www.alvorbio.ru





ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79
ПАСПОРТ № E002
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Magnolia LMB IgG avidity» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
Кат. № 2050205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт



ООО «Компания Альянс Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
Кат. № 2050210 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность» по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT 00002

2021-05-17

+38°C



REF 2050210

2022-05-17



IVD

Σ 200



ТУ 21.20.23-490-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к БНЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для контроля качества анализа

«MagnaLIA ЦМВ IgG авидность»

по ТУ 21.20.23-490-98539446-2019









Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (десяти) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

