



«УТВЕРЖДАЮ»



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ТЕСТ-ПАКЕТ БОВИ-ДИК-ВИНАР ОДНОРАЗОВЫЙ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КАМЕРЫ ПАРОВЫХ
СТЕРИЛИЗАТОРОВ
ТУ 9398-077-11764404-2009

Тест-пакет Бови-Дик-Винар одноразовый для испытания на
паропроницаемость и удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов
по ТУ 9398-077-11764404-2009



Тест-пакет Бови-Дик-Винар одноразовый для испытания на паропроницаемость и удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов по ТУ 9398-077-11764404-2009



Тест-пакет Бови-Дик-Винар одноразовый для испытания на
паропроницаемость и удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов
по ТУ 9398-077-11764404-2009

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТЕСТ-ПАКЕТОВ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЛЮБЫМ ВИДОМ
ЗАКРЫТОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ВОДНОГО, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ДАННОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА
УТИЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИИ.



Тест-пакет Бови-Дик-Винар

одноразовый для испытания
на паропроницаемость и удаление воздуха
из камеры паровых стерилизаторов

Тест-пакет Бови-Дик-Винар одноканальный для испытания на паропроницаемость и удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов по ТУ 9398-077-11764404-2009

Тест-пакет Бови-Дик-Винар
одноканальный для испытания на паропроницаемость и
удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов
Кол-во тест-пакетов в одном комплекте 6 штук.
Кол-во комплектов в таре: 12 компл.

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
73 12 13		Ноя 2017

Количество тест-пакетов 6 штук

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
73 12 13		Ноя 2017

Гарантийный срок годности 48 месяцев.

ГОСТ ISO 11140-1 КЛАСС 2,
ГОСТ ISO 11140-4, ГОСТ ISO 11140-5
ТУ 9398-077-11764404-2009,
ПУ № РЗН 2013/43 от 22.09.2014 г.





Пронумеровано,
скреплено печатью
прошнуровано

Генеральный директор
ООО «ВНФ «ВИНАР» 5 лист 08

В.С. Андреев