

Фотографии медицинского изделия

Медицинское изделие для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnoLIA свободный ТЗ», производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

Кат. № 1360201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA свободный Т3»
по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

Кат. № 1360201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.





ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

Кат. № 1360201 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ПАСПОРТ № E002
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

ПАСПОРТ № E002

Кат. № 1360205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

LOT E002

 2021-09-06

REF 1360205

2022-09-06

IVD

 $+2\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$ 

△

Готово к использованию
Для профессионального применения,
и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



Состав набора

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

TY 21 20 23-536-98539446-2020
PY N# XXXXXXXXXXXXXXX

Медицинского изделия для диагностики in vitro

**«Набор реагентов для контроля качества анализа «MagnaLIA свободный Т3»
по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002


«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

Кат. № 1360205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnoLIA свободный ТЗ

LOT E002  2022-09-08
REF 1360205  +2[°]С

 ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

Кат. № 1360205 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ПАСПОРТ № E002
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020



MagnaLIA

Состав набора

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E002

REF 1360210

IVD

2021-09-06

2022-09-06



TY 21 20 23-536-98539448-2020
PY Nr XXXXXXXXXXXXXXXX


Готово к использованию
в профессиональном применении
у гепатита С и HbsAg отсутствуют

 ООО ЦПМИ **INFO@CPMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**









Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 60

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Польшцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnaLIA свободный Т3»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1360201

На коробку:




Набор реагентов для контроля
качества анализа
«MagnoLIA свободный ТЗ»,
по 21.20.23-536-98539446-2020

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ТУ 21.20.23-536-98539446-2020
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru


На флаконы:

MagnoLIA
свободный ТЗ
Контроль 1
объем 1 мл
+2°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

MagnoLIA
свободный ТЗ
Контроль 2
объем 1 мл
+2°C
000 «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный Т3»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1360205

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ульяновский пр., д. 40, лит А
тел./факс: 71812576778, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



MagnoLIA

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-536-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020

LOT E002

REF 1360205

IVD

2021-09-06

2022-09-06

100

+2⁺8
°C

Биобезопасность

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



На флаконы:

MagnoLIA
свободный Т3
Контроль 1
объем 1 мл
+2⁺8
°C



-5 шт.

MagnoLIA
свободный Т3
Контроль 2
объем 1 мл
+2⁺8
°C



-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный Т3»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1360210

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит А
Тел./факс: +7(812)6778778-6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



MagnoLIA

**Набор реагентов для контроля качества анализа
«MagnoLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-536-98539446-2020**

Состав набора:			
Контроль 1	10 фл.	LOT E002	2021-09-06
Контроль 2	10 фл.	REF 1360210	2022-09-06
		IVD	Σ 200



ТУ 21.20.23-536-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnoLIA
свободный Т3
Контроль 1
объем 1 мл
+2°C
000 «Компания Алкор Био»



-10 шт.

MagnoLIA
свободный Т3
Контроль 2
объем 1 мл
+2°C
000 «Компания Алкор Био»



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

