



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 марта 2023 года № РЗН 2023/19864

На медицинское изделие

Рециркулятор ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-026-98238288-2020,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника РЕБОТЕК"
(ООО "Медтехника-Р"), Россия,
125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, эт. 1, пом. X

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника РЕБОТЕК"
(ООО "Медтехника-Р"), Россия,
125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, эт. 1, пом. X

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-51484/54297 от 17.08.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 22 марта 2023 года № 1613
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0068681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19864

Лист 1

На медицинское изделие

**Рециркулятор ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-026-98238288-2020,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения:**

I. Рециркулятор ультрафиолетовый FYST-30S, зарегистрированный товарный
знак MED-MOS, в составе:

1. Рециркулятор FYST-30S - 1 шт.
2. Съёмный фильтр - 1 шт. (при необходимости).
3. Предохранитель - 2 шт. (при необходимости).
4. УФ-лампа - 1 шт. (при необходимости).
5. Руководство пользователя.

II. Рециркулятор ультрафиолетовый FYKX-B800, зарегистрированный товарный
знак MED-MOS, в составе:

1. Рециркулятор FYKX-B800 - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Съёмный фильтр - 2 шт. (при необходимости).
4. Предохранитель - 2 шт. (при необходимости).
5. УФ-лампа - 3 шт. (при необходимости).
6. Руководство пользователя.

7. Комплект крепёжный настенный - 1 уп.

III. Рециркулятор ультрафиолетовый FYKX-B1000, зарегистрированный товарный
знак MED-MOS, в составе:

1. Рециркулятор FYKX-B1000 - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт. (при необходимости).
3. Съёмный фильтр - 2 шт. (при необходимости).
4. Предохранитель - 2 шт. (при необходимости).
5. УФ-лампа - 4 шт. (при необходимости).
6. Руководство пользователя.
7. Комплект крепёжный настенный - 1 уп.

IV. Рециркулятор ультрафиолетовый FYKX-G1200, зарегистрированный товарный
знак MED-MOS, в составе:

1. Рециркулятор FYKX-G1200 - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Съёмный фильтр - 2 шт. (при необходимости).
4. Предохранитель - 2 шт. (при необходимости).
5. УФ-лампа - 7 шт. (при необходимости).
6. Руководство пользователя.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0116798

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19864

Лист 2

V. Рециркулятор ультрафиолетовый FYKX-Y1200, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в составе:

1. Рециркулятор FYKX- Y1200 - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Съёмный фильтр - 5 шт. (при необходимости).
4. Малый съёмный фильтр - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Предохранитель - 2 шт. (при необходимости).
6. УФ-лампа - 7 шт. (при необходимости).
7. Руководство пользователя.

Место производства:

1. ООО "Медтехника-Р", Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Коммунальный пр-д, вл. 30.
2. Jiangyin Feiyang Instrument Co., Ltd., No. 13 xing long Road, Shizhuang, Huangtu Town, Jiangyin City, 214446, China.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0116799