


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Хемилюминесцентные субстраты-Люминит”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2020 г.



Акт приема-передачи		Акт приема-передачи		Акт приема-передачи	
№ 21.20.23-116-23648172-2020		№ 21.20.23-116-23648172-2020		№ 21.20.23-116-23648172-2020	
Характеристики и состав		Характеристики и состав		Характеристики и состав	
Хемилюминесцентный субстрат А (субстрат А), серия 1		Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл		Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл	
Хемилюминесцентный субстрат В (субстрат В), серия 1		Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл		Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл	
Технические характеристики		Технические характеристики		Технические характеристики	
РН хемилюминесцентного субстрата А		6,7±0,2		6,7 6,7 (соответствует)	
РН хемилюминесцентного субстрата В		6,6±0,2		6,6 6,6 (соответствует)	
Показатели правильности определения		Показатели правильности определения		Показатели правильности определения	
Интенсивность хемилюминесценции рабочего образца №1		1000000		1112391 1115178 1116532 (соответствует)	
СО/Т переокислы хрома (I _h), отн. ед., не менее					
В комплект поставки входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.					
Заключение: Показатели качества, комплектности, упаковки и маркировка соответствуют требованиям					
ТУ 21.20.23-116-23648172-2020					
Начальник ОБТК		В.В. ШАПРОВ		Акт приема-передачи	

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Хемилюминесцентные субстраты-Люминит” №1
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Хемилюминесцентные субстраты-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.





REF

X-XXXX

набор хемилюминесцентных
субстратов для автоматического
ИХЛА-анализатора
«Люминит» (Luminite)

Хемилюминесцентные субстраты – Люминит

ЛОТ 1

СОСТАВ:

ЛОТ

1. Хемилюминесцентный
субстрат А
2. Хемилюминесцентный
субстрат В

4 фл. по 110,0 мл 1
4 фл. по 110,0 мл 1

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Хемилюминесцентные субстраты-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”



М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Хемилюминесцентные сустраты-Люминит” №3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2020 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: vbmarket@vector-best.ru


www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Хемилюминесцентные субстраты-Люминит"
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 2020 г.










ВЕКТОР
БЕСТ



REF

X-XXXX

набор хемилюминесцентных
субстратов для автоматического
ИХЛА-анализатора
«Люминит» (Luminite)

Хемилюминесцентные субстраты – Люминит

LOT 2

СОСТАВ:

LOT

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Хемилюминесцентный субстрат А | 4 фл. по 110,0 мл 2 |
| 2. Хемилюминесцентный субстрат В | 4 фл. по 110,0 мл 2 |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Хемилюминесцентные субстраты-Люминит” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

LOT

2

ТУ 21.20.23-116-23548172-2020

РУ №



2020-07-03



2022-01-03

**Хемилюминесцентные
субстраты – Люминит**

MD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Хемилюминесцентные сустраты-Люминит" №3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"03" 07 2020 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru