



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 декабря 2022 года № РЗН 2022/18977

На медицинское изделие

**Набор хемилюминесцентных субстратов для автоматического
ИХЛА-анализатора "Люминит" (Luminite)
(Хемилюминесцентные субстраты-Люминит)
по ТУ 21.20.23-116-23548172-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Вектор-Бест" (АО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона,
к. 36, ком. 211**

Производитель

**Акционерное общество "Вектор-Бест" (АО "Вектор-Бест"), Россия,
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона,
к. 36, ком. 211**

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-51002/56080 от 18.07.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 01 декабря 2022 года № 11358
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0067387

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 декабря 2022 года

№ РЗН 2022/18977

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор хемилюминесцентных субстратов для автоматического ИХЛА-анализатора
"Люминит" (Luminite) (Хемилюминисцентные субстраты-Люминит)
по ТУ 21.20.23-116-23548172-2020, в составе:**

- хемилюминесцентный субстрат А (субстрат А) - 4 флакона (по 110,0 мл);
- хемилюминесцентный субстрат В (субстрат В) - 4 флакона (по 110,0 мл).

Место производства:

1. АО "Вектор-Бест", Россия, 630117, г. Новосибирск, ул. Пасечная, д. 3.
2. АО "Вектор-Бест", Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корп. 36.
3. АО "Вектор-Бест", Россия, 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0112795