



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2022 года № РЗН 2022/16532

На медицинское изделие

Аппарат для локализации апикального сужения PEX

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Чангжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко., Лтд.", Китай,
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., No. 99, Qingyang Road, Xuejia
County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China**

Производитель

**"Чангжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко., Лтд.", Китай,
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., No. 99, Qingyang Road, Xuejia
County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China**

Место производства медицинского изделия

**Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., No. 99, Qingyang Road, Xuejia
County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China**

Номер регистрационного досье № РД-51048/56209 от 19.07.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 02 августа 2022 года № 7066
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0065489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2022 года

№ РЗН 2022/16532

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат для локализации апикального сужения REX, в вариантах исполнения:

I. Аппарат для локализации апикального сужения AirRex, в составе:

1. Зарядная станция - 1 шт.
2. Апекслокатор - 1 шт.
3. Загубный крючок - 2 шт.
4. Щуп - 1 шт.
5. Держатель файлов - 2 шт.
6. Удлинитель - 1 шт.
7. Адаптер - 1 шт.
8. Тестер - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Аппарат для локализации апикального сужения E-REX, в составе:

1. Апекслокатор - 1 шт.
2. Измерительный кабель - 1 шт.
3. Держатель файлов - 2 шт.
4. Загубный крючок - 2 шт.
5. Тестер - 1 шт.
6. Адаптер - 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0101482