ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "АРИДЕС"
(ООО "АРИДЕС"), Армения,
ARIDES LLC, 111 Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "АРИДЕС"
(ООО "АРИДЕС"), Армения,
ARIDES LLC, 111 Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

Место производства медицинского изделия
ARIDES LLC, 111 Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

Номер регистрационного досье **№ РД-51699/59665 от 29.08.2022**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.30.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 83 листах

приказом Росздравнадзора от 23 декабря 2022 года № 12135
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0069615

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, варианты исполнения:
I. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Spp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115501

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
II. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спиной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115502

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

III. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Sps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115503

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

IV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип p - 1 шт.
3. Изножье тип p - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115504

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

V. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Scp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115505

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

VI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lcp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115506

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

VII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Scs в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3х40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115507

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.

11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

VIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lcs в составе:

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115508

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

IX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Swp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115509

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115510

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 11

4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
X. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115511

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8х27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115512

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Uwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115513

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Sws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115514

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.

11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bws в составе:

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115515

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115516

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

вариант исполнения Barry MBE-2Lws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115517

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Uws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115518

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Smpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6х12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115519

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bmpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
5. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lmpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115521

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Umpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115522

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт.,N гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.

11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Smps в составе:

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115523

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bmps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа В - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115524

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lmps в составе:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115525

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115526

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Umps в составе:

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) - 22 шт., N гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) - 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115527

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Smwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115528

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bmwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115529

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lmwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115530

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

(для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.

11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Umwp в составе:

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115531

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115532

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE- 2Smws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115533

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 34

21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
XXX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Bmws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115534

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Lmws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115535

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Umws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (самоконтрящаяся, для крепления колесных стоек, рамы, ножной секции, спинной секции) - 22 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115536

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

(для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы) - 10 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) - 10 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., винт М6×100 (для боковых ограждений) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 8 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для крепления боковин) - 8 шт.
11. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Spp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип p - 1 шт.
3. Изножье тип p - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115537

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115538

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 39

XXXIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип p - 1 шт.
3. Изножье тип p - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115539

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Sps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115540

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип р - 1 шт.
3. Изножье тип р - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115541

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

(полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Scp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115542

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115543

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lcp в составе:

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115544

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XXXIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Scs в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) – 26 шт., шайба

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115545

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XL. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lcs в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип с - 1 шт.
3. Изножье тип с - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115546

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Swp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115547

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 48

3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115548

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115549

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115550

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.

12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) – не более 2 шт.

XLIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Uwp в составе:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115551

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 52

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) – 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115552

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Sws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115553

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115554

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.

12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lws в составе:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115555

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 56

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115556

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Uws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115557

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Smpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115558

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8х25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

L. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bmpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа В - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115559

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

Лист 60

2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115560

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lmpp в составе:

1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати – 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт.,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115561

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Umpp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115562

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) – 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Smps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115563

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115564

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 65

LIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bmps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа В - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115565

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lmps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115566

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Umps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115567

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

(полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Smwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115568

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций. спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы. ножной секции. спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы. ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы. колесных стоек. ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы. для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115569

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.
LVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bmwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа B - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6х100 (для боковин) - 8

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115570

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lmwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115571

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12х80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24хØ8х7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Umwp в составе:
1. Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115572

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115573

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Smws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115574

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28хØ15х20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Bmws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа В - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115575

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6(для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.

12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
17. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
19. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
21. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

XLIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Lmws в составе:

1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115576

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 77

6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8х15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115577

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 78

22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXIV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-3Umws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции - 1 шт.
8. Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати - 1 шт.
9. Блок управления - 1 шт.
10. Пульт управления кровати - 1 шт.
11. Комплект крепежных изделий в составе: Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) - 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) - 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 - (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) - 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) - 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) - 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) - 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) - 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) - 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) - 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) - 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) - 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) - 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) - 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) - 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115578

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

мм (полимерная для амортизатора) - 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) - 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) - 3 шт., винт М6×100 (для боковин) - 8 шт., гайка М6 (для боковин) - 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) - 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) - 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) - 8 шт.
12. Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
13. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
14. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
15. Матрац секционный (при необходимости) - не более 2 шт.
16. Подушка секционная (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
18. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
20. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
21. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
22. Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) - не более 4 шт.
23. Чехол на подушку секционную (при необходимости) - не более 2 шт.
24. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXV. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Kps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа K - 1 шт.
2. Изголовье тип p - 1 шт.
3. Изножье тип p - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления -1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: болт М6×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М8×60 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) - 12 шт., винт М6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) - 8 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся) - 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) - 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115579

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

Лист 80

11. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
13. Матрац секционный кардио (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
15. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXVI. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Kcs в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа K - 1 шт.
2. Изголовье тип c - 1 шт.
3. Изножье тип c - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: болт М6×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М8×60 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) - 12 шт., винт М6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) - 8 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся) – 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) - 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.
11. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
13. Матрац секционный кардио (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
15. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115580

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXVII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Kws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа K - 1 шт.
2. Изголовье тип w - 1 шт.
3. Изножье тип w - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: болт M6×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт M8×60 (для колесных стоек) - 4 шт., болт M6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) - 12 шт., винт M6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) - 8 шт., гайка M6 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка M8 (самоконтрящаяся) - 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) - 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.
11. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
13. Матрац секционный кардио (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
15. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115581

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года № РЗН 2022/19227

3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXVIII. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Kmps в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа K - 1 шт.
2. Изголовье тип mp - 1 шт.
3. Изножье тип mp - 1 шт.
4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: болт M6×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт M8×60 (для колесных стоек) - 4 шт., болт M6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) - 12 шт., винт M6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) - 8 шт., гайка M6 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка M8 (самоконтрящаяся) - 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) - 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.
11. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) - не более 4 шт.
12. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
13. Матрац секционный кардио (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
15. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

LXIX. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения Barry MBE-2Kmws в составе:
1. Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа K - 1 шт.
2. Изголовье тип mw - 1 шт.
3. Изножье тип mw - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115582

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 декабря 2022 года **№ РЗН 2022/19227**

Лист 83

4. Колесная рама металлическая - 2 шт.
5. Колесо самоориентирующееся с тормозом - не более 8 шт.
6. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции - 1 шт.
7. Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции - 1 шт.
8. Блок управления - 1 шт.
9. Пульт управления кровати - 1 шт.
10. Комплект крепежных изделий в составе: болт М6×80 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., болт М8×60 (для колесных стоек) - 4 шт., болт М6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) - 12 шт., винт М6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) - 8 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) - 6 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся) - 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) - 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) - 8 шт.,
угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.
11. Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) – не более 4 шт.
12. Матрац (при необходимости) - не более 2 шт.
13. Матрац секционный кардио (при необходимости) - не более 2 шт.
14. Растомат (при необходимости) - не более 4 шт.
15. Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) - не более 4 шт.
16. Столик прикроватный (при необходимости) - не более 2 шт.
17. Устройство для подтягивания (при необходимости) - не более 2 шт.
18. Чехол водонепроницаемый (при необходимости) - не более 4 шт.
19. Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) - не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:
1. Держатель документов на один карман (при необходимости) - не более 2 шт.
2. Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт.
3. Держатель принадлежностей (при необходимости) - не более 2 шт.
4. Столик сервисный (при необходимости) - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0115583

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU