




1. При включении пучка ускорителя из гентри выходит МВ-пучок или пучок электронов и поступает на пациента, лежащего на терапевтической кушетке (терапевтическая кушетка не показана).
2. Во время получения изображения с помощью системы On-Board Imager кВ-пучок выходит из источника (А) и попадает в детектор системы визуализации (В).

Рис. 1 Clinac с выдвинутыми манипуляторами системы визуализации